



CIRCULAR SIN CONSULTA
Licitación Publica 71/2021
DETERMINACIONES Y ALQUILES DE EQUIPOS DE LABORATORIO

Apertura: Jueves 16 de diciembre a las 9:30 Hs.

Se informa corrección en pliego de especificaciones técnicas:

Sección N°1 Química Clínica

1- Autoanalizador SMA

En donde dice:

- Multiparamétrico, discreto capaz de realizar determinaciones químicas por técnicas de punto final, cinéticas y turbidimétricas simultáneamente con una velocidad de trabajo no menor a 300 test fotométricos/hora y 100 test ISE/hora de rendimiento en muestras randomizadas, acorde con la demanda del laboratorio.

Debe decir:

- Multiparamétrico, discreto capaz de realizar determinaciones químicas por técnicas de punto final, cinéticas y turbidimétricas simultáneamente con una velocidad de trabajo no menor a **400** test fotométricos/hora y 100 test ISE/hora de rendimiento en muestras randomizadas, acorde con la demanda del laboratorio.