



Municipalidad de  
San Miguel

# Pedido de Cotización N° 1493 Llamado N° 1

Solicitud de pedido  
N° 1376

Ejercicio: 2022

Documento		Compra		Apertura			
Tipo Expediente	N°/Año	Tipo Licitación Pública	N°/Año	Día	Mes	Año	Hora
	4.580/2022		20/2022	24	5	2022	09:30

San Miguel, 03 de mayo de 2022

Dependencia Solicitante Hospital San Miguel Arcangel - Bella Vis

Señor.....

Calle..... Localidad.....

Solicito a Ud. se sirva cotizar precio por artículos al pie detallados.  
Para tener validez debe ser firmado y sellado por los proponentes y devuelto bajo sobre cerrado antes de la fecha y hora de apertura.

.....  
Firma del Jefe

Item	Cantidad	Unid.	Descripción de los Artículos	Marca	P. Unitario	Importe Total
1	1,000	UN	<p>EQUIPO DE RX - Equipo de rayos x para radiología general con consola de mando y generador de rayos X de alta frecuencia. De 600 mA/125 Kv Digital Directo para ser conectado a redes electricas trifasas de 380 V Compuesto de</p> <p>- MESA DE COMANDO - Digital, comandado por dos procesadores RISC con las siguientes características: Estabilización a lazo cerrado de KV y MA manteniendo constante durante el disparo. Indicación de funciones, advertencias en display.Rango de KV radiográfico desde 36 a 125 en pasos de 1 KV.Rango de mA radiográficos desde 50 a 600 mA en 8 pasos. Rango de tiempos de exposición radiográficos desde 5 mseg hasta 5 seg en 38 pasos. Posibilidad de trabajo de radiografía directa, o hasta tres puestos de trabajo adicionales. Circuito de arranque de tubo rápido con régimen posterior de mantenimiento.Interface para flat panel para conversión directa a Digital DR</p> <p>- CIRCUITO DE SEGURIDAD - Seguridad de filamento para foco fino y foco grueso en forma independiente. Seguridad de giro de ánodo para circuito inductivo y capacitivo.Seguridad por falla de línea.Seguridad de IGBT y circuito de alta tensión. Seguridad por KV máximo y mínimo (programable). Seguridad por cargas máximas del tubo de rayos x (programable según el tipo de tubo). Seguridad de fin de preparación (tiempo máximo de giro de ánodo sin disparo de rx).</p>			

.....  
Firma del proponente y sello usual



Municipalidad de  
San Miguel

# Pedido de Cotización N° 1493 Llamado N° 1

Solicitud de pedido  
N° 1376

Ejercicio: 2022

Documento		Compra		Apertura			
Tipo Expediente	N°/Año 4.580/2022	Tipo Licitación Pública	N°/Año 20 /2022	Día 24	Mes 5	Año 2022	Hora 09:30

Item	Cantidad	Unid.	Descripción de los Artículos	Marca	P. Unitario	Importe Total
			<p>Circuitos auxiliares de baja tensión aislados de línea. Blindaje para reducción de emisión electromagnética del conjunto de potencia.</p> <p>- GENERADOR DE ALTA TENSION - De alta frecuencia, con núcleo de ferrite, dobladores de tensión y divisores para lectura en baño de aceite de alta rigidez eléctrica, con salida para un tubo de rayos x bifocal</p> <p>- TUBOS DE RAYOS X - De ánodo giratorio marca KAILONG modelo H1076, potencia 17/47 KW para 125 KV, focos 0,6-1.5 mm capacidad térmica 200 KHU con su abrazadera, tubo ideal para radiología digital</p> <p>- JUEGO DE CABLES DE ALTA TENSION - Importados, marca Claymount, con sus correspondientes terminales de hasta 12 metros</p> <p>- COLIMADOR - Multiplano luminoso con frente de policarbonato, pulsador de encendido de luz tipo touch, encendido temporizado desde colimador y/o desde frente del comando</p> <p>- MESA RADIOLOGICA - MODELO MR-TL - Mesa plana con tablero porta paciente de movimientos manual en cuatro vías (flotante), transversal y longitudinal accionada con frenos electromagnéticos de baja tensión, equipada con sistema de Potter Bucky y bandeja porta chasis de sistema autocentrante construida en acero inoxidable, admite chasis de 13 x 18 a 35 x 43 cm, incluye Grilla anti difusora marca JPI de alta relación con focalización a 1 m.</p> <p>- COLUMNA MODELO CP-PE - Columna porta tubo tipo monorriel de suspensión piso - techo totalmente balanceada y contrapesada equipada con frenos electromagnéticos en todos sus movimientos y controles ubicados en el mando del frente del tubo de rayos</p> <p>- POTTER BUCKY MURAL -</p>			

.....  
Firma del proponente y sello usual



Municipalidad de  
San Miguel

# Pedido de Cotización N° 1493 Llamado N° 1

Solicitud de pedido  
N° 1376

Ejercicio: 2022

Documento		Compra		Apertura			
Tipo Expediente	N°/Año	Tipo Licitación Pública	N°/Año	Día	Mes	Año	Hora
	4.580/2022		20/2022	24	5	2022	09:30

Item	Cantidad	Unid.	Descripción de los Artículos	Marca	P. Unitario	Importe Total
			<p>Contrapesado internamente, con frenos magnéticos de baja tensión bandeja porta-chasis autocentrante de acero inoxidable, sistema de movimiento de parrilla anti difusora oscilante de accionamiento silencioso. Parrilla anti difusora importada marca JPI, interespacio de aluminio</p> <p>- DIGITALIZACIÓN - Sistema de digitalización directo, compuesto por 2 detectores flat panel marca: Vieworks de comunicación por cable modelo 1717VA. Colocados fijos en potter bucky de mural y mesa radiológica</p> <p>- ESTACION DE ADQUISICION - Estación de trabajo compuesta por computadora de gran capacidad de procesamiento, con procesador i5 o superior 8 GB de ram de 1TB, Monitor de 21" o superior grabadora de cd/dvd salida usb y red. SOFTWARE WIN 10 PRO. Software específico con todas las herramientas necesarias. archivo impresión y transmisión de imágenes DICOM nativo. Función stitching para realización de espinografías y tomas de huesos largos bonificada.</p> <p>TODAS LAS LICENCIAS DICOM SE ENCUENTRAN HABILITADAS Y SON SIN VENCIMIENTO</p> <p>- 1 AÑO DE GARANTIA -</p>			

La suma de pesos: ..... **Total \$**

Observaciones: Htal. San Miguel Arcángel - Tesoro Municipal - Equipo de RX Digital - En un todo de acuerdo a los términos fijados en el pliego de bases y condiciones para la licitación pública N° 20/22

Plazo de entrega: 2 Meses. art. 13 pcp

Mantenimiento de oferta 1 Mes. art 9 pcp

Condiciones de pago: Inmediato. Dentro de los 30 días rec. fc. art 10 pcp

Lugar de Entrega: Htal. San Miguel Arcangel - Mattaldi N° 1057 Piso Dpto. Tel. Int. (San Miguel)

.....  
Firma del proponente y sello usual