

LICITACION PUBLICA N° 34/24
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA AL SUMNISTRO

ADQUISICIÓN DE DESCARTABLES GENERALES PARA EL HOSPITAL LARCADE.

ANEXOS

Anexo 1: Envases. Marcación, Rotulado y Embalaje

Anexo 2: Lugar de entrega -Inspección y Recepción. Pruebas y Ensayos a considerar.

Anexo 3: Requisitos particulares.

Apéndice 1: Descripción del Ítem/Especificaciones Técnicas

OBJETO

La presente Especificación Técnica establece los requisitos técnicos que deberá **PERMITIR LA ADQUISICIÓN DE DESCARTABLES GENERALES PARA EL HOSPITAL LARCADE.**

CONDICIONES GENERALES

EL CONTROL DE LAS ESPECIFICACIONES ENUMERADAS, SERA DE COMPETENCIA EXCLUSIVA DE LA SECRETARÍA DE SALUD.

1. DOCUMENTACIÓN TECNICA REQUERIDA.

- a. Fotocopia de la Disposición extendida por el Ministerio de Salud, donde se designa al Director Técnico de la Empresa.
- b. Deberá acreditar habilitación o autorización de funcionamiento de la empresa según corresponda, para lo cual deberá presentar copia de la documentación prevista en las siguientes alternativas:

1) En caso de ser importador o productor de Productos médicos y/o biomédicos:

- a) Según el régimen nuevo: Fotocopia de Disposición y certificado de habilitación y autorización de funcionamiento de la empresa según Disposición Nro 2319/02 (TO 2004) ANMAT, acompañada de Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente (BPF). *(El rubro de autorización está determinado por el Certificado de BPF y no por el certificado de habilitación, motivo por el cual ambos deben presentarse en forma conjunta, careciendo de validez por separado).*
- b) Según el régimen anterior: Fotocopia de Disposición y certificado de habilitación de establecimiento según Resolución 255/94-MsyAS, donde consten la vigencia y el rubro de los productos médicos.

2) En caso de ser distribuidor de Productos médicos y/o biomédicos:

Fotocopia de la habilitación o autorización de funcionamiento de la empresa, emitida por el Ministerio de Salud y/o ANMAT.

3) **En caso de ser droguería, productor o importador de especialidades medicinales:**

Fotocopia de Habilidadación emitida por el Ministerio de Salud y/o ANMAT, regulada por Ley 17.565 y/o Ley 16.463 y sus decretos, resoluciones y disposiciones complementarias.

4) **En caso de ser elaborador, importador o distribuidor de productos de uso In-vitro:**

Fotocopia de Habilidadación emitida por el Ministerio de Salud y/o ANMAT, regulada por Ley 16.463 y sus decretos, resoluciones y disposiciones complementarias.

5) **En caso de ser productor, fraccionador o importador de materiales de uso odontológico:**

Fotocopia de Habilidadación emitida por la ANMAT, conforme con lo establecido en el Artículo 3° de la **Disposición 2606/97 y/o Resolución 255/1994**.

6) **En caso de ser distribuidor y/o comercializador de materiales de uso odontológico:**

Fotocopia de Habilidadación emitida por la ANMAT, conforme con lo establecido en el Artículo 3° de la **Disposición 2606/97 y/o Resolución 255/1994**, de cada empresa establecida en el punto anterior de acuerdo a los productos cotizados.

- c. **Declaración Jurada original debidamente firmada por el Director Técnico y titular, haciéndose responsable de que los productos cotizados se ajustan a la normativa vigente (Decreto 2505/85 y Resolución 255/94-MsyAS o Disposición 2319/02 TO 2004 y 2318/02 TO 2004 del Ministerio de Salud), Certificado por Escribano Público, en caso de corresponder.**
- d. Cuando las empresas comercialicen especialidades medicinales y estén emplazadas fuera del ámbito de la Provincia de Buenos Aires, deberá presentar la Constancia reempadronamiento para Transito Interprovincial.
- e. Cuando las empresas estén emplazadas fuera del ámbito de la Provincia de Buenos Aires, deberán presentar la Constancia de Inscripción conforme al Decreto 1299/97 y Resolución 538/98 (Inscripción de Establecimiento que realiza Tránsito Interprovincial).
- f. Los documentos redactados en idioma extranjero, deberán acompañarse con su correspondiente traducción hecha por traductor público matriculado.
- g. Todos los rótulos correspondientes a cada producto deberán cumplir con la siguiente información como mínimo:
- (1) Razón social y dirección de fabricante y también del importador, si se trata de un producto importado.
 - (2) El código del lote precedido para la palabra "Lote" o el N° de serie según corresponda.
 - (3) Si corresponde. La fecha de fabricación y plazo de validez o la fecha antes de la cual deberá utilizarse el producto.
 - (4) Nombre y matrícula del Director Técnico.

- h. Toda documentación solicitada en la presente Especificación Técnica y que se encuentre en fotocopias deberá ser legible y estar certificada al momento de su presentación por Escribano Público o bien podrán ser certificadas por la Autoridad del Servicio Farmacia, de lunes a viernes de 08.00 a 12.00 hs. y hasta 24 hs. antes de la apertura, salvo la solicitada en el punto 1. c.**

Todas las páginas deben encontrarse firmadas por lo menos por uno de los representantes legales o apoderados declarados en la solicitud de inscripción y por el Director Técnico.

ANEXO 1: ENVASES. MARCACIÓN, ROTULADO Y EMBALAJE

1. Deberán responder a las normas oficiales vigentes que rigen en este pliego.
2. Deberá garantizarse el perfecto estado del material al momento de su recepción en lo referido a su integridad e higiene.
3. El material estéril deberá garantizar su condición de tal durante el tiempo de vigencia indicado en el envase por el fabricante.
4. El rótulo del material estéril deberá indicar explícitamente:
 - a. La condición de estéril.
 - b. Método de esterilización utilizado.
 - c. Fecha de vigencia o caducidad.
 - d. Nombre y Matrícula del Director Técnico responsable del procedimiento de esterilización.

ANEXO 2: LUGAR DE ENTREGA-INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN.

1. Lugar de entrega:

A DETERMINAR POR SERVICIO DE FARMACIA DEL HOSPITAL Dr. RAÚL LARCADE, Av. Pres. Juan Domingo Perón 2311, B1663 San Miguel, Provincia de Buenos Aires.

2. El plazo de entrega de los insumos será de DIEZ (10) DÍAS corridos a partir del pedido realizado por el Servicio de Farmacia.
3. Plazo máximo de entrega de insumos 90 días.
4. El máximo de unidades que se requerirán en el lapso de duración del contrato será las cantidades especificadas en cada renglón.
5. Las cantidades a entregar serán a requerimiento del Servicio de Farmacia.
6. El día y horario de entrega será coordinado previamente con el Servicio de Farmacia.

ANEXO 3: REQUISITOS PARTICULARES

REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS PRODUCTOS

1. PRODUCTOS MEDICOS:

- a. Todos los Productos Médicos referidos en esta licitación deben detentar en su envase individual el Número de registro de la ANMAT (PM). Salvo que se indique el cumplimiento de otra Norma para un producto particular. Por ejemplo, FDA, NIOSH, CE, etc
- b. Deberán detentar Fecha de **Vencimiento o Caducidad** con margen de uso no menor a DIECIOCHO (18) meses, considerados a partir del momento de la entrega de los efectos.

2. PRODUCTOS ESTÉRILES

- a. Los que sean estériles deben referir en forma visible su condición de tal.
- b. Deberá estar indicado el método de esterilización empleado.
- c. Deberán detentar Fecha de **Vencimiento o Caducidad de Esterilización** con margen de uso no menor a DIECIOCHO (18) meses, considerados a partir del momento de la entrega de los efectos.
- d. Para los productos que requieran algún tipo de envoltura particular, ello será indicado en la especificación particular del renglón correspondiente.

3. MUESTRAS

- a. Se deberá enviar una detallada descripción técnica, adjuntando muestras o folleto del producto de los renglones ofertados.

- 1) Renglones que requieren presentación de muestras serán los especificados en el APENDICE 1: DESCRIPCIÓN DEL ITEM/ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
- 2) **Renglones que requieren presentación de folletería con especificaciones técnicas**, serán los especificados en el APENDICE 1: DESCRIPCIÓN DEL ITEM/ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EN CASO DE QUE EL FOLLETO NO BRINDE LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA DETERMINAR SU CALIDAD, SE PODRAN SOLICITAR MUESTRAS, LAS CUALES DEBERAN PRESENTARSE DENTRO DE LAS 48 HS HABILES A LA SOLICITUD FORMAL DE LAS MISMAS.

- b. Lugar de entrega de muestras:

SERVICIO DE FARMACIA, HOSPITAL Dr. RAÚL LARCADE, Av. Pres. Juan Domingo Perón 2311, B1663 San Miguel, Provincia de Buenos Aires; en días hábiles, en el horario de 08:00 a 16:00 horas hasta un día después de la fecha de apertura. La presentación de una muestra no exceptúa a otra de igual característica. Las muestras a presentar deberán ser sin cargo.

- c. Cuando las muestras entregadas por los oferentes no sean suficientes para desarrollar los procedimientos de control de calidad, la Comisión Evaluadora podrá solicitar cantidades adicionales, las que deberán ser entregadas en el término de CINCO (5) DIAS CORRIDOS. Queda expresamente establecido que no se devolverán aquellas muestras cuyo proceso de control implique la inutilización del producto.
- d. La muestra deberá responder al producto a cotizar (marca, presentación, envase o envoltorio original del producto solicitado, etc.). Se podrá presentar una unidad de los efectos que por las características de presentación puedan ser fraccionados, siempre y cuando posean envase individual (Ejemplo: SOBRE DE PAPEL CONTENIENDO CINCO GASAS DOBLES RECTILINEAS 10 X 10 CMS, DOBLE ENVOLTORIO, CAJA X 100 UNIDADES. se podrá presentar un sobre).
- e. Las muestras requeridas para su aprobación podrán ser sometidas a prueba de funcionamiento.
- f. Las muestras deben entregarse mediante remito, recibo o nota de entrega confeccionado por original y duplicado, este último deberá estar conformado por un Farmacéutico del Servicio Farmacia de este nosocomio y será adjuntado a la oferta, debiendo estar precintadas en bolsas plásticas individuales y rotuladas con los siguientes datos:
 - 1) Designación del producto
 - 2) Marca
 - 3) Presentación
 - 4) Nombre de la empresa proveedora
 - 5) Número de la contratación
 - 6) Número de renglón

Los productos que sean estériles deberán referir en forma visible su condición de tal.

- g. Los proveedores que no fueren adjudicados, podrán retirar las muestras entregadas en un lapso de UN (1) mes posterior a la comunicación de no adjudicación, salvo que por la característica del efecto este haya sido sometido a prueba de funcionamiento. Pasado este tiempo las muestras pasarán a ser propiedad del Organismo contratante.

APENDICE 1: DESCRIPCIÓN DEL ITEM/ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RN	ITEM	ESPECIFICACION TECNICA	MUESTRA/ FOLLETO
1	AEROCAMARA CON MASCARA - AEROCAMARA CON MASCARA TAMAÑO ADULTO TIPO AEROMED.	AEROCAMARA ADULTO CON MASCARA. DISPOSITIVO INHALATORIO DESMONTABLE, PARA AEROSOLTERAPIA, LONGITUD: 12 Cm, VOLUMEN: 250 A 350 CM3, TIPO AERO 100. SIN ADAPTADOR BUCAL. MÁSCARA SILICONADA GRANDE. SISTEMA BIVALVULAR. CON DEFLECTOR. ADAPTABLE A CUALQUIER INHAL	MUESTRA
2	AGUJA ESPINAL PUNTA LAPIZ - AGUJA ESPINAL PUNTA LAPIZ - DESCRIPCION C/INTRODUCTOR DESCARTABLE N°25 TIPO "PHOENIX" DE 3,5 DE LARGO	AGUJA ESPINAL PUNTA LAPIZ - C/INTRODUCTOR DESCARTABLE N° 25 TIPO "PHOENIX" DE 3,5" DE LARGO. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT.	MUESTRA
3	AGUJA ESPINAL PUNTA LAPIZ - AGUJA ESPINAL PUNTA LAPIZ C/INTRODUCTOR DESCARTABLE N°25 TIPO "PHOENIX" DE 5" DE LARGO	AGUJA ESPINAL PUNTA LAPIZ - C/INTRODUCTOR DESCARTABLE N° 25 TIPO "PHOENIX" DE 5" DE LARGO. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT.	MUESTRA
4	AGUJA ESPINAL PUNTA LAPIZ - AGUJA ESPINAL PUNTA LAPIZ - DESCRIPCION C/INTRODUCTOR DESCARTABLE N°27 TIPO "PHOENIX"	AGUJA ESPINAL PUNTA LAPIZ - C/INTRODUCTOR DESCARTABLE N° 27 . DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT.	MUESTRA
5	AGUJA ESPINAL PUNTA LAPIZ - AGUJA ESPINAL PUNTA LAPIZ - DESCRIPCION DESCARTABLE N°23 TIPO "PHOENIX"	AGUJA ESPINAL PUNTA LAPIZ - C/INTRODUCTOR DESCARTABLE N° 23 . DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT.	MUESTRA
6	AGUJA ESPINAL PUNTA LAPIZ - AGUJA ESPINAL PUNTA LAPIZ - DESCRIPCION STANDAR DESCARTABLE N°22	AGUJA ESPINAL PUNTA LAPIZ - C/INTRODUCTOR DESCARTABLE N° 22 . DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT.	MUESTRA
7	AGUJA ESPINAL PUNTA TUOHY DESCARTABLE - AGUJA ESPINAL PUNTA TUOHY DESCARTABLE - N° 19 - TIPO "PHOENIX"	AGUJA - ESPINAL PUNTA TUOHY DESCARTABLE N° 19 TIPO "PHOENIX". DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT.	MUESTRA
8	AGUJA ESPINAL PUNTA TUOHY DESCARTABLE - AGUJA ESPINAL PUNTA TUOHY DESCARTABLE - N° 20 - TIPO "PHOENIX"	AGUJA - ESPINAL PUNTA TUOHY DESCARTABLE N° 20 TIPO "PHOENIX". DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT.	MUESTRA
9	AGUJA ESPINAL PUNTA TUOHY DESCARTABLE - AGUJA ESPINAL PUNTA TUOHY DESCARTABLE - N° 21 - TIPO "PHOENIX"	AGUJA - ESPINAL PUNTA TUOHY DESCARTABLE N° 21 TIPO "PHOENIX". DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT.	MUESTRA
10	AGUJA PERICRANEAL - AGUJA PERICRANEAL PARA INFUSION CON ALETAS, AGUJA SILICONADA, PERFECTAMENTE AFILADA Y DE PARED DELGADA, ENVASADA INDIVIDUALMENTE, ESTERIL, APIROGENA, ATOXICA N°19 TIPO "BUTTERFLY"	AGUJA PERICRANEAL CON ALETAS N° 19 - Tipo " Butterfly". AGUJA PARA INFUSION CON ALETAS, AGUJA SILICONADA, PERFECTAMENTE AFILADA Y DE PARED DELGADA, ENVASADA INDIVIDUALMENTE, ESTERIL, APIROGENA, ATOXICA. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ	MUESTRA
11	AGUJA PERICRANEAL - AGUJA PERICRANEAL PARA INFUSION CON ALETAS, AGUJA SILICONADA, PERFECTAMENTE AFILADA Y DE PARED DELGADA, ENVASADA INDIVIDUALMENTE, ESTERIL, APIROGENA, ATOXICA N°23 TIPO "BUTTERFLY"	AGUJA PERICRANEAL CON ALETAS N° 23 - Tipo " Butterfly". AGUJA PARA INFUSION CON ALETAS, AGUJA SILICONADA, PERFECTAMENTE AFILADA Y DE PARED DELGADA, ENVASADA INDIVIDUALMENTE, ESTERIL, APIROGENA, ATOXICA. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ	MUESTRA

12	AGUJA PERICRANEAL - AGUJA PERICRANEAL PARA INFUSION CON ALETAS, AGUJA SILICONADA, PERFECTAMENTE AFILADA Y DE PARED DELGADA, ENVASADA INDIVIDUALMENTE, ESTERIL, APIROGENA, ATOXICA N°25 TIPO "BUTTERFLY"	AGUJA PERICRANEAL CON ALETAS N° 25 - Tipo " Butterfly". AGUJA PARA INFUSION CON ALETAS, AGUJA SILICONADA, PERFECTAMENTE AFILADA Y DE PARED DELGADA, ENVASADA INDIVIDUALMENTE, ESTERIL, APIROGENA. ATOXICA. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ	MUESTRA
13	AGUJA HIPODERMICA - AGUJAS HIPODERMICAS ESTERILES DESCARTABLES N° 16/5. TIPO "NIPRO"	AGUJAS HIPODERMICAS ESTERILES DESCARTABLES N° 16/5, CAJA X 100 UNIDADES. TIPO "NIPRO". Tubo de acero inoxidable siliconado con bisel trifasetado, cono luer con color para la identificación de calibres, pabellón de polipropileno con capuchón protector de a	MUESTRA
14	AGUJA HIPODERMICA - AGUJAS HIPODERMICAS ESTERILES DESCARTABLES N° 25/8. TIPO "NIPRO"	AGUJAS HIPODERMICAS ESTERILES DESCARTABLES N° 25/8, CAJA X 100 UNIDADES. TIPO "NIPRO". Tubo de acero inoxidable siliconado con bisel trifasetado, cono luer con color para la identificación de calibres, pabellón de polipropileno con capuchón protector de a	MUESTRA
15	AGUJA HIPODERMICA - AGUJAS HIPODERMICAS ESTERILES DESCARTABLES N° 40/8. TIPO "NIPRO"	AGUJAS HIPODERMICAS ESTERILES DESCARTABLES N° 40/8, CAJA X 100 UNIDADES. TIPO "NIPRO". Tubo de acero inoxidable siliconado con bisel trifasetado, cono luer con color para la identificación de calibres, pabellón de polipropileno con capuchón protector de a	MUESTRA
16	ALGODON - ALGODON BLANQUEAD+A19:E190 Y CARDADO EXCENTO DE SUSTANCIAS EXTRAÑAS Y GRASAS, DISPUESTO EN CAPAS X 500 GR. TIPO "SIGLO XXI"	ALGODÓN HIDROFILO FNA VII Ed paquete 500 gr. TIPO "INSUMOS XXI". BLANQUEADO Y CARDADO, EXCENTO DE SUSTANCIAS EXTRAÑAS Y GRASAS, DISPUESTO EN CAPAS. DEBERÁ CUMPLIR ENSAYOS DE FARMACOPEA NACIONAL ARGENTINA VII Ed. DEBERÁ ADJUNTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	MUESTRA
17	AMBU SILICONADO ADULTO CON BOLSAS DE RESERVORIO - AMBU SILICONADO ADULTO CON BOLSA DE RESERVORIO TIPO MARK III	RESUCITADOR ADULTO MANUAL (AMBU BAG). CONFECCIONADO EN SILICONA. CON BOLSA RESERVORIO Y CONEXIÓN A SUMINISTRO DE OXIGENO, CON VALVULA DE SALIDA DE SOBRE PRESIÓN DE OXIGENO. CON VALVULA PEEP Y MASCARA PACIENTE CON BORDE DE SILICONAS. LIBRE DE LATEX. REUTI	FOLLETO
18	APOSITO - APOSITO COMFEEL 9X14	APOSITO DUODERM THIN O CONFEEL PLUS COD 35536 9 X14 CM. CAJA X 10 UNIDADES. Transparente. Compuesto por partículas de carboximetilcelulosa (CMC) de sodio para absorber la humedad y que se encuentran encapsuladas en una masa sintética, elástica y pegajosa	MUESTRA
19	BAJALENGUA DESCARTABLE - BAJALENGUAS DE MADERA ADULTO X 100 UNID.	BAJALENGUA DESCARTABLE DE MADERA ADULTO x 100 unid. TIPO CLERICOT. DEBERÁ ADJUNTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT	MUESTRA
20	BOLSA DE ASPIRACION DE FLUIDOS CON VALVULA - BOLSA ECOVAC SIN GEL X 3 LTS	BOLSA LINER - RECEPTAL PARA CANISTER de 3000 CC TIPO MEDLINE O ECOVAC. TRIPLE VALVULA. BOLSA FLEXIBLE, DESCARTABLE, DE POLIURETANO, CON TAPA PARA ASPIRACIÓN Y RECOLECCION DE FLUIDOS CORPORALES. CAPACIDAD 3 LTS, CON VALVULA ANTIREFLUJO Y FILTRO DE AEROSOLE	MUESTRA
21	BOLSA PARA OSTOMIA PEDIATRICA DE 1 PIEZA - BOLSA PARA OSTOMIA PEDIATRICA DE 1 PIEZA BOLSA ABIERTA TIPO COLOPLAST ALTERNA PEDIATRICA COD. 8002	BOLSA P/ OSTOMIA CON VALVULA PEDIATRICA TIPO COLOPLAST. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT	MUESTRA
22	BOLSA PARA OSTOMIA ADULTO DE 1 PIEZA - BOLSA PARA OSTOMIA ADULTO DE UNA PIEZA ABIERTA CON ADHESIVO MICROPOROSO TIPO COLOPLAST COD. 5985	BOLSA DE COLOSTOMIA ALTERNA 1 PIEZA ABIERTA TRANSPARENTE - ADULTO, CON ADHESIVO MICROPOROSO TIPO COLOPLAST COD. 5985. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT	MUESTRA
23	BOLSAS COLECTORAS DE ORINA C/ VALVULA DE DESAGOTE CAPACIDAD 2 LITROS TAM ADULTO TIPO K-207 - BOLSAS COLECTORA DE ORINA C/ VALVULA DE DESAGOTE, CAPACIDAD 2 LITROS, TAM.ADULTO, TIPO "K-207"	BOLSAS COLECTORAS DE ORINA C/ VALVULA DE DESAGOTE CAPACIDAD 2 LITROS TAM ADULTO TIPO K-207 . Con gancho para colgar, de PVC termosellado, con manguera de drenaje con pico de conexión luer y válvula antirreflujo, manguera de desagote con obturador en su pa	MUESTRA

24	BOLSA COLECTORA - BOLSAS COLECTORAS DE ORINA PEDIATRICOS CON SUPERFICIE ADHESIVA PROTEGIDA, ENVASADAS INDIVIDUALMENTE Y ESTERILES X UNIDAD.	BOLSAS COLECTORAS DE ORINA PEDIATRICAS CON SUPERFICIE ADHESIVA PROTEGIDA, ENVASADAS INDIVIDUALMENTE Y ESTERILES X UNIDAD. DEBERÁ ADJUNTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT	MUESTRA
25	BOLSAS P/HEMOTERAPIA UNID DE TRANSFERENCIA TIPO S/41 O SIMILAR - BOLSAS P/HEMOTERAPIA UNID DE TRANSFERENCIA TIPO S/41 O SIMILAR DE 300 ML X UNID (Genérico)	BOLSAS P/HEMOTERAPIA UNIDAD DE TRANSFERENCIA TIPO S/41 O SIMILAR DE 300 ML X UNID. DEBERÁ ADJUNTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT	MUESTRA
26	BOLSA PARA OBITO - BOLSAS PARA OBITO CON CIERRE CENTRAL DE DOBLE APERTURA Y PORTA TARJETA DE IDENTIFICACION, COLOR NEGRO. TAMAÑO ADULTO	BOLSA PARA OBITO TAMAÑO ADULTO. COLOR NEGRA, CON CIERRE CENTRAL DE DOBLE APERTURA Y PORTA TARJETA DE IDENTIFICACIÓN. MATERIAL NYLON - DIMENSION 2,20 X 0,90M - ESPESOR 180 MICRONES. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN	MUESTRA
27	BOLSA PARA OBITO - BOLSAS PARA OBITO CON CIERRE CENTRAL DE DOBLE APERTURA Y PORTA TARJETA DE IDENTIFICACION. TAMAÑO NEONATAL	BOLSA PARA OBITO - TAMAÑO NEONATAL. COLOR NEGRA, CON CIERRE CENTRAL DE DOBLE APERTURA Y PORTA TARJETA DE IDENTIFICACIÓN. MATERIAL NYLON - DIMENSION 0,45 X 0,50M - ESPESOR 180 MICRONES. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN	MUESTRA
28	BOLSA PARA OBITO - BOLSAS PARA OBITO CON CIERRE CENTRAL DE DOBLE APERTURA Y PORTA TARJETA DE IDENTIFICACION. TAMAÑO PEDIATRICO	BOLSA PARA OBITO - TAMAÑO PEDIATRICO. COLOR NEGRA, CON CIERRE CENTRAL DE DOBLE APERTURA Y PORTA TARJETA DE IDENTIFICACIÓN. MATERIAL NYLON - DIMENSION 1,50 X 0,90M - ESPESOR 180 MICRONES. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN	MUESTRA
29	CAMPOS DESCARTABLES - CAMPOS DESCARTABLES DE 1.5 X 2M	CAMPOS DESCARTABLES DE 1,50 MTS X 2 MTS. TELA SMS 40 gr/m2. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	MUESTRA
30	CANISTER - CANISTER 2 LITROS PARA BOLSA ECOVAC	CANISTER GRADUADO CON SOPORTE EN PVC PARA PARED, PARA BOLSA DE RECOLECCIÓN DE FLUIDOS DE 2 LITRO. DEBERÁ PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN DE ANMAT.	FOLLETO
31	CANISTER - CANISTER 3 LITROS PARA BOLSA ECOVAC	CANISTER GRADUADO CON SOPORTE EN PVC PARA PARED, PARA BOLSA DE RECOLECCIÓN DE FLUIDOS DE 3 LITRO. DEBERÁ PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN DE ANMAT.	FOLLETO
32	CANISTER - CANISTER DE 1 LITRO PARA BOLSA ECOVAC	CANISTER GRADUADO CON SOPORTE EN PVC PARA PARED, PARA BOLSA DE RECOLECCIÓN DE FLUIDOS DE 1 LITRO. DEBERÁ PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN DE ANMAT.	FOLLETO
33	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA - CANULA DE TRAQUEOSTOMIA CON CAMISA Y VALVULA DE FONACION (AURINCO) N 7	CANULAS PARA TRAQUEOSTOMIA CON BALON, CAMISA Y VALVULA DE FONACIÓN N° 7. Compuesta por Cánula de "PVC termosensible" transparente, radiopaca, con conector universal, balón testigo azul con válvula luer lock y balón de baja presión transparente. Guía de Inserción y sonda de aspiración siliconada. Banda de fijación al cuello de velcro. Estéril. Apirógena. Libre de latex. DEBERÁ PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN DE LA ANMAT.	FOLLETO

34	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA - CANULA DE TRAQUEOSTOMIA CON CAMISA Y VALVULA DE FONACION TIPO AURINCO N 10	CANULAS PARA TRAQUEOSTOMIA CON BALON, CAMISA Y VALVULA DE FONACIÓN N° 10. Compuesta por Cánula de "PVC termosensible" transparente, radiopaca, con conector universal, balón testigo azul con válvula luer lock y balón de baja presión transparente. Guía de Inserción y sonda de aspiración siliconada. Banda de fijación al cuello de velcro. Estéril. Apirógena. Libre de latex. DEBERÁ PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN DE LA ANMAT.	FOLLETO
35	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA - CANULA TRAQUEOSTOMIA, ENVASE INDIVIDUAL, ESTERIL, APIROGENA, 04 M.M. TIPO "SAFETYFLEX" "RUSCH" CON BALON	CANULAS PARA TRAQUEOSTOMIA CON BALON N° 4,0. Compuesta por Cánula de "PVC termosensible" transparente, radiopaca, con conector universal, balón testigo azul con válvula luer lock y balón de baja presión transparente. Guía de Inserción y sonda de aspiración siliconada. Banda de fijación al cuello de velcro. Estéril. Apirógena. Libre de latex. DEBERÁ PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN DE LA ANMAT.	FOLLETO
36	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA - CANULA TRAQUEOSTOMIA, ENVASE INDIVIDUAL, ESTERIL, APIROGENA, 07,5 M.M. TIPO "SAFETYFLEX" "RUSCH" CON BALON	CANULAS PARA TRAQUEOSTOMIA CON BALON N° 7,5. Compuesta por Cánula de "PVC termosensible" transparente, radiopaca, con conector universal, balón testigo azul con válvula luer lock y balón de baja presión transparente. Guía de Inserción y sonda de aspiración siliconada. Banda de fijación al cuello de velcro. Estéril. Apirógena. Libre de latex. DEBERÁ PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN DE LA ANMAT.	FOLLETO
37	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA - CANULA TRAQUEOSTOMIA, ENVASE INDIVIDUAL, ESTERIL, APIROGENA, 08 M.M. TIPO "SAFETYFLEX" "RUSCH" CON BALON	CANULAS PARA TRAQUEOSTOMIA CON BALON N° 8,00 Compuesta por Cánula de "PVC termosensible" transparente, radiopaca, con conector universal, balón testigo azul con válvula luer lock y balón de baja presión transparente. Guía de Inserción y sonda de aspiración siliconada. Banda de fijación al cuello de velcro. Estéril. Apirógena. Libre de latex. DEBERÁ PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN DE LA ANMAT.	FOLLETO
38	CANLAS AMEU - CANLAS AMEU (Genérico)	CANULA - AMEU DEBERA CONTAR CON APROBACIÓN DE LA ANMAT. DEBERA PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN..	FOLLETO
39	CATETER - CATETER I.V. ESTERIL.RADIOPACO C/MANDRIL METALICO LIBRE DE PIROGENOS, DE TEFLON TIPO "INTROCAN" DE "B BRAUN" N° 16	CATETER INTRAVENOSO TIPO JELCO NRO 16, CON TRAMPA DE AIRE Y FILTRO. Compuesto por aguja guía interior, de acero inoxidable, siliconada y con punta de triple bisel, con cámara de visualización transparente, y tapón incorporado, cánula exte	MUESTRA
40	CATETER - TIPO EPICUTANEO - PRESENTACION LARGO 30 CM. , DIAMETRO . 0.370.6 ESTERIL	CATETER EPICUTANEO ESTERIL, DE 30 CM. DEBERA CONTAR CON APROBACION DE ANMAT	MUESTRA
41	CATETER - CATETER I.V. ESTERIL.RADIOPACO C/MANDRIL METALICO LIBRE DE PIROGENOS, DE TEFLON TIPO "INTROCAN" DE "B BRAUN" N° 24	CATETER INTRAVENOSO TIPO JELCO NRO 24 USO NEONATOLOGIA, CON TRAMPA DE AIRE Y FILTRO. Compuesto por aguja guía interior, de acero inoxidable, siliconada y con punta de triple bisel, con cámara de visualización transparente, y tapón incorporado, cánula exte	MUESTRA
42	CATETER - CATETER I.V. ESTERIL.RADIOPACO C/MANDRIL METALICO LIBRE DE PIROGENOS, DE TEFLON TIPO "INTROCAN" DE "B BRAUN" N° 18	CATETER INTRAVENOSO TIPO JELCO NRO 18, CON TRAMPA DE AIRE Y FILTRO. Compuesto por aguja guía interior, de acero inoxidable, siliconada y con punta de triple bisel, con cámara de visualización transparente, y tapón incorporado, cánula exte	
43	CATETER VIA CENTRAL 1 LUMEN - CATETER VIA CENTRAL 1 LUMEN 14G X 20 CM	CATETER VENOSO CENTRAL, DE UN LUMEN DE 14 G X 20 cm ESTERIL, DE MATERIAL ATOXICO, ENVASADO INDIVIDUALMENTE, LIBRE DE PIROGENOS, TIPO ARROW. DEBERA CONTAR CON APROBACIÓN DE LA ANMAT. DEBERA PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	MUESTRA

44	CATETER VIA CENTRAL 1 LUMEN - CATETER VIA CENTRAL 1 LUMEN 7FR X 20 CM	CATETER VENOSO CENTRAL, DE LUMEN UNICO DE 7 FR X 20 cm ESTERIL, DE MATERIAL ATOXICO, ENVASADO INDIVIDUALMENTE, LIBRE DE PIROGENOS, TIPO ARROW. DEBERA CONTAR CON APROBACIÓN DE LA ANMAT. DEBERA PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN.	FOLLETO
45	CATETER VIA CENTRAL 1 LUMEN - CATETER VIA CENTRAL DE 1 LUMEN DE 4FRX 30CM	CATETER VENOSO CENTRAL, DE UN LUMEN DE 4 FR X 30 cm ESTERIL, DE MATERIAL ATOXICO, ENVASADO INDIVIDUALMENTE, LIBRE DE PIROGENOS, TIPO ARROW. DEBERA CONTAR CON APROBACIÓN DE LA ANMAT. DEBERA PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN.	FOLLETO
46	CEPILLO LIMPIAMAMADERAS - CEPILLO LIMPIAMAMADERAS	CEPILLO LIMPIAMAMADERAS DE 250 CC. COMPUESTO POR UN EJE CENTRAL DE ACERO INOXIDABLE, COBERTURA LAMINADA DE PVC, Y CERDAS DE POLIPROPILENO. NO DEBE CONTENER BPA (BIFENOL A) NI FTALATOS. DEBERÁ SER DE MATERIALES ATOXICOS. DEBERÁ PRESENTAR FOLLETO PARA SU AP	FOLLETO
47	CIRCUITO ARM DESCARTABLE PARA RESPIRADOR SLE 5000	CIRCUITO PARA RESPIRADOR DESCARTABLE COMPATIBLE CON RESPIRADOR SLE 5000, DEBERA CONTAR CON APROBACION DE ANMAT	MUESTRA
48	CIRCUITO PARA RESPIRADOR - TIPO NEONATAL - DESCRIPCION CON TRAMPA DE AGUA	CIRCUITO PARA RESPIRADOR NEONATALAR CON TRAMPA DE AGUA. DEBERA CONTAR CON APROBACION DE ANMAT	MUESTRA
49	COLLARES DE PHILADELFIA - COLLAR DE PHILADELPHIA TAMAÑO CHICO	COLLARES DE PHILADELFIA - INMOVILIZADOR CERVICAL TAMAÑO CHICO. Limita la flexoextensión y rotación del cuello. Compuesto por dos partes ajustables entre sí con cierre de Velcro. Posee orificios de ventilación y tabiques plásticos de refuerzo anterior y po	FOLLETO
50	CONECTORES - PRESENTACION PT - 2615 DE 150 CM ESTERIL	PROLONGADOR DE PVC 1,50 MTS - TIPO PT 2615. Prolongador de PVC de 1,50mts de largo con conector luer macho con capuchón protector en un extremo y luer-lock hembra con tapa en el otro extremo, en envase plástico doble de cierre hermético estéril con fech	MUESTRA
51	CONECTORES - PRESENTACION PT - 3515 DE 150 CM ESTERIL	PROLONGADOR DE PVC 1,50 MTS - TIPO PT 3515 Prolongador de PVC de 1,50mts de largo con conector luer macho con capuchón protector en un extremo y luer-lock hembra con tapa en el otro extremo, en envase plástico doble de cierre hermético estéril con fech	MUESTRA
52	CONO PLASTICO DESCARTABLE PARA OTOSCOPIO - CONO PLASTICO DESCARTABLE PARA OTOSCOPIO	CONO PLASTICO DESCARTABLE PARA OTOSCOPIO . DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT	MUESTRA
53	CUBRECAMILLA - CUBRECAMILLAS DESCARTABLE CON ELASTICO DE 2 X0.90	CUBRECAMILLA DESCARTABLE CON ELASTICO DE 2 x 0.9 mts TELA SMS 35 grs/m2. CUBRECAMILLA, AJUSTABLE, BORDE ELASTIZADO, DEBERÁ ADJUNTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	MUESTRA
54	DUODERM 10X10 - DUODERM 10X110	APOSITOS - TIPO DUODERM 10 X 10 CM- CGF. Caja X 100 UNIDADES TIPO COLOPLAST. Apósito hidrocoloide, Transparente, de 10 x 10 cm. Compuesto por partículas de carboximetilcelulosa (CMC) de sodio para absorber la humedad y que se encuentran encapsuladas en un	MUESTRA
55	ELECTRODO P/MEDICINA - ELECTRODO ADULTO. PERFIL EXTRAPLANO CON SOPORTE DE FOAM Y GEL ADHESIVO, TIPO "3M" C/U.	ELECTRODO AUTOADHESIVO ADULTO. PERFIL EXTRAPLANO CON SOPORTE DE FOAM Y GEL ADHESIVO, TIPO 3 M X UNIDAD. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT.	MUESTRA
56	EQ. ADMNIS. SANGRE O PLASMA C/ FILTRO - EQUIPO P/ ADMINISTRACION DE SANGRE O PLASMA C/FILTRO Y MACROGOTERO C/AGUJA, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS Y ATOXICO.	EQUIPO PARA ADMINISTRACIÓN DE SANGRE O PLASMA C/ FILTRO Y MACROGOTERO C/AGUJA 18G X 11/4.TIPO V-20. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT.	MUESTRA

57	EQUIPO P/ADM. DE SOL. PARENTERALES C/MACROGOTEROS, S/AGUJA, ESTERIL, ATOXICO, LIBRE DE PIROGENOS C/REGULADOR DE FLUJO DE ALUMINIO TIPO KOLER G-1 X UNIDAD - EQUIPO P/ADM. DE SOL. PARENTERALES C/MACROGOTEROS, S/AGUJA, ESTERIL, ATOXICO, LIBRE DE PIROGENOS C/	EQUIPO PARA ADMINISTRAR SOLUCIONES PARENTERALES CON MACROGOTERO, TIPO V 14 Lo especificado en el renglón. Constará de: a) una tubuladura y cámara cuenta gotas con macrogotero de material plástico transparente y flexible (PVC) que permita un llenado rápido	MUESTRA
58	EQUIPO P/ADMINISTRACION DE SOL. PARENTERALES C/MICROGOTEROS, S/AGUJA, ESTERIL, ATOXICO Y LIBRE DE PIROGENOS C/REGULADOR DE FLUJO DE ALUMINIO - EQUIPO P/ ADMINISTRACION DE SOL. PARENTERALES C/MICROGOTEROS, S/AGUJA,ESTERIL, ATOXICO Y LIBRE DE PIROGENOS C/RE	EQUIPO PARA ADMINISTRAR SOLUCIONES PARENTERALES CON MICROGOTERO, TIPO V 17. Lo especificado en el renglón. Constará de: a) una tubuladura y cámara cuenta gotas con microgotero de material plástico transparente y flexible (PVC) que permita un llenado rápido	MUESTRA
59	FILTROS HUMIFICADORES VIRAL BACTERIAL - FILTRO VIRAL BACTERIAL CON HUMIDIFICADOR TIPO WESTMED COD. 39012	FILTRO PARA RESPIRADOR HMEF (INTERCAMBIADOR PASIVO DE HUMEDAD Y CALOR Y FILTRO BACTERIANO). Filtro bacteriano/viral con humidificador pasivo, con espacio muerto reducido. Membrana filtrante electrostática e hidrofóbica (eficiencia de filtración 0,02μ). Componente humidificador pasivo, compuesto por una membrana higroscópica de celulosa tratada con cloruro de calcio, atrapa la humedad y temperatura del gas espirado por el paciente y la devuelve en cada inspiración. El puerto lateral para conexión al capnógrafo evita el ingreso de humedad al sistema de medición tomando los gases del aire espirado. Debe ser estéril (envasado por unidad), apirogeno, libre de latex. DEBERÁ ADJUNTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT	MUESTRA
60	FRASCO - FRASCO BITUBULADO PLASTICO ESTERIL P/DRENAJE DE TORAX, SIFON X 750 ML.	FRASCO BITUBULADO PLASTICO ESTERIL P/DRENAJE DE TORAX SIFON X 750 ML. De PVC X 750 ML de capacidad nominal tipo F15. Elaborado en material plástico apto para uso medicinal, transparente, con pico y tubo central. Descartable, estéril y atóxico. Envasado en	MUESTRA
61	FRASCO - FRASCO BROCAL C/TAPA DE 2,5 LTS, GRADUADO, PLASTICO. C/U	FRASCO BROCAL DE 2,5 LTS, DE PVC, GRADUADO, CON TAPA A ROSCA. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT.	MUESTRA
62	FRASCO - FRASCO HUMIDIFICADOR DE 500 CC CON VALVULA DE SEGURIDAD SONORA TIPO AGO. 43219	FRASCOS P/CALENTADOR Y HUMIDIFICADOR - DE 500 CC CON VALVULA DE SEGURIDAD SONORA TIPO AGO. 43219. DEBERÁ PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT.	FOLLETO
63	GUANTES USO MEDICINAL - GUANTE P/EXAMINACION DE LATEX LEVEMENTE TALCADOS, AMBIDIESTROS NO ESTERILES, DE USO UNICO. TAMAÑO CHICO X100 U.	GUANTES DESCARTABLES PARA EXAMINACIÓN TAMAÑO CHICO, CAJA X 100 UNIDADES, de látex de caucho natural, anatómico, resistente al estiramiento, sin formaciones irregulares en su masa, salvo en zonas de tensión máxima. Deberán cumplir con las Normas y Estánda	MUESTRA
64	GUANTES USO MEDICINAL - GUANTE P/EXAMINACION DE LATEX LEVEMENTE TALCADOS, AMBIDIESTROS NO ESTERILES, DE USO UNICO. TAMAÑO GRANDE X100 U.	GUANTES DESCARTABLES PARA EXAMINACIÓN TAMAÑO TAMAÑO GRANDE, CAJA X 100 UNIDADES, de látex de caucho natural, anatómico, resistente al estiramiento, sin formaciones irregulares en su masa, salvo en zonas de tensión máxima. Deberán cumplir con las Normas y	MUESTRA
65	GUANTES USO MEDICINAL - GUANTE P/EXAMINACION DE LATEX LEVEMENTE TALCADOS, AMBIDIESTROS NO ESTERILES, DE USO UNICO. TAMAÑO MEDIANOS X100 U.	GUANTES DESCARTABLES PARA EXAMINACIÓN TAMAÑO MEDIANO CAJA X 100 UNIDADES, de látex de caucho natural, anatómico, resistente al estiramiento, sin formaciones irregulares en su masa, salvo en zonas de tensión máxima. Deberán cumplir con las Normas y Estánd	MUESTRA
66	GUANTES DESCARTABLES DE POLIETILENO AMBIDIESTROS DE TAMAÑO MEDIANOS PAQUETE X 100 U - GUANTES DESCARTABLES DE POLIETILENO, AMBIDIESTROS DE TAMAÑO MEDIANOS PAQUETE X 100 UNID.	GUANTES DESCARTABLES DE POLIETILENO AMBIDIESTROS DE TAMAÑO MEDIANOS PAQUETE X 100 U. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN- .	MUESTRA

67	GUANTES USO MEDICINAL - GUANTES ESTERILES DESCARTABLES P/ CIRUGIA, ESTERILIZADOS POR RADIACION GAMMA N° 7 X PARES	GUANTES DE LATEX DESCARTABLES ESTERILES N° 7 , CAÑA LARGA -PARES de látex de caucho natural, anatómico, de acabado antideslizante, esteril, atóxico y apirógeno, resistente al estiramiento, con talco ó aditivo que permita un fácil estiramiento, terminació	MUESTRA
68	GUANTES USO MEDICINAL - GUANTES ESTERILES DESCARTABLES P/ CIRUGIA, ESTERILIZADOS POR RADIACION GAMMA N° 7,5 X PARES	GUANTES DE LATEX DESCARTABLES ESTERILES N° 7,5 , CAÑA LARGA -PARES de látex de caucho natural, anatómico, de acabado antideslizante, esteril, atóxico y apirógeno, resistente al estiramiento, con talco ó aditivo que permita un fácil estiramiento, terminac	MUESTRA
69	GUANTES USO MEDICINAL - GUANTES ESTERILES DESCARTABLES P/ CIRUGIA, ESTERILIZADOS POR RADIACION GAMMA N° 8 X PARES	GUANTES DE LATEX DESCARTABLES ESTERILES N° 8, CAÑA LARGA -PARES de látex de caucho natural, anatómico, de acabado antideslizante, esteril, atóxico y apirógeno, resistente al estiramiento, con talco ó aditivo que permita un fácil estiramiento, terminación	MUESTRA
70	HISOPOS SIMPLES DE MADERA - ALGODON DE 6" DE LARGO PARA TOMA DE MUESTRA - HISOPOS SIMPLE DE MADERA - ALGODON DE 6" DE LARGO, PARA TOMA DE MUESTRAS X 100 UNID	HISOPOS SIMPLES DE MADERA - ALGODON DE 6" DE LARGO PARA TOMA DE MUESTRA - X 100 UNIDADES. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT.	MUESTRA
71	HISTEROMETRO - HISTEROMETRO PARA GINECOLOGIA	HISTEROMETRO MALEABLE EN ACERO INOXIDABLE PARA GINECOLOGIA.	MUESTRA
72	JERINGAS - JERINGA BONNEAU	JERINGAS - BONNEAU. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT	FOLLETO
73	JERINGAS - JERINGA DESCARTABLE DE POLIPROPILENO, ESTERIL, ATOXICA, LIBRE DE PIRETOGENOS,SIN AGUJA, ENVASES INDIVIDUALES, 3 PIEZAS, PICO LUER EXCENTRICO, 1 CC TUBERCULINA TIPO "BARCAT" O "TERUMO"	JERINGAS - TUBERCULINA DE 1 CC DESCARTABLE CON AGUJA 15/5 X UNIDAD TIPO TERUMO. JERINGA DESCARTABLE DE 3 ELEMENTOS CAP 1 ML . Graduada, pico luer con aguja 16/5 o 15/5, envoltorio de polietileno, de fácil apertura, estéril. Deberán responder a Normas IRA	MUESTRA
74	JERINGAS - JERINGA DESCARTABLE DE POLIPROPILENO, ESTERIL, ATOXICA, LIBRE DE PIRETOGENOS,SIN AGUJA, ENVASES INDIVIDUALES, 3 PIEZAS, PICO LUER EXCENTRICO, 10 CC TIPO "BARCAT" O "TERUMO"	JERINGAS - DE 10 CC DESCARTABLE SIN AGUJA X UNIDAD TIPO TERUMO. JERINGA DESCARTABLE DE 3 ELEMENTOS CAP 10 ML . Graduada, pico luer excéntrico, con aguja 40/8, envoltorio de polietileno, de fácil apertura, estéril. Deberán responder a Normas IRAM y Normas	MUESTRA
75	JERINGAS - JERINGA DESCARTABLE DE POLIPROPILENO, ESTERIL, ATOXICA, LIBRE DE PIRETOGENOS,SIN AGUJA, ENVASES INDIVIDUALES, 3 PIEZAS, PICO LUER EXCENTRICO, 20 CC. TIPO "BARCAT" O "TERUMO"	JERINGAS - DE 20 CC DESCARTABLE SIN AGUJA X UNIDAD TIPO TERUMO. JERINGA DESCARTABLE DE 3 ELEMENTOS CAP 20 ML . Graduada, pico luer excéntrico, envoltorio de polietileno, de fácil apertura, estéril. Deberán responder a Normas IRAM y Normas internacionales	MUESTRA
76	JERINGAS - JERINGA DESCARTABLE DE POLIPROPILENO, ESTERIL, ATOXICA, LIBRE DE PIRETOGENOS,SIN AGUJA, ENVASES INDIVIDUALES, 3 PIEZAS, PICO LUER EXCENTRICO, 3 CC TIPO "BARCAT" O "TERUMO"	JERINGAS - DE 3 CC DESCARTABLE SIN AGUJA X UNIDAD TIPO TERUMO. JERINGA DESCARTABLE DE 3 ELEMENTOS CAP 3 ML . Graduada, pico luer excéntrico, envoltorio de polietileno, de fácil apertura, estéril. Deberán responder a Normas IRAM y Normas internacionales	MUESTRA
77	JERINGAS - JERINGA DESCARTABLE DE POLIPROPILENO, ESTERIL, ATOXICA, LIBRE DE PIRETOGENOS,SIN AGUJA, ENVASES INDIVIDUALES, 3 PIEZAS, PICO LUER EXCENTRICO, 5 CC TIPO "BARCAT" O "TERUMO"	JERINGAS - DE 5 CC DESCARTABLE SIN AGUJA X UNIDAD TIPO TERUMO. JERINGA DESCARTABLE DE 3 ELEMENTOS CAP 5 ML . Graduada, pico luer excéntrico, con aguja 40/8, envoltorio de polietileno, de fácil apertura, estéril. Deberán responder a Normas IRAM y Normas	MUESTRA
78	LLAVE DE TRES VIAS DISPOSITIVO PARA INFUSION I.V. INTRAVERNOSA ATOXICOS Y LIBRE DE PIROGENOS - LLAVE DE TRES VIAS, DISPOSITIVO PARA INFUSION I.V. INTRAVENOSA, ATOXICO Y LIBRE DE PIRETOGENOS	LLAVE DE TRES VIAS DISPOSITIVO PARA INFUSION I.V. INTRAVERNOSA ATOXICOS Y LIBRE DE PIROGENOS -. DESCARTABLE CON ROSCA LUER LOCK. ESTERIL, con robinete de 360° de plástico, ajuste con pico luer lock, con flecha indicadora del sentido de flujo acondicionada	MUESTRA
79	MAMADERAS - MATERIAL DE VIDRIO - CAPACIDAD X 250 ML	MAMADERAS DE VIDRIO X 250 ML. BOROSILICATO. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	MUESTRA
80	MASCARA DE OXIGENO - MASCARAS DE OXIGENO-AIRE Y ACCESORIOS VENTURI TAMAÑO ADULTO	MASCARA - OXIGENOTERAPIA ADULTO TIPO VENTURI CON 6 PORCENTAJES Y ACCESORIOS (ELASTICO PARA AJUSTE AL ROSTRO, TUBULADURA PARA CONEXIÓN A FUENTE DE OXIGENO) MASCARA CON CLIPS DE AJUSTE NASAL METALICO. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONT	MUESTRA

81	MASCARA DE OXIGENO - MASCARAS DE OXIGENOTERAPIA C/ REGULADOR DE FLUJO TIPO F102 ADULTO	MASCARA CON REGULADOR DE FLUJO TIPO F102, ADULTO. DEBERÁ ADJUNTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT	MUESTRA
82	PAÑAL DESCARTABLE - PAÑALES TAMAÑO ADULTO	PAÑAL DESCARTABLE - ADULTO TIPO NONISEC. Pañal con Fibras que reducen PH ,Material libre de cloro. Extra absorbentes, para evitar escurrimientos. Laterales extensibles para una perfecta sujeción y una óptima libertad de movimientos. Exterior tipo tela cob	MUESTRA
83	PAÑAL DESCARTABLE - PAÑALES TAMAÑO BEBE MEDIANO	PAÑAL DESCARTABLE - TAMAÑO BEBE MEDIANO. PAMPERS. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT.	MUESTRA
84	PAÑAL DESCARTABLE - PAÑALES TAMAÑO BEBE RECIEN NACIDO	PAÑAL DESCARTABLE - TAMAÑO RECIEN NACIDO. PAMPERS. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT.	MUESTRA
85	PAÑAL DESCARTABLE - PAÑALES TAMAÑO PEDIATRICO TAM. XG	PAÑAL DESCARTABLE - PEDIATRICO TAMAÑO XG. PAMPERS SUPERSEC. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT.	MUESTRA
86	PAÑAL DESCARTABLE - PAÑALES TAMAÑO PEDIATRICO TAM. XXG	PAÑAL DESCARTABLE - PEDIATRICO TAMAÑO xxg. PAMPERS SUPERSEC. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT.	MUESTRA
87	PAÑO DE HIGIENE CORPORAL - PAÑO JABONOSO CON CLORHEXIDINA	PAÑO DE HIGIENE CORPORAL - CON SOLUCION JABONOSA DE CLORHEXIDINA, MEDIDA 30 CM X 20 CM, TELA NO TEJIDA MICROPERFORADA TIPO COLMENA. PAÑO DESCARTABLE PARA BAÑO CORPORAL CON SOLUCION JABONOSA DE CLORHEXIDINA. Paño descartable antibacterial para la higiene y limpieza de todo el cuerpo, sin accion terapeutica, y que no requiera agua, ni enjuague. Hipoalergenico, libre de latex, pH neutro y libre de resinas. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT	MUESTRA
88	PAPEL P/ELECTROCARDIOGRAMA - PAPEL P/ ELECTROCARDIOGRAMA DE INSCRIPCION DIRECTA, TERMOQUIMICO TIPO "FUKUDA" 50 X 30	PAPEL P/ELECTROCARDIOGRAM. - TERMOQUIMICO TIPO "FUKUDA" 50 X 30 MTS. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	MUESTRA
89	PINZA - PINZAS DE MEYER PLASTICA, ESTERIL, ENVASADA INDIVIDUALMENTE TIPO MEDISUL	PINZA DE MEYER PLASTICA, ESTERIL, DESCARTABLE DE UN SOLO USO. ENVASADA INDIVIDUALMENTE TIPO MEDISUL. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT.	MUESTRA
90	RASURADORA - RASURADORA TIPO PRESTOBARBA	RASURADORA - Tipo. Prestobarba. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	MUESTRA
91	SATUROMETRO DE OXIMETRIA DESCARTABLE NEONATAL - SATUROMETRO DE OXIMETRIA DESCARTABLES NEONATALES TIPO NELLCORD	SENSOR PARA OXIMETRIA NEONATAL DESCARTABLE TIPO NELLCOR. SENSOR PARA OXIMETRO SPO2 NEONATAL, DESCARTABLE TIPO NELLCOR. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	MUESTRA
92	SENSOR DE OXIGENO - SENSORES DE FLUJO COMPATIBLE CON RESPIRADOR SLE 5000	SENSOR DE OXIGENO PARA OXIMETRIA, SENSOR DE FLUJO COMPATIBLE CON RESPIRADOR SLE 5000. DEBERA CONTAR CON APROBACION DE ANMAT	MUESTRA
93	SONDA - SONDA DE 2 VIAS, LATEX SILICONADA, ESTERIL, ENVASADA INDIVIDUALMENTE, LIBRE DE PIROGENOS, TIPO "RUSH GOLD" N°08	SONDA VESICAL TIPO FOLEY DOBLE VIA C/BALON NRO 8 SILICONADA. De látex siliconado extremo distal recto, con punta cilíndrica, con dos orificios laterales redondeado atraumáticos; balón rellenable resistente, extremo proximal con dos vias con conexión univ	MUESTRA

94	SONDA - SONDA DE 2 VIAS, LATEX SILICONADA, ESTERIL, ENVASADA INDIVIDUALMENTE, LIBRE DE PIROGENOS, TIPO "RUSH GOLD" N°10	SONDA VESICAL TIPO FOLEY DOBLE VIA C/BALON NRO 10 SILICONADA. De látex siliconado extremo distal recto, con punta cilíndrica, con dos orificios laterales redondeado atraumáticos; balón rellenable resistente, extremo proximal con dos vias con conexión uni	MUESTRA
95	SONDA - SONDA DE 2 VIAS, LATEX SILICONADA, ESTERIL, ENVASADA INDIVIDUALMENTE, LIBRE DE PIROGENOS, TIPO "RUSH GOLD" N°12	SONDA VESICAL TIPO FOLEY DOBLE VIA C/BALON NRO 12 SILICONADA. De látex siliconado extremo distal recto, con punta cilíndrica, con dos orificios laterales redondeado atraumáticos; balón rellenable resistente, extremo proximal con dos vias con conexión uni	MUESTRA
96	SONDA - S9ONDA FOLEY DE 2 VIAS 100% SILICONA 10 FR	SONDA VESICAL TIPO FOLEY DOBLE VIA C/BALON NRO 10, 100 % SILICONA. Libre de látex, extremo distal recto, con punta cilíndrica, con dos orificios laterales redondeado atraumáticos; balón rellenable resistente, extremo proximal con dos vias con conexión uni	MUESTRA
97	SONDA - SONDA FOLEY DE 2 VIAS 100% SILICONA 12 FR.	SONDA VESICAL TIPO FOLEY DOBLE VIA C/BALON NRO 12, 100 % SILICONA. Libre de látex, extremo distal recto, con punta cilíndrica, con dos orificios laterales redondeado atraumáticos; balón rellenable resistente, extremo proximal con dos vias con conexión uni	MUESTRA
98	SONDA - SONDA FOLEY DE 2 VIAS 100% SILICONA 16 FR.	SONDA VESICAL TIPO FOLEY DOBLE VIA C/BALON NRO 16, 100 % SILICONA. Libre de látex, extremo distal recto, con punta cilíndrica, con dos orificios laterales redondeado atraumáticos; balón rellenable resistente, extremo proximal con dos vias con conexión uni	MUESTRA
99	SONDA - SONDA FOLEY DE 2 VIAS 100% SILICONA 18 FR.	SONDA VESICAL TIPO FOLEY DOBLE VIA C/BALON NRO 18, 100 % SILICONA. Libre de látex, extremo distal recto, con punta cilíndrica, con dos orificios laterales redondeado atraumáticos; balón rellenable resistente, extremo proximal con dos vias con conexión uni	MUESTRA
100	SONDA - SONDA FOLEY DE 2 VIAS 100% SILICONA 20 FR.	SONDA VESICAL TIPO FOLEY DOBLE VIA C/BALON NRO 20, 100 % SILICONA. Libre de látex, extremo distal recto, con punta cilíndrica, con dos orificios laterales redondeado atraumáticos; balón rellenable resistente, extremo proximal con dos vias con conexión uni	MUESTRA
101	SONDA - SONDA FOLEY DE 2 VIAS 100% SILICONA 22 FR.	SONDA VESICAL TIPO FOLEY DOBLE VIA C/BALON NRO 22, 100 % SILICONA. Libre de látex, extremo distal recto, con punta cilíndrica, con dos orificios laterales redondeado atraumáticos; balón rellenable resistente, extremo proximal con dos vias con conexión uni	MUESTRA
102	SONDA - SONDA NASOGASTRICA 100% SILICONADA TIPO SILMAG 392-07	SONDA NASOGASTRICA 100% SILICONA TIPO SILMAG 392-09 , 100 % SILICONA. transparente con línea radiopaca. Esteril, atóxica y libre de latex. Extremo cerrado y redondeado. Marcada a los 20, 30 , 40 y 50 cm. No debe producir lesiones por presión. No de beprodu	FOLLETO
103	SONDAS - SONDA NASOGASTRICA, ESTERIL, MATERIAL ATOXICO, LIBRE DE PIROGENOS TIPO K 33	Sonda nasogástrica TIPO K-33, de material histocompatible, exenta de látex, graduada a intervalos. Con línea radiopaca, transparente y flexible. Extremo distal abierto y cuatro orificios laterales, todos atraumáticos. Extremo proximal con conexión universal. Longitud aproximada de 1 metro. En envase individual estéril. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT	MUESTRA
104	SONDAS - SONDA NASOGASTRICA, ESTERIL, MATERIAL ATOXICO, LIBRE DE PIROGENOS TIPO K 35	Sonda nasogástrica TIPO K-35, de material histocompatible, exenta de látex, graduada a intervalos. Con línea radiopaca, transparente y flexible. Extremo distal abierto y cuatro orificios laterales, todos atraumáticos. Extremo proximal con conexión universal. Longitud aproximada de 1 metro. En envase individual estéril. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT	MUESTRA

105	SONDAS - SONDA P/ NUTRICION ENTERAL DE 8 FR. ALIMENTACION, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS Y ATOXICO TIPO K 108	SONDA P/ NUTRICION ENTERAL DE 8 FR. ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS Y ATOXICO TIPO K 108. CONFECCIONADA EN POLIURETANO. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT	MUESTRA
106	SONDAS - SONDA PARA INHALACION DE OXIGENO 100% SILICONADA NEONATAL	SONDA PARA INHALACION DE OXIGENO NEONATAL, 100 % SILICONA (BIGOTERA) PARA ADMINISTRACIÓN DE OXIGENO NEONATAL. Tubuladura 100 % SILICONA para oxigenoterapia, estéril, atoxico, apirogeno, transparente, libre de latex, para administración positiva continua de	MUESTRA
107	SONDAS - SONDA PARA SUCCION DE MUCUS CON REGULADOR DE SUCCION, ESTERIL, MATERIAL ATOXICO, LIBRE DE PIROGENOS, DE CALIBRE 5MM TIPO "FSA 31P PM 1012-8" DE "BIO-FIL"	SONDA PARA ASPIRACIÓN DE MUCUS TIPO K 31 P CON REGULADOR DE SUCCIÓN. Sonda para aspiración de mucus, de PVC, estéril, atoxico, apirogeno, transparente, libre de latex, extremo distal con orificios redondeados atraumático, en el extremo proximal conector u	MUESTRA
108	SONDAS - SONDA PARA SUCCION DE MUCUS CON REGULADOR DE SUCCION, ESTERIL, MATERIAL ATOXICO, LIBRE DE PIROGENOS, DE CALIBRE 5MM TIPO "FSA 32P PM 1012-8" DE "BIO-FIL"	SONDA PARA ASPIRACIÓN DE MUCUS TIPO K 32 P CON REGULADOR DE SUCCIÓN. Sonda para aspiración de mucus, de PVC, estéril, atoxico, apirogeno, transparente, libre de latex, extremo distal con orificios redondeados atraumático, en el extremo proximal conector u	MUESTRA
109	SONDAS - SONDA URETRAL FOLEY DUFOUR TIPO COLOPLAST 18 FR	SONDAS - URETRAL FOLEY DUFOUR N°18 FR Tipo Coloplast. DEBERÁ PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT.	FOLLETO
110	SONDAS - SONDA URETRAL FOLEY DUFOUR TIPO COLOPLAST 20 FR	SONDAS - URETRAL FOLEY DUFOUR N°20 FR Tipo Coloplast DEBERÁ PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT.	FOLLETO
111	SONDAS - SONDA URETRAL FOLEY DUFOUR TIPO COLOPLAST 22 FR	SONDAS - URETRAL FOLEY DUFOUR N°22 FR Tipo Coloplast. DEBERÁ PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT.	FOLLETO
112	SONDA VESICAL - SONDA VESICAL TIPO BEQUILLE 08 FR	SONDA VESICAL TIPO BEQUILLE 8 FR. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN DE ANMAT.	MUESTRA
113	SONDA VESICAL - SONDA VESICAL TIPO BEQUILLE 12 FR.	SONDA VESICAL TIPO BEQUILLE 12 FR. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN DE ANMAT.	MUESTRA
114	TELA ADHESIVA - TELA ADHESIVA HIPOALERGENICA 2,5 CM	TELA ADHESIVA HIPOALERGENICA, MICROPORE DE 2,5 CMS DE ANCHO. Cinta plástica micro perforada. Con adhesivo hipoalérgico en una de sus caras de fácil rasgado transversal, y resistente a los líquidos. Rollo de no menos de 9 mts de largo. DEBERÁ PRESENTAR MUE	MUESTRA
115	TELA ADHESIVA C/TEJIDO DE ALGODON HIDROF CON ADHESIVO HIPOALERG ALTO CONT DE OXIDO DE ZINC ROLLO DE 10 CM X 3 U - TELA ADHESIVA, C/TEJIDO DE ALGODON HIDROF. CON ADHESIVO HIPOALERG. ALTO CONT. DE OXIDO DE ZINC ROLLO DE 10 CM	TELA ADHESIVA DE OXIDO DE ZINC ROLLO DE 10 CM X UNIDAD. TELA ADHESIVA, C/TEJIDO DE ALGODON HIDROF. CON ADHESIVO HIPOALERG. ALTO CONTENIDO DE OXIDO DE ZINC ROLLO DE 10 CM X 9 MTS. X UNIDAD. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON AP	MUESTRA
116	TELE ADHIESIVA C/TEJIDO DE ALGODON HIDROF CON ADHESIVO HIPOALERG CON ALTO CONT DE OXIDO ZINC ROLLO DE 5 CM X 6U - TELA ADHESIVA, C/TEJIDO DE ALGODON HIDROF. CON ADHESIVO HIPOALERG. ALTO CONTENIDO DE OXIDO DE ZINC ROLLO DE 5 CM X 9 MTS. X UNIDAD. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON AP	TELA ADHESIVA - DE OXIDO DE ZINC ROLLO DE 5 CM X UNIDAD. TELA ADHESIVA, C/TEJIDO DE ALGODON HIDROF. CON ADHESIVO HIPOALERG. ALTO CONTENIDO DE OXIDO DE ZINC ROLLO DE 5 CM X 9 MTS. X UNIDAD. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON AP	MUESTRA
117	TEST RAPIDO KIT COMPLETO PARA COVID19 - TEST RAPIDO KIT COMPLETO PARA COVID19 (Genérico)	TEST RAPIDO PARA COVID, DESCARTABLE. DEBERÁ CONTAR CON APROBACION DE ANMAT.	MUESTRA

118	TIRAS - TIRAS REACTIVAS GLUCOSA OPTIUM NEO H	TIRAS REACTIVAS PARA MEDICIÓN DE GLUCOSA PARA EQUIPO GLUCOMETRO OPTIUM NEO H . DEBERÁ PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTRA CON APROBACIÓN DE LA ANMAT.	FOLLETO
119	TRANSDUCTOR DE PRESION - TRANSDUCTOR DE PRESION - INVASIVA TIPO EDWARDS Px260	TRANSDUCTOR DE PRESION - TRANSDUCTOR DE PRESION - INVASIVA TIPO EDWARDS Px260. DEBERA CONTAR CON APROBACION DE ANMAT	MUESTRA
120	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC CON BALON CON BOQUILLA PLASTICA Y LINEA RADIOPACA SILICONADA LIBRE DE PIROGENOS ESTERIL TIPO RUSCH - TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC CON BALON, CON BOQUILLA PLASTICA Y LINEA RADIOPACA, SILICONADO, LIBRE DE PIROGENOS,ESTERIL N° 3,0 TIPO "	TUBO ENDOTRAQUEAL N° 3,0 CON BALON. DE PVC , CON BOQUILLA PLASTICA Y LINEA RADIOPACA, SILICONADO, LIBRE DE PIROGENOS, ESTERIL, LIBRE DE LATEX. TIPO RUSH. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN DE LA ANMAT. DEBERÁ PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN.	FOLLETO
121	TUBO ENDOTRAQUEAL - TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC SIN BALON, CON BOQUILLA PLASTICA Y LINEA RADIOPACA, SILICONADO, LIBRE DE PIROGENOS,ESTERIL N° 2,0 TIPO "RÜSCH"	TUBO ENDOTRAQUEAL N° 2,0 SIN BALON. DE PVC , CON BOQUILLA PLASTICA Y LINEA RADIOPACA, SILICONADO, LIBRE DE PIROGENOS, ESTERIL, LIBRE DE LATEX. TIPO RUSH. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN DE LA ANMAT. DEBERÁ PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN.	FOLLETO
122	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC SIN BALON CON BOQUILLA PLASTICA Y LINEA RADIOPACA SILICONADA LIBRE DE PIROGENOS ESTERIL TIPO RUSCH - TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC SIN BALON, CON BOQUILLA PLASTICA Y LINEA RADIOPACA, SILICONADO, LIBRE DE PIROGENOS,ESTERIL N° 3,0 TIPO "	TUBO ENDOTRAQUEAL N° 3,0 SIN BALON. DE PVC , CON BOQUILLA PLASTICA Y LINEA RADIOPACA, SILICONADO, LIBRE DE PIROGENOS, ESTERIL, LIBRE DE LATEX. TIPO RUSH. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN DE LA ANMAT. DEBERÁ PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN.	FOLLETO
123	TUBO ENDOTRAQUEAL - TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC SIN BALON, CON BOQUILLA PLASTICA Y LINEA RADIOPACA, SILICONADO, LIBRE DE PIROGENOS,ESTERIL N° 3,5 TIPO "RÜSCH"	TUBO ENDOTRAQUEAL N° 3,5 SIN BALON. DE PVC , CON BOQUILLA PLASTICA Y LINEA RADIOPACA, SILICONADO, LIBRE DE PIROGENOS, ESTERIL, LIBRE DE LATEX. TIPO RUSH. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN DE LA ANMAT. DEBERÁ PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN.	FOLLETO
124	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC SIN BALON CON BOQUILLA PLASTICA Y LINEA RADIOPACA SILICONADA LIBRE DE PIROGENOS ESTERIL TIPO RUSCH - TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC CON BALON, CON BOQUILLA PLASTICA Y LINEA RADIOPACA, SILICONADO, LIBRE DE PIROGENOS,ESTERIL N° 5,0 C/ BAL	TUBO ENDOTRAQUEAL N° 5,0 SIN BALON. DE PVC , CON BOQUILLA PLASTICA Y LINEA RADIOPACA, SILICONADO, LIBRE DE PIROGENOS, ESTERIL, LIBRE DE LATEX. TIPO RUSH. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN DE LA ANMAT. DEBERÁ PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN.	FOLLETO
125	TUBO ENDOTRAQUEAL - TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC CON BALON, CON BOQUILLA PLASTICA Y LINEA RADIOPACA, SILICONADO, LIBRE DE PIROGENOS,ESTERIL N° 7,5 C/ BALON TIPO "RÜSCH"	TUBO ENDOTRAQUEAL N 7,5 CON BALON. DE PVC , CON BOQUILLA PLASTICA Y LINEA RADIOPACA, SILICONADO, LIBRE DE PIROGENOS, ESTERIL, LIBRE DE LATEX. TIPO RUSH. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN DE LA ANMAT. DEBERÁ PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN.	FOLLETO
126	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC CON BALON CON BOQUILLA PLASTICA Y LINEA RADIOPACA SILICONADA LIBRE DE PIROGENOS ESTERIL TIPO RUSCH - TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC CON BALON, CON BOQUILLA PLASTICA Y LINEA RADIOPACA, SILICONADO, LIBRE DE PIROGENOS,ESTERIL N° 9 C/ BALON	TUBO ENDOTRAQUEAL N 9,0 CON BALON. DE PVC , CON BOQUILLA PLASTICA Y LINEA RADIOPACA, SILICONADO, LIBRE DE PIROGENOS, ESTERIL, LIBRE DE LATEX. TIPO RUSH. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN DE LA ANMAT. DEBERÁ PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN.	FOLLETO
127	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC SIN BALON CON BOQUILLA PLASTICA Y LINEA RADIOPACA SILICONADA LIBRE DE PIROGENOS ESTERIL TIPO RUSCH - TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC SIN BALON, CON BOQUILLA PLASTICA Y LINEA RADIOPACA, SILICONADO, LIBRE DE PIROGENOS,ESTERIL N° 5,5 TIPO "	TUBO ENDOTRAQUEAL N° 5,5 SIN BALON. DE PVC , CON BOQUILLA PLASTICA Y LINEA RADIOPACA, SILICONADO, LIBRE DE PIROGENOS, ESTERIL, LIBRE DE LATEX. TIPO RUSH. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN DE LA ANMAT. DEBERÁ PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN.	FOLLETO
128	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC SIN BALON CON BOQUILLA PLASTICA Y LINEA RADIOPACA SILICONADA LIBRE DE PIROGENOS ESTERIL TIPO RUSCH - TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC SIN BALON, CON BOQUILLA PLASTICA Y LINEA RADIOPACA, SILICONADO, LIBRE DE PIROGENOS,ESTERIL N° 6,0 TIPO "	TUBO ENDOTRAQUEAL N° 6,0 SIN BALON. DE PVC , CON BOQUILLA PLASTICA Y LINEA RADIOPACA, SILICONADO, LIBRE DE PIROGENOS, ESTERIL, LIBRE DE LATEX. TIPO RUSH. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN DE LA ANMAT. DEBERÁ PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN.	FOLLETO

129	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC SIN BALON CON BOQUILLA PLASTICA Y LINEA RADIOPACA SILICONADA LIBRE DE PIROGENOS ESTERIL TIPO RUSCH - TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC SIN BALON, CON BOQUILLA PLASTICA Y LINEA RADIOPACA, SILICONADO, LIBRE DE PIROGENOS,ESTERIL N° 7,0 TIPO "	TUBO ENDOTRAQUEAL N° 7,0 SIN BALON. DE PVC , CON BOQUILLA PLASTICA Y LINEA RADIOPACA, SILICONADO, LIBRE DE PIROGENOS, ESTERIL, LIBRE DE LATEX. TIPO RUSH. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN DE LA ANMAT. DEBERÁ PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN.	FOLLETO
130	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC SIN BALON CON BOQUILLA PLASTICA Y LINEA RADIOPACA SILICONADA LIBRE DE PIROGENOS ESTERIL TIPO RUSCH - TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC SIN BALON, CON BOQUILLA PLASTICA Y LINEA RADIOPACA, SILICONADO, LIBRE DE PIROGENOS,ESTERIL N° 7,5 TIPO "	TUBO ENDOTRAQUEAL N° 7,5 SIN BALON. DE PVC , CON BOQUILLA PLASTICA Y LINEA RADIOPACA, SILICONADO, LIBRE DE PIROGENOS, ESTERIL, LIBRE DE LATEX. TIPO RUSH. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN DE LA ANMAT. DEBERÁ PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN.	FOLLETO
131	TUBOS DE DRENAJE PLEURAL TIPO TROCAR - TUBOS DE DRENAJE PLEURAL 10 FR. TIPO TROCAR	TUBOS DE DRENAJE PLEURAL TIPO TROCAR - 10 FR-. DEBERA CONTAR CON APROBACIÓN DE LA ANMAT. DEBERA PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN.	FOLLETO
132	TUBOS DE DRENAJE PLEURAL TIPO TROCAR - TUBOS DE DRENAJE PLEURAL 12 FR. TIPO TROCAR	TUBOS DE DRENAJE PLEURAL TIPO TROCAR - 12 FR-. DEBERA CONTAR CON APROBACIÓN DE LA ANMAT. DEBERA PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN.	FOLLETO
133	TUBOS DE DRENAJE PLEURAL TIPO TROCAR - TUBOS DE DRENAJE PLEURAL 14 FR. TIPO TROCAR	TUBOS DE DRENAJE PLEURAL TIPO TROCAR - 14 FR-. DEBERA CONTAR CON APROBACIÓN DE LA ANMAT. DEBERA PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN.	FOLLETO
134	TUBOS DE DRENAJE PLEURAL TIPO TROCAR - TUBOS DE DRENAJE PLEURAL 16 FR. TIPO TROCAR	TUBOS DE DRENAJE PLEURAL TIPO TROCAR - 16 FR-. DEBERA CONTAR CON APROBACIÓN DE LA ANMAT. DEBERA PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN.	FOLLETO
135	TUBOS DE DRENAJE PLEURAL TIPO TROCAR - TUBOS DE DRENAJE PLEURAL 18 FR. TIPO TROCAR	TUBOS DE DRENAJE PLEURAL TIPO TROCAR - 18 FR-. DEBERA CONTAR CON APROBACIÓN DE LA ANMAT. DEBERA PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN.	FOLLETO
136	TUBOS DE DRENAJE PLEURAL TIPO TROCAR - TUBOS DE DRENAJE PLEURAL 20 FR. TIPO TROCAR	TUBOS DE DRENAJE PLEURAL TIPO TROCAR - 20 FR-. DEBERA CONTAR CON APROBACIÓN DE LA ANMAT. DEBERA PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN.	FOLLETO
137	TUBOS DE DRENAJE PLEURAL TIPO TROCAR - TUBOS DE DRENAJE PLEURAL 22 FR. TIPO TROCAR	TUBOS DE DRENAJE PLEURAL TIPO TROCAR - 22 FR-. DEBERA CONTAR CON APROBACIÓN DE LA ANMAT. DEBERA PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN.	FOLLETO
138	TUBOS DE DRENAJE PLEURAL TIPO TROCAR - TUBOS DE DRENAJE PLEURAL 24 FR. TIPO TROCAR	TUBOS DE DRENAJE PLEURAL TIPO TROCAR - 24 FR-. DEBERA CONTAR CON APROBACIÓN DE LA ANMAT. DEBERA PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN.	FOLLETO
139	TUBOS DE DRENAJE PLEURAL TIPO TROCAR - TUBOS DE DRENAJE PLEURAL 8 FR. TIPO TROCAR	TUBOS DE DRENAJE PLEURAL TIPO TROCAR - 8 FR-. DEBERA CONTAR CON APROBACIÓN DE LA ANMAT. DEBERA PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN.	FOLLETO
140	TUBO DE MAYO - TUBOS DE MAYO, ATOXICOS, ENVASADO INDIVIDUAL, ESTERILES, LIBRE DE PIROGENOS DE 100 MM N°4	TUBO DE MAYO Nro 4 (CANULA DE GUEDEL /TUBO DE MAYO), DESCARTABLE, (OROFARINGEA COLOR ROJO) 110 mm DE LARGO: De PVC traslúcido, curvado y aplanado de luz oval, extremo distal abierto con punta roma totalmente atraumatica. Extremo proximal reforzado con top	FOLLETO
141	TUBO DE MAYO ATOXICO ENVASADO INDIVIDUAL ESTERILES LIBRE DE PIROGENOS DE 80 MM N°3 - TUBO DE MAYO ATOXICO ENVASADO INDIVIDUAL ESTERILES LIBRE DE PIROGENOS DE 80 MM N°3 (Genérico)	TUBO DE MAYO Nro 3 (CANULA DE GUEDEL /TUBO DE MAYO), DESCARTABLE, (OROFARINGEA COLOR ANARANJADO) 80 mm DE LARGO: De PVC traslúcido, curvado y aplanado de luz oval, extremo distal abierto con punta roma totalmente atraumatica. Extremo proximal reforzado c	FOLLETO
142	TUBO DE MAYO - PRESENTACION ATOXICO, ENVASADO INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS DE 80 MM. N°4	TUBO DE MAYO Nro 4 (CANULA DE GUEDEL /TUBO DE MAYO), DESCARTABLE, (OROFARINGEA COLOR ROJO) 80 mm DE LARGO: De PVC traslúcido, curvado y aplanado de luz oval, extremo distal abierto con punta roma totalmente atraumatica. Extremo proximal reforzado con top	FOLLETO
143	TUBULADURA DE POLIVINILO - TUBULADURA DE POLIVINILO, CALIDAD MEDICA T-63 X METRO	TUBULADURA DE POLIVINILO - CALIDAD MEDICA T-63 X METRO. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT.	MUESTRA

144	VENDA USO MEDICO - VENDA ENYESADA DE FRAGUADO RAPIDO 10 CM ANCHO X 2,7 MTS. DE LARGO X UNIDAD TIPO "A.Y.E.P."	VENDA USO MEDICO TIPO ENYESADA (VENDA DE YESO) CONFECCIONADAS CON TARLATANA Y YESO DE PRIMERA CALIDAD DE 10 CM DE ANCHO POR 3 MTS DE LARGO. LAS TOLERANCIAS SERAN DE 1 CM PARA EL ANCHO, Y DE 2 CM PARA EL LARGO. EL YESO DEBERA SER DE FRAGUADO RAPIDO, Y SE P	MUESTRA
145	VENDA USO MEDICO - VENDA ENYESADA DE FRAGUADO RAPIDO 15 CM ANCHO X 2,7 MTS. DE LARGO X UNIDAD TIPO "A.Y.E.P."	VENDA USO MEDICO TIPO ENYESADA (VENDA DE YESO) CONFECCIONADAS CON TARLATANA Y YESO DE PRIMERA CALIDAD DE 15 CM DE ANCHO POR 3 MTS DE LARGO. LAS TOLERANCIAS SERAN DE 1 CM PARA EL ANCHO, Y DE 2 CM PARA EL LARGO. EL YESO DEBERA SER DE FRAGUADO RAPIDO, Y SE P	MUESTRA
146	VENDA USO MEDICO - VENDA ENYESADA DE FRAGUADO RAPIDO 20 CM ANCHO X 2,7 MTS. DE LARGO X UNIDAD TIPO "A.Y.E.P."	VENDA USO MEDICO TIPO ENYESADA (VENDA DE YESO) CONFECCIONADAS CON TARLATANA Y YESO DE PRIMERA CALIDAD DE 20 CM DE ANCHO POR 3 MTS DE LARGO. LAS TOLERANCIAS SERAN DE 1 CM PARA EL ANCHO, Y DE 2 CM PARA EL LARGO. EL YESO DEBERA SER DE FRAGUADO RAPIDO, Y SE P	MUESTRA
147	TELA ADHESIVA, C/TEJIDO DE ALGODON HIDROF. CON ADHESIVO HIPOALERG. ALTO CONT. DE OXIDO DE ZINC ROLLO DE 5 CM	TELA ADHESIVA DE OXIDO DE ZINC ROLLO DE 5 CM X UNIDAD. TELA ADHESIVA, C/TEJIDO DE ALGODON HIDROF. CON ADHESIVO HIPOALERG. ALTO CONTENIDO DE OXIDO DE ZINC ROLLO DE 10 CM X 9 MTS . X UNIDAD. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON AP	MUESTRA
148	VENDA USO MEDICO - VENDA OVATA DE ALGODON HIDROFILO PARA USO PREENYESADO 15 CM X 3MTS. DE LARGO X UNIDAD TIPO"A.Y.E.P."	VENDA OVATA DE ALGODÓN ROLLO 15 CM. Confeccionada con blouse de algodón crudo 100 %. Las vendas deben poseer una capa de apresto en sus dos fases permitiendo el desdoblamiento de la venda si el ortopedista lo requiera. Envueltas en envases de polipropilen	MUESTRA
149	VENDA USO MEDICO - VENDA OVATA DE ALGODON HIDROFILO PARA USO PREENYESADO 20 CM X 3MTS. DE LARGO X UNIDAD TIPO"A.Y.E.P."	VENDA OVATA DE ALGODÓN ROLLO 20 CM. Confeccionada con blouse de algodón crudo 100 %. Las vendas deben poseer una capa de apresto en sus dos fases permitiendo el desdoblamiento de la venda si el ortopedista lo requiera. Envueltas en envases de polipropilen	MUESTRA
150	ZALEAS - ZALEAS DESCARTABLES 60 X 90 CM	ZALEAS DESCARTABLES 60 X90 CM. PROTECTOR DE CAMA, COMPUESTO POR FIBRAS DE CELULOSAS 100 % NATURAL, 100 % IMPERMEABLES, FLEXIBLES Y ABSORVENTES. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRAS PARA SU APROBACIÓN.	MUESTRA