

LICITACION PUBLICA N° 52/24
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

ADQUISICIÓN DE DESCARTABLES GENERALES PARA EL HOSPITAL LARCADE.

ANEXOS

Anexo 1: Envases. Marcación, Rotulado y Embalaje

Anexo 2: Lugar de entrega -Inspección y Recepción. Pruebas y Ensayos a considerar.

Anexo 3: Requisitos particulares.

Apéndice 1: Descripción del Ítem/Especificaciones Técnicas

OBJETO

La presente Especificación Técnica establece los requisitos técnicos que deberá **PERMITIR LA ADQUISICIÓN DE DESCARTABLES GENERALES PARA EL HOSPITAL LARCADE**

CONDICIONES GENERALES

EL CONTROL DE LAS ESPECIFICACIONES ENUMERADAS, SERA DE COMPETENCIA EXCLUSIVA DE LA SECRETARÍA DE SALUD.

1. DOCUMENTACIÓN TECNICA REQUERIDA.

- a. Fotocopia de la Disposición extendida por el Ministerio de Salud, donde se designa al Director Técnico de la Empresa.
- b. Deberá acreditar habilitación o autorización de funcionamiento de la empresa según corresponda, para lo cual deberá presentar copia de la documentación prevista en las siguientes alternativas:

1) En caso de ser importador o productor de Productos médicos y/o biomédicos:

- a) Según el régimen nuevo: Fotocopia de Disposición y certificado de habilitación y autorización de funcionamiento de la empresa según Disposición Nro 2319/02 (TO 2004) ANMAT, acompañada de Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente (BPF). *(El rubro de autorización está determinado por el Certificado de BPF y no por el certificado de habilitación, motivo por el cual ambos deben presentarse en forma conjunta, careciendo de validez por separado).*
- b) Según el régimen anterior: Fotocopia de Disposición y certificado de habilitación de establecimiento según Resolución 255/94-MsyAS, donde consten la vigencia y el rubro de los productos médicos.

2) En caso de ser distribuidor de Productos médicos y/o biomédicos:

Fotocopia de la habilitación o autorización de funcionamiento de la empresa, emitida por el Ministerio de Salud y/o ANMAT.

3) **En caso de ser droguería, productor o importador de especialidades medicinales:**

Fotocopia de Habilidadación emitida por el Ministerio de Salud y/o ANMAT, regulada por Ley 17.565 y/o Ley 16.463 y sus decretos, resoluciones y disposiciones complementarias.

4) **En caso de ser elaborador, importador o distribuidor de productos de uso In-vitro:**

Fotocopia de Habilidadación emitida por el Ministerio de Salud y/o ANMAT, regulada por Ley 16.463 y sus decretos, resoluciones y disposiciones complementarias.

5) **En caso de ser productor, fraccionador o importador de materiales de uso odontológico:**

Fotocopia de Habilidadación emitida por la ANMAT, conforme con lo establecido en el Artículo 3° de la **Disposición 2606/97 y/o Resolución 255/1994**.

6) **En caso de ser distribuidor y/o comercializador de materiales de uso odontológico:**

Fotocopia de Habilidadación emitida por la ANMAT, conforme con lo establecido en el Artículo 3° de la **Disposición 2606/97 y/o Resolución 255/1994**, de cada empresa establecida en el punto anterior de acuerdo a los productos cotizados.

- c. **Declaración Jurada original debidamente firmada por el Director Técnico y titular, haciéndose responsable de que los productos cotizados se ajustan a la normativa vigente (Decreto 2505/85 y Resolución 255/94-MsyAS o Disposición 2319/02 TO 2004 y 2318/02 TO 2004 del Ministerio de Salud), Certificado por Escribano Público, en caso de corresponder.**
- d. Cuando las empresas comercialicen especialidades medicinales y estén emplazadas fuera del ámbito de la Provincia de Buenos Aires, deberá presentar la Constancia reempadronamiento para Transito Interprovincial.
- e. Cuando las empresas estén emplazadas fuera del ámbito de la Provincia de Buenos Aires, deberán presentar la Constancia de Inscripción conforme al Decreto 1299/97 y Resolución 538/98 (Inscripción de Establecimiento que realiza Tránsito Interprovincial).
- f. Los documentos redactados en idioma extranjero, deberán acompañarse con su correspondiente traducción hecha por traductor público matriculado.
- g. Todos los rótulos correspondientes a cada producto deberán cumplir con la siguiente información como mínimo:
- (1) Razón social y dirección de fabricante y también del importador, si se trata de un producto importado.
 - (2) El código del lote precedido para la palabra "Lote" o el N° de serie según corresponda.
 - (3) Si corresponde. La fecha de fabricación y plazo de validez o la fecha antes de la cual deberá utilizarse el producto.
 - (4) Nombre y matrícula del Director Técnico.

- h. Toda documentación solicitada en la presente Especificación Técnica y que se encuentre en fotocopias deberá ser legible y estar certificada al momento de su presentación por Escribano Público o bien podrán ser certificadas por la Autoridad del Servicio Farmacia, de lunes a viernes de 08.00 a 12.00 hs. y hasta 24 hs. antes de la apertura, salvo la solicitada en el punto 1. c.**

Todas las páginas deben encontrarse firmadas por lo menos por uno de los representantes legales o apoderados declarados en la solicitud de inscripción y por el Director Técnico.

**Farmacéutica ANDREA GRIFFA
Jefa Servicio Farmacia y Esterilización
HOSPITAL LARCADE**

ANEXO 1: ENVASES. MARCACIÓN, ROTULADO Y EMBALAJE

1. Deberán responder a las normas oficiales vigentes que rigen en este pliego.
2. Deberá garantizarse el perfecto estado del material al momento de su recepción en lo referido a su integridad e higiene.
3. El material estéril deberá garantizar su condición de tal durante el tiempo de vigencia indicado en el envase por el fabricante.
4. El rótulo del material estéril deberá indicar explícitamente:
 - a. La condición de estéril.
 - b. Método de esterilización utilizado.
 - c. Fecha de vigencia o caducidad.
 - d. Nombre y Matrícula del Director Técnico responsable del procedimiento de esterilización.

**Farmacéutica ANDREA GRIFFA
Jefa Servicio Farmacia y Esterilización
HOSPITAL LARCADE**

ANEXO 2: LUGAR DE ENTREGA-INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN.

1. Lugar de entrega:

A DETERMINAR POR SERVICIO DE FARMACIA DEL HOSPITAL Dr. RAÚL LARCADE, Av. Pres. Juan Domingo Perón 2311, B1663 San Miguel, Provincia de Buenos Aires.

2. El plazo de entrega de los insumos será de DIEZ (10) DÍAS corridos a partir del pedido realizado por el Servicio de Farmacia.
3. Plazo máximo de entrega de insumos 60 días.
4. El máximo de unidades que se requerirán en el lapso de duración del contrato será las cantidades especificadas en cada renglón.
5. Las cantidades a entregar serán a requerimiento del Servicio de Farmacia.
6. El día y horario de entrega será coordinado previamente con el Servicio de Farmacia.

**Farmacéutica ANDREA GRIFFA
Jefa Servicio Farmacia y Esterilización
HOSPITAL LARCADE**

ANEXO 3: REQUISITOS PARTICULARES

REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS PRODUCTOS

1. PRODUCTOS MEDICOS:

- a. Todos los Productos Médicos referidos en esta licitación deben detentar en su envase individual el Número de registro de la ANMAT (PM). Salvo que se indique el cumplimiento de otra Norma para un producto particular. Por ejemplo, FDA, NIOSH, CE, etc
- b. Deberán detentar Fecha de **Vencimiento o Caducidad** con margen de uso no menor a DIECIOCHO (18) meses, considerados a partir del momento de la entrega de los efectos.

2. PRODUCTOS ESTÉRILES

- a. Los que sean estériles deben referir en forma visible su condición de tal.
- b. Deberá estar indicado el método de esterilización empleado.
- c. Deberán detentar Fecha de **Vencimiento o Caducidad de Esterilización** con margen de uso no menor a DIECIOCHO (18) meses, considerados a partir del momento de la entrega de los efectos.
- d. Para los productos que requieran algún tipo de envoltura particular, ello será indicado en la especificación particular del renglón correspondiente.

3. MUESTRAS

- a. Se deberá enviar una detallada descripción técnica, adjuntando muestras o folleto del producto de los renglones ofertados.

- 1) Renglones que requieren presentación de muestras serán los especificados en el APENDICE 1: DESCRIPCIÓN DEL ITEM/ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
- 2) **Renglones que requieren presentación de folletería con especificaciones técnicas**, serán los especificados en el APENDICE 1: DESCRIPCIÓN DEL ITEM/ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EN CASO DE QUE EL FOLLETO NO BRINDE LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA DETERMINAR SU CALIDAD, SE PODRAN SOLICITAR MUESTRAS, LAS CUALES DEBE´RAN PRESENTARSE DENTRO DE LAS 48 HS HABILES A LA SOLICITUD FORMAL DE LAS MISMAS.

- b. Lugar de entrega de muestras:

SERVICIO DE FARMACIA, HOSPITAL Dr. RAÚL LARCADE, Av. Pres. Juan Domingo Perón 2311, B1663 San Miguel, Provincia de Buenos Aires; en días hábiles, en el horario de 08:00 a 16:00 horas hasta un día después de la fecha de apertura. La presentación de una muestra no exceptúa a otra de igual característica. Las muestras a presentar deberán ser sin cargo.

- c. Cuando las muestras entregadas por los oferentes no sean suficientes para desarrollar los procedimientos de control de calidad, la Comisión Evaluadora podrá solicitar cantidades adicionales, las que deberán ser entregadas en el término de CINCO (5) DIAS CORRIDOS. Queda expresamente establecido que no se devolverán aquellas muestras cuyo proceso de control implique la inutilización del producto.
- d. La muestra deberá responder al producto a cotizar (marca, presentación, envase o envoltorio original del producto solicitado, etc.). Se podrá presentar una unidad de los efectos que por las características de presentación puedan ser fraccionados, siempre y cuando posean envase individual (Ejemplo: SOBRE DE PAPEL CONTENIENDO CINCO GASAS DOBLES RECTILINEAS 10 X 10 CMS, DOBLE ENVOLTORIO, CAJA X 100 UNIDADES. se podrá presentar un sobre).
- e. Las muestras requeridas para su aprobación podrán ser sometidas a prueba de funcionamiento.
- f. Las muestras deben entregarse mediante remito, recibo o nota de entrega confeccionado por original y duplicado, este último deberá estar conformado por un Farmacéutico del Servicio Farmacia de este nosocomio y será adjuntado a la oferta, debiendo estar precintadas en bolsas plásticas individuales y rotuladas con los siguientes datos:
 - 1) Designación del producto
 - 2) Marca
 - 3) Presentación
 - 4) Nombre de la empresa proveedora
 - 5) Número de la contratación
 - 6) Número de renglón

Los productos que sean estériles deberán referir en forma visible su condición de tal.

- g. Los proveedores que no fueren adjudicados, podrán retirar las muestras entregadas en un lapso de UN (1) mes posterior de no adjudicación, salvo que por la característica del efecto este haya sido sometido a prueba de funcionamiento. Pasado este tiempo las muestras pasarán a ser propiedad del Organismo contratante.

APENDICE 1: DESCRIPCIÓN DEL ITEM/ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RN	ITEM	ESPECIFICACION TECNICA	MUESTRA/ FOLLETO
1	AEROMÁSCARA RETRACTIL – AEROMÁSCARA RETRACTIL PARA ADMINISTRACIÓN DE LA TERAPIA - TAMAÑO ADULTO TIPO AEROVENT.	AEROMÁSCARA ADULTO RETRACTIL PARA ADMINISTRACIÓN DE LA TERAPIA DE AEROSOL CON CONEXIÓN UNIVERSAL, PARA AEROSOLTERAPIA, TIPO AEROVENT, AEROCHAMBER.	MUESTRA
2	AGUJA EPIDURAL DESCARTABLE N°18. TIPO "PHOENIX"	AGUJA EPIDURAL DESCARTABLE N°18. TIPO "PHOENIX". DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN DE ANMAT.	MUESTRA
3	AGUJA ESPINAL PUNTA LAPIZ - AGUJA ESPINAL PUNTA LAPIZ - DESCRIPCION C/INTRODUCTOR DESCARTABLE N°25 TIPO "PHOENIX" DE 3,5 DE LARGO	AGUJA ESPINAL PUNTA LAPIZ - C/INTRODUCTOR DESCARTABLE N.º 25 TIPO "PHOENIX" DE 3,5" DE LARGO. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT.	MUESTRA
4	AGUJA ESPINAL PUNTA LAPIZ - AGUJA ESPINAL PUNTA LAPIZ C/INTRODUCTOR DESCARTABLE N°25 TIPO "PHOENIX" DE 5" DE LARGO	AGUJA ESPINAL PUNTA LAPIZ - C/INTRODUCTOR DESCARTABLE N.º 25 TIPO "PHOENIX" DE 5" DE LARGO. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT.	MUESTRA
5	AGUJA ESPINAL PUNTA LAPIZ - AGUJA ESPINAL PUNTA LAPIZ - DESCRIPCION C/INTRODUCTOR DESCARTABLE N°26 TIPO "PHOENIX"	AGUJA ESPINAL PUNTA LAPIZ - C/INTRODUCTOR DESCARTABLE N.º 26. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT.	MUESTRA
6	AGUJA ESPINAL PUNTA LAPIZ - AGUJA ESPINAL PUNTA LAPIZ - DESCRIPCION DESCARTABLE N°20 TIPO "PHOENIX"	AGUJA ESPINAL PUNTA LAPIZ - C/INTRODUCTOR DESCARTABLE N.º 20. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT.	MUESTRA
7	AGUJA ESPINAL PUNTA LAPIZ - AGUJA ESPINAL PUNTA LAPIZ - DESCRIPCION DESCARTABLE N°21 TIPO "PHOENIX"	AGUJA ESPINAL PUNTA LAPIZ - C/INTRODUCTOR DESCARTABLE N.º 21 DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT.	MUESTRA
8	AGUJA ESPINAL PUNTA LAPIZ - AGUJA ESPINAL PUNTA LAPIZ - DESCRIPCION DESCARTABLE N°23 TIPO "PHOENIX"	AGUJA ESPINAL PUNTA LAPIZ - C/INTRODUCTOR DESCARTABLE N° 23. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT.	MUESTRA
9	AGUJA PERICRANEAL - AGUJA PERICRANEAL PARA INFUSION CON ALETAS, AGUJA SILICONADA, PERFECTAMENTE AFILADA Y DE PARED DELGADA, ENVASADA INDIVIDUALMENTE, ESTERIL, APIROGENA, ATOXICA N°23 TIPO "BUTTERFLY"	AGUJA PERICRANEAL CON ALETAS N° 23 - Tipo " Butterfly". AGUJA PARA INFUSION CON ALETAS, AGUJA SILICONADA, PERFECTAMENTE AFILADA Y DE PARED DELGADA, ENVASADA INDIVIDUALMENTE, ESTERIL, APIROGENA, ATOXICA. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. Deberá contar con aprobación de ANMAT	MUESTRA
10	AGUJA PERICRANEAL - AGUJA PERICRANEAL PARA INFUSION CON ALETAS, AGUJA SILICONADA, PERFECTAMENTE AFILADA Y DE PARED DELGADA, ENVASADA INDIVIDUALMENTE, ESTERIL, APIROGENA, ATOXICA N°25 TIPO "BUTTERFLY"	AGUJA PERICRANEAL CON ALETAS N° 25 - Tipo " Butterfly". AGUJA PARA INFUSION CON ALETAS, AGUJA SILICONADA, PERFECTAMENTE AFILADA Y DE PARED DELGADA, ENVASADA INDIVIDUALMENTE, ESTERIL, APIROGENA, ATOXICA. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. Deberá contar con aprobación de ANMAT	MUESTRA

11	AGUJA HIPODERMICA - AGUJAS HIPODERMICAS ESTERILES DESCARTABLES Nº 16/5. TIPO "NIPRO"	AGUJAS HIPODERMICAS ESTERILES DESCARTABLES Nº 16/5, CAJA X 100 UNIDADES. TIPO "NIPRO". Tubo de acero inoxidable siliconado con bisel trifasetado, cono luer con color para la identificación de calibres, pabellón de polipropileno con capuchón protector. Deberá contar con aprobación de ANMAT	MUESTRA
12	AGUJA HIPODERMICA - AGUJAS HIPODERMICAS ESTERILES DESCARTABLES Nº 25/8. TIPO "NIPRO"	AGUJAS HIPODERMICAS ESTERILES DESCARTABLES Nº 25/8, CAJA X 100 UNIDADES. TIPO "NIPRO". Tubo de acero inoxidable siliconado con bisel trifasetado, cono luer con color para la identificación de calibres, pabellón de polipropileno con capuchón protector. Deberá contar con aprobación de ANMAT	MUESTRA
13	AGUJA HIPODERMICA - AGUJAS HIPODERMICAS ESTERILES DESCARTABLES Nº 40/8. TIPO "NIPRO"	AGUJAS HIPODERMICAS ESTERILES DESCARTABLES Nº 40/8, CAJA X 100 UNIDADES. TIPO "NIPRO". Tubo de acero inoxidable siliconado con bisel trifasetado, cono luer con color para la identificación de calibres, pabellón de polipropileno con capuchón protector. Deberá contar con aprobación de ANMAT	MUESTRA
14	ALGODON - ALGODON BLANQUEADO+A19:E190 Y CARDADO EXCENTO DE SUSTANCIAS EXTRAÑAS Y GRASAS, DISPUESTO EN CAPAS X 500 GR. TIPO "SIGLO XXI"	ALGODÓN HIDROFILO FNA VII Ed paquete 500 gr. TIPO "INSUMOS XXI". BLANQUEADO Y CARDADO, EXCENTO DE SUSTANCIAS EXTRAÑAS Y GRASAS, DISPUESTO EN CAPAS. DEBERÁ CUMPLIR ENSAYOS DE FARMACOPEA NACIONAL ARGENTINA VII Ed. DEBERÁ ADJUNTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	MUESTRA
15	APOSITO - APOSITO COMFEEL 9X14	APOSITO DUODERM THIN O CONFEEL PLUS COD 35536 9 X14 CM. CAJA X 10 UNIDADES. Transparente. Compuesto por partículas de carboximetilcelulosa (CMC) de sodio para absorber la humedad y que se encuentran encapsuladas en una masa sintética, elástica y pegajosa. Deberá contar con aprobación de ANMAT	MUESTRA
16	APOSITO - TIPO TEGADERM MEDIANO (APROX 10X12)	APOSITO TIPO TEGADERM CHG, de 10 x 12 cm. APOSITO TRANSPARENTE DE POLIURETANO SEMIPERMEABLE CON ADHESIVO HIPOALERGENICO Y MARCO APLICADOR. Adhesivo hipoalérgico. Para sujeciones de catéteres periféricos y centrales. Prevención de lesiones y cuidado de heridas. DEBERÁ ADJUNTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT	MUESTRA
17	APOSITO - TIPO TEGADERM GRANDE 20 X 10	APOSITO TIPO TEGADERM, de 10 x 20 cm. APOSITO TRANSPARENTE DE POLIURETANO SEMIPERMEABLE CON ADHESIVO HIPOALERGENICO Y MARCO APLICADOR. Adhesivo hipoalérgico. Para sujeciones de catéteres periféricos y centrales. Prevención de lesiones y cuidado de heridas. DEBERÁ ADJUNTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT	MUESTRA
18	BAJALENGUA DESCARTABLE - BAJALENGUAS DE MADERA ADULTO X 100 UNID.	BAJALENGUA DESCARTABLE DE MADERA ADULTO x 100 unid. TIPO CLERICOT. DEBERÁ ADJUNTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT	MUESTRA
19	BOLSA DE ASPIRACION DE FLUIDOS CON VALVULA - BOLSA ECOVAC SIN GEL X1 LITRO	BOLSA LINER - RECEPTAL PARA CANISTER de 1000 CC TIPO MEDLINE O ECOVAC. TRIPLE VALVULA. BOLSA FLEXIBLE, DESCARTABLE, DE POLIURETANO, CON TAPA PARA ASPIRACIÓN Y RECOLECCION DE FLUIDOS CORPORALES. CAPACIDAD 1 LITRO, CON VALVULA ANTIREFLUJO Y FILTRO DE AEROSOLES.	MUESTRA
20	BOLSA DE ASPIRACION DE FLUIDOS CON VALVULA - BOLSA ECOVAC SIN GEL X 2 LTS	BOLSA LINER - RECEPTAL PARA CANISTER de 2000 CC TIPO MEDLINE O ECOVAC. TRIPLE VALVULA. BOLSA FLEXIBLE, DESCARTABLE, DE POLIURETANO, CON TAPA PARA ASPIRACIÓN Y RECOLECCION DE FLUIDOS CORPORALES. CAPACIDAD 2 LTS, CON VALVULA ANTIREFLUJO Y FILTRO DE AEROSOLES.	MUESTRA

21	BOLSA DE ASPIRACION DE FLUIDOS CON VALVULA - BOLSA ECOVAC SIN GEL X 3 LTS	BOLSA LINER - RECEPTAL PARA CANISTER de 3000 CC TIPO MEDLINE O ECOVAC. TRIPLE VALVULA. BOLSA FLEXIBLE, DESCARTABLE, DE POLIURETANO, CON TAPA PARA ASPIRACIÓN Y RECOLECCION DE FLUIDOS CORPORALES. CAPACIDAD 3 LTS, CON VALVULA ANTIREFLUJO Y FILTRO DE AEROSOLES.	FOLLETO
22	BOLSA PARA AMBU - --	REPUESTO BOLSA RESERVORIO PARA AMBU BAG ADULTO 2000 ML. LIBRE DE LATEX. EMPAQUE INDIVIDUAL. DE UN SOLO USO. DEBERÁ PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT	FOLLETO
23	BOLSA PARA OSTOMIA PEDIATRICA DE 1 PIEZA - BOLSA PARA OSTOMIA PEDIATRICA DE 1 PIEZA BOLSA ABIERTA TIPO COLOPLAST ALTERNA PEDIATRICA COD. 8002	BOLSA P/ OSTOMIA CON VALVULA PEDIATRICA TIPO COLOPLAST. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT	MUESTRA
24	BOLSAS COLECTORAS DE ORINA C/ VALVULA DE DESAGOTE CAPACIDAD 2 LITROS TAM ADULTO TIPO K-207 - BOLSAS COLECTORA DE ORINA C/ VALVULA DE DESAGOTE, CAPACIDAD 2 LITROS, TAM.ADULTO, TIPO "K-207"	BOLSAS COLECTORAS DE ORINA C/ VALVULA DE DESAGOTE CAPACIDAD 2 LITROS TAM ADULTO TIPO K-207. Con gancho para colgar, de PVC termosellado, con manguera de drenaje con pico de conexión luer y válvula antirreflujo, manguera de desagote con obturador. Deberá contar con aprobación de ANMAT	MUESTRA
25	BOLSA PARA OBITO - BOLSAS PARA OBITO CON CIERRE CENTRAL DE DOBLE APERTURA Y PORTA TARJETA DE IDENTIFICACION, COLOR NEGRO. TAMAÑO ADULTO	BOLSA PARA OBITO TAMAÑO ADULTO. COLOR NEGRA, CON CIERRE CENTRAL DE DOBLE APERTURA Y PORTA TARJETA DE IDENTIFICACIÓN. MATERIAL NYLON - DIMENSION 2,20 X 0,90M - ESPESOR 180 MICRONES. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN	MUESTRA
26	CAMILLEROS - CUBRECAMILLAS DESCARTABLE CON ELASTICO DE 2 X0.90	CUBRECAMILLA DESCARTABLE CON ELASTICO DE 2 x 0.9 mts TELA SMS 35 grs/m2. CUBRECAMILLA, AJUSTABLE, BORDE ELASTIZADO, DEBERÁ ADJUNTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	MUESTRA
27	CAMPOS DESCARTABLES - CAMPOS DESCARTABLES DE 2 X 2M	CAMPOS DESCARTABLES DE 2 MTS X 2 MTS. TELA SMS 40 gr/m2. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	MUESTRA
28	CANULAS PARA TRAQUEOSTOMIA PEDIATRICAS - TIPO SHILLEY N° 3,5 SIN BALON	CANULAS PARA TRAQUEOSTOMIA SIN BALON N° 3,5. Compuesta por Cánula de "PVC termosensible" transparente, radiopaca, con conector universal. Guía de Inserción y sonda de aspiración siliconada. Banda de fijación al cuello de velcro. Estéril. Apirógena. Libre de látex. DEBERÁ PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN DE LA ANMAT.	FOLLETO
29	CANULAS PARA TRAQUEOSTOMIA PEDIATRICAS - TIPO SHILLEY N° 4,5 SIN BALON	CANULAS PARA TRAQUEOSTOMIA SIN BALON N° 4,5. Compuesta por Cánula de "PVC termosensible" transparente, radiopaca, con conector universal. Guía de Inserción y sonda de aspiración siliconada. Banda de fijación al cuello de velcro. Estéril. Apirógena. Libre de látex. DEBERÁ PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN DE LA ANMAT.	FOLLETO
30	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA - CANULA TRAQUEOSTOMIA, ENVASE INDIVIDUAL, ESTERIL, APIROGENA, 04 M.M. TIPO "SAFETYFLEX" "RUSCH" CON BALON	CANULAS PARA TRAQUEOSTOMIA CON BALON N° 4,0. Compuesta por Cánula de "PVC termosensible" transparente, radiopaca, con conector universal, balón testigo azul con válvula luer lock y balón de baja presión transparente. Guía de Inserción y sonda de aspiración siliconada. Banda de fijación al cuello de velcro. Estéril. Apirógena. Libre de látex. DEBERÁ PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN DE LA ANMAT.	FOLLETO

31	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA - CANULA TRAQUEOSTOMIA, ENVASE INDIVIDUAL, ESTERIL, APIROGENA, 07,5 M.M. TIPO "SAFETYFLEX" "RUSCH" CON BALON	CANULAS PARA TRAQUEOSTOMIA CON BALON N° 7,5. Compuesta por Cánula de "PVC termosensible" transparente, radiopaca, con conector universal, balón testigo azul con válvula luer lock y balón de baja presión transparente. Guía de Inserción y sonda de aspiración siliconada. Banda de fijación al cuello de velcro. Estéril. Apirógena. Libre de látex. DEBERÁ PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN DE LA ANMAT.	FOLLETO
32	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA - CANULA TRAQUEOSTOMIA, ENVASE INDIVIDUAL, ESTERIL, APIROGENA, 08 M.M. TIPO "SAFETYFLEX" "RUSCH" CON BALON	CANULAS PARA TRAQUEOSTOMIA CON BALON N° 8,00 Compuesta por Cánula de "PVC termosensible" transparente, radiopaca, con conector universal, balón testigo azul con válvula luer lock y balón de baja presión transparente. Guía de Inserción y sonda de aspiración siliconada. Banda de fijación al cuello de velcro. Estéril. Apirógena. Libre de látex. DEBERÁ PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN DE LA ANMAT.	FOLLETO
33	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA - CANULA TRAQUEOSTOMIA, ENVASE INDIVIDUAL, ESTERIL, APIROGENA, 08.5 M.M. TIPO "SAFETYFLEX" "RUSCH" CON BALON	CANULAS PARA TRAQUEOSTOMIA CON BALON N° 8,50 Compuesta por Cánula de "PVC termosensible" transparente, radiopaca, con conector universal, balón testigo azul con válvula luer lock y balón de baja presión transparente. Guía de Inserción y sonda de aspiración siliconada. Banda de fijación al cuello de velcro. Estéril. Apirógena. Libre de látex. DEBERÁ PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN DE LA ANMAT.	FOLLETO
34	CARCAZA DESCARTABLE – PARA HUMIFICADOR TIPO MCA FISHEL & PIKEL CÓD. 3423	CARCAZA DESCARTABLE – PARA HUMIFICADOR TIPO MCA FISHEL & PIKEL CÓD. 3423. DEBERÁ PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN DE LA ANMAT.	FOLLETO
35	CARTUCHOS PARA RASURADORA - CARTUCHOS PARA RASURADORA - 9680 PARA RASURADORA 9681 DE WET/DRY DE 3M CON CARGADOR Y CABLE	CARTUCHOS 9680 PARA RASURADORA 9681 DE WET/DRY DE 3M CON CARGADOR Y CABLE. DEBERÁ PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT.	
36	CATÉTER N°22 GA X 12 CM – TIPO ARROW (REF SAC-01222)	LO ESPECIFICADO EN EL RENGLÓN. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN DE ANMAT.	FOLLETO
37	CATETER - CATETER I.V. ESTERIL.RADIOPACO C/MANDRIL METALICO LIBRE DE PIROGENOS, DE TEFLON TIPO JELCO N° 24	CATETER INTRAVENOSO TIPO JELCO NRO 24 USO NEONATOLOGIA, CON TRAMPA DE AIRE Y FILTRO. Compuesto por aguja guía interior, de acero inoxidable, siliconada y con punta de triple bisel, con cámara de visualización transparente, y tapón incorporado, cánula exterior de material histocompatible radiopaca libre de teflón, con conexión LuerLock, utilizando los colores normatizados internacionalmente. Presentación envase individual estéril, tipo blister de fácil apertura. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT	MUESTRA
38	CATETER - CATETER I.V. ESTERIL.RADIOPACO C/MANDRIL METALICO LIBRE DE PIROGENOS, DE TEFLON TIPO "INTROCAN" DE "B BRAUN" N° 22	CATETER INTRAVENOSO TIPO JELCO NRO 22, CON TRAMPA DE AIRE Y FILTRO. Compuesto por aguja guía interior, de acero inoxidable, siliconada y con punta de triple bisel, con cámara de visualización transparente, y tapón incorporado, cánula exterior de material histocompatible radiopaca libre de teflón, con conexión LuerLock, utilizando los colores normatizados internacionalmente. Presentación envase individual estéril, tipo blister de fácil apertura. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT	MUESTRA

39	CATETER - CATETER I.V. ESTERIL.RADIOPACO C/MANDRIL METALICO LIBRE DE PIROGENOS, DE TEFLON TIPO "INTROCAN" DE "B BRAUN" Nº 18	CATETER INTRAVENOSO NRO 18, CON TRAMPA DE AIRE Y FILTRO. Compuesto por aguja guía interior, de acero inoxidable, siliconada y con punta de triple bisel, con cámara de visualización transparente, y tapón incorporado, cánula exterior de material histocompatible radiopaca libre de teflón, con conexión LuerLock, utilizando los colores normatizados internacionalmente. Presentación envase individual estéril, tipo blister de fácil apertura. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT	MUESTRA
40	CATETER - CATETER I.V. ESTERIL.RADIOPACO C/MANDRIL METALICO LIBRE DE PIROGENOS, DE TEFLON TIPO "INTROCAN" DE "B BRAUN" Nº 20	CATETER INTRAVENOSO NRO 20, CON TRAMPA DE AIRE Y FILTRO. Compuesto por aguja guía interior, de acero inoxidable, siliconada y con punta de triple bisel, con cámara de visualización transparente, y tapón incorporado, cánula exterior de material histocompatible radiopaca libre de teflón, con conexión LuerLock, utilizando los colores normatizados internacionalmente. Presentación envase individual estéril, tipo blister de fácil apertura. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT	MUESTRA
41	CATETER PARA INTRODUCIR LA ARTERIA UMBILICAL DE RECIÉN NACIDOS Y PREMATUROS – TIPO DE POLIURETANO MÉDICO ATÓXICO MARCADO INT.	LO ESPECIFICADO EN EL RENGLÓN. DEBERA CONTAR CON APROBACIÓN DE ANMAT.	MUESTRA
42	CATETER VIA CENTRAL 1 LUMEN - CATETER VIA CENTRAL 1 LUMEN 14G X 20 CM	CATETER VENOSO CENTRAL, DE UN LUMEN DE 14 G X 20 cm ESTERIL, DE MATERIAL ATOXICO, ENVASADO INDIVIDUALMENTE, LIBRE DE PIROGENOS, TIPO ARROW. DEBERA CONTAR CON APROBACIÓN DE LA ANMAT. DEBERA PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	MUESTRA
43	CEPILLO LIMPIAMAMADERAS - CEPILLO LIMPIAMAMADERAS	CEPILLO LIMPIAMAMADERAS DE 250 CC. COMPUESTO POR UN EJE CENTRAL DE ACERO INOXIDABLE, COBERTURA LAMINADA DE PVC, Y CERDAS DE POLIPROPILENO. NO DEBE CONTENER BPA (BIFENOL A) NI FTALATOS. DEBERÁ SER DE MATERIALES ATOXICOS. DEBERÁ PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN.	FOLLETO
44	CEPILLO DESCARTABLE ESTÉRIL ENVASADO POR UNIDAD	LO ESPECIFICADO EN EL RENGLÓN. DEBERA PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERE PRESENTAR APROBACIÓN DE ANMAT.	MUESTRA
45	COLLARINES PARA TRAQUEOTOMÍA.	LO ESPECIFICADO EN EL RENGLÓN.	FOLLETO
46	CONECTORES - PT-2605 DE 50 CM ESTERIL	PROLONGADOR DE PVC 50 cms - TIPO PT 2605. Prolongador de PVC de 50 cm de largo con conector luer macho con capuchón protector en un extremo y luer-lock hembra con tapa en el otro extremo, en envase plástico doble de cierre hermético estéril con fecha de vencimiento y lote. Medidas: longitud: 50 cm, diámetro externo: 5.0 mm DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT	MUESTRA
47	CONECTORES - PRESENTACION PT - 2615 DE 150 CM ESTERIL	PROLONGADOR DE PVC 1,50 MTS - TIPO PT 2615. Prolongador de PVC de 1,50mts de largo con conector luer macho con capuchón protector en un extremo y luer-lock hembra con tapa en el otro extremo, en envase plástico doble de cierre hermético estéril. Deberá contar con aprobación de ANMAT	MUESTRA

48	CUBRECAMILLA - CUBRECAMILLAS DESCARTABLE CON ELASTICO DE 2 X0.90	CUBRECAMILLA DESCARTABLE CON ELASTICO DE 2 x 0.9 mts TELA SMS 35 grs/m2. CUBRECAMILLA, AJUSTABLE, BORDE ELASTIZADO, DEBERÁ ADJUNTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	MUESTRA
49	DUODERM 10X10 - DUODERM 10X110	APOSITOS - TIPO DUODERM 10 X 10 CM- CGF. Caja X 100 UNIDADES TIPO COLOPLAST. Apósito hidrocoloide, Transparente, de 10 x 10 cm. Compuesto por partículas de carboximetilcelulosa (CMC) de sodio para absorber la humedad y que se encuentran encapsuladas. Deberá contar con aprobación de ANMAT	MUESTRA
50	ELECTRODO P/MEDICINA - ELECTRODO ADULTO. PERFIL EXTRAPLANO CON SOPORTE DE FOAM Y GEL ADHESIVO, TIPO "3M" C/U.	ELECTRODO AUTOADHESIVO ADULTO. PERFIL EXTRAPLANO CON SOPORTE DE FOAM Y GEL ADHESIVO, TIPO 3 M X UNIDAD. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT.	MUESTRA
51	GUÍA INTRAVENOSA PARA BOMBAS DE INFUSIÓN – PRIMARIO PARA BOMBA 5000R XL, ENVASADO INDIVIDUALEMNTE, ESTÉRIL Y APIRÓGENO.	LO ESPECIFICADO EN EL RENGLÓN. DEBERÁ SER COMPATIBLE CON LAS BOMBAS EXISTENTES.	MUESTRA
52	GUÍA INTRAVENOSA PARA BOMBAS DE INFUSIÓN – PRIMARIO PARA BOMBA 5000R XL, FOTOSENSIBLE, ENVASADO INDIVIDUALEMNTE, ESTÉRIL Y APIRÓGENO.	LO ESPECIFICADO EN EL RENGLÓN. DEBERÁ SER COMPATIBLE CON LAS BOMBAS EXISTENTES	MUESTRA
53	EQ. ADMNIS. SANGRE O PLASMA C/ FILTRO - EQUIPO P/ ADMINISTRACION DE SANGRE O PLASMA C/FILTRO Y MACROGOTERO C/AGUJA, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS Y ATOXICO.	EQUIPO PARA ADMINISTRACIÓN DE SANGRE O PLASMA C/ FILTRO Y MACROGOTERO C/AGUJA 18G X 11/4.TIPO V-20. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT.	
54	EQUIPO P/ADM. DE SOL. PARENTERALES C/MACROGOTEROS, S/AGUJA, ESTERIL, ATOXICO, LIBRE DE PIROGENOS C/REGULADOR DE FLUJO DE ALUMINIO TIPO KOLER G-1 X UNIDAD - EQUIPO P/ADM. DE SOL. PARENTERALES C/MACROGOTEROS, S/AGUJA, ESTERIL, ATOXICO, LIBRE DE PIROGENOS C/	EQUIPO PARA ADMINISTRAR SOLUCIONES PARENTERALES CON MACROGOTERO, TIPO V 14 Lo especificado en el renglón. Constará de: a) una tubuladura y cámara cuenta gotas con macrogotero de material plástico transparente y flexible (PVC) que permita un llenado rápido. Deberá contar con aprobación de ANMAT	
55	EQUIPO P/ADMINISTRACION DE SOL. PARENTERALES C/MICROGOTEROS, S/AGUJA, ESTERIL, ATOXICO Y LIBRE DE PIROGENOS C/REGULADOR DE FLUJO DE ALUMINIO - EQUIPO P/ ADMINISTRACION DE SOL. PARENTERALES C/MICROGOTEROS, S/AGUJA, ESTERIL, ATOXICO Y LIBRE DE PIROGENOS C/RE	EQUIPO PARA ADMINISTRAR SOLUCIONES PARENTERALES CON MICROGOTERO, TIPO V 17. Lo especificado en el renglón. Constará de: a) una tubuladura y cámara cuenta gotas con microgotero de material plástico transparente y flexible (PVC) que permita un llenado rápido. Deberá contar con aprobación de ANMAT	
56	EQUIPO DE ROPA DESCARTABLE PARA CIRUGÍAS DE ALTO RIESGO.	572-EQUIPOS DE ROPA DESCARTABLE PARA CIRUGIAS DE ALTO RIESGO. COMPUESTO POR: 4 CAMISOLINES QUIRURGICOS EN TELA TRILAMINADA, BARRERA VIRAL BACTERIANA NIVEL IV, RESISTENTE A RASGADURAS Y PERFORACIONES, ALCOHOL REPELENTE, IMPERMEABLE, RESPIRABLE Y CONFORTABLE CON TOALLAS DE MANO; 1 CAMPO PODALICO DE 2,20 X 2,00 MTS EN SMS 45 GRS. ADHESIVADO EN UN EXTREMO; 1 CAMPO CEFALICO DE 2,20 X 2,00 MTS EN SMS 45 GRS ADHESIVADO EN UN EXTREMO; 2 CAMPOS LATERALES DE 1,50 X 1,20 MTS EN BILAMINADO DE VISCOSA ABSORBENTE DE 28 G/M2 Y POLIETILENO IMPERMEABLE DE 30 G/M2 BARRERA ABSOLUTA, ADHESIVADO EN UN EXTREMO; 2 COMPRESAS DE 0,75 X 1,00 MTS EN BILAMINADO DE VISCOSA ABSORBENTE DE 28 G/M2 Y POLIETILENO IMPERMEABLE DE 30 G/M2 BARRERA ABSOLUTA, ADHESIVADO EN UN EXTREMO; 1 ENVOLTORIO CUBRE MESA DE 1,50 X 2,00 MTS EN BILAMINADO DE VISCOSA ABSORBENTE DE 28 G/M2 Y POLIETILENO IMPERMEABLE DE 30 G/M2 BARRERA ABSOLUTA; DOBLE ENVASE DE POUCH; ESTERIL	MUESTRA

57	FILTROS HUMIFICADORES VIRAL BACTERIAL - FILTRO VIRAL BACTERIAL CON HUMIDIFICADOR TIPO WESTMED COD. 39012	FILTRO PARA RESPIRADOR HMEF (INTERCAMBIADOR PASIVO DE HUMEDAD Y CALOR Y FILTRO BACTERIANO). Filtro bacteriano/viral con humidificador pasivo, con espacio muerto reducido. Membrana filtrante electrostática e hidrofóbica (eficiencia de filtración 0,02µ). Componente humidificador pasivo, compuesto por una membrana higroscópica de celulosa tratada con cloruro de calcio, atrapa la humedad y temperatura del gas espirado por el paciente y la devuelve en cada inspiración. El puerto lateral para conexión al capnógrafo evita el ingreso de humedad al sistema de medición tomando los gases del aire espirado. Debe ser estéril (envasado por unidad), apirogeno, libre de látex. DEBERÁ ADJUNTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT	MUESTRA
58	FRASCO - FRASCO BITUBULADO PLASTICO ESTERIL P/DRENAJE DE TORAX, SIFON X 750 ML.	FRASCO BITUBULADO PLASTICO ESTERIL P/DRENAJE DE TORAX SIFON X 750 ML. De PVC X 750 ML de capacidad nominal tipo F15. Elaborado en material plástico apto para uso medicinal, transparente, con pico y tubo central. Descartable, estéril y atóxico. Envasado en	MUESTRA
59	FRASCO - FRASCO BROCAL C/TAPA DE 2,5 LTS, GRADUADO, PLASTICO. C/U	FRASCO BROCAL DE 2,5 LTS, DE PVC, GRADUADO, CON TAPA A ROSCA. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT.	MUESTRA
60	FRASCO - FRASCO HUMIDIFICADOR DE 500 CC CON VALVULA DE SEGURIDAD SONORA TIPO AGO. 43219	FRASCOS P/CALENTADOR Y HUMIDIFICADOR - DE 500 CC CON VALVULA DE SEGURIDAD SONORA TIPO AGO. 43219. DEBERÁ PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT.	FOLLETO
61	GUANTES USO MEDICINAL - GUANTE P/EXAMINACION DE LATEX LEVEMENTE TALCADOS, AMBIDIESTROS NO ESTERILES, DE USO UNICO. TAMAÑO CHICO X100 U.	GUANTES DESCARTABLES PARA EXAMINACIÓN TAMAÑO CHICO, CAJA X 100 UNIDADES, de látex de caucho natural, anatómico, resistente al estiramiento, sin formaciones irregulares en su masa, salvo en zonas de tensión máxima. Deberán cumplir con las Normas y Estándares de calidad. Deberá contar con aprobación de ANMAT	MUESTRA
62	GUANTES USO MEDICINAL - GUANTE P/EXAMINACION DE LATEX LEVEMENTE TALCADOS, AMBIDIESTROS NO ESTERILES, DE USO UNICO. TAMAÑO GRANDE X100 U.	GUANTES DESCARTABLES PARA EXAMINACIÓN TAMAÑO GRANDE, CAJA X 100 UNIDADES, de látex de caucho natural, anatómico, resistente al estiramiento, sin formaciones irregulares en su masa, salvo en zonas de tensión máxima. Deberán cumplir con las Normas y estándares de calidad. Deberá contar con aprobación de ANMAT	MUESTRA
63	GUANTES USO MEDICINAL - GUANTE P/EXAMINACION DE LATEX LEVEMENTE TALCADOS, AMBIDIESTROS NO ESTERILES, DE USO UNICO. TAMAÑO MEDIANOS X100 U.	GUANTES DESCARTABLES PARA EXAMINACIÓN TAMAÑO MEDIANO CAJA X 100 UNIDADES, de látex de caucho natural, anatómico, resistente al estiramiento, sin formaciones irregulares en su masa, salvo en zonas de tensión máxima. Deberán cumplir con las Normas y Estándares de calidad. Deberá contar con aprobación de ANMAT.	MUESTRA
64	GUANTES USO MEDICINAL - GUANTES ESTERILES DESCARTABLES P/ CIRUGIA, ESTERILIZADOS POR RADIACION GAMMA Nº 6,5 X PARES	GUANTES DE LATEX DESCARTABLES ESTERILES Nº 76,5CAÑA LARGA -PARES de látex de caucho natural, anatómico, de acabado antideslizante, estéril, atóxico y apirógeno, resistente al estiramiento, con talco ó aditivo que permita un fácil estiramiento. Deberá contar con aprobación de ANMAT.	MUESTRA
65	GUANTES USO MEDICINAL - GUANTES ESTERILES DESCARTABLES P/ CIRUGIA, ESTERILIZADOS POR RADIACION GAMMA Nº 7 X PARES	GUANTES DE LATEX DESCARTABLES ESTERILES Nº 7, CAÑA LARGA -PARES de látex de caucho natural, anatómico, de acabado antideslizante, estéril, atóxico y apirógeno, resistente al estiramiento, con talco ó aditivo que permita un fácil estiramiento. Deberá contar con aprobación de ANMAT	MUESTRA
66	GUANTES USO MEDICINAL - GUANTES ESTERILES DESCARTABLES P/ CIRUGIA, ESTERILIZADOS POR RADIACION GAMMA Nº 7,5 X PARES	GUANTES DE LATEX DESCARTABLES ESTERILES Nº 7,5, CAÑA LARGA -PARES de látex de caucho natural, anatómico, de acabado antideslizante, estéril, atóxico y	MUESTRA

		apirógeno, resistente al estiramiento, con talco ó aditivo que permita un fácil estiramiento. Deberá contar con aprobación de ANMAT	
67	GUANTES USO MEDICINAL - GUANTES ESTERILES DESCARTABLES P/ CIRUGIA, ESTERILIZADOS POR RADIACION GAMMA Nº 8 X PARES	GUANTES DE LATEX DESCARTABLES ESTERILES Nº 8, CAÑA LARGA -PARES de látex de caucho natural, anatómico, de acabado antideslizante, estéril, atóxico y apirógeno, resistente al estiramiento, con talco ó aditivo que permita un fácil estiramiento, terminación. Deberá contar con aprobación de ANMAT	MUESTRA
68	GUANTES USO MEDICINAL - NITRILO M (caja x 100 un)	GUANTES DESCARTABLES DE NITRILO TAMAÑO M, CAJA X 100 UNIDADES. Sin talco. Libre de latex. de siliconas Borde enrollado Ambidiestro Según Norma Europea CE. EN 374 En 374. Riesgos Químicos y Micro-Organismos Cumple con Resolución 896, Sello "S" IRAM. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT.	MUESTRA
69	GUANTES USO MEDICINAL - SIN TALCO NI LATEX Nº6,5. TIPO PROFEEL.	GUANTE DE CIRUGIA Nº 6,5 DE ACRILO NITRILO-ESTERIL-PARES. Libre de látex. Elaborados con acrílo nitrilo de primera calidad. Con caña larga con ajuste uniforme en toda su extensión y con un largo que deberá superar el puño del camisolín. Con dedos largos de forma troncocónica y con buen calce. Deberá tener puño con bordes reforzados. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT.	MUESTRA
70	GUANTES USO MEDICINAL - SIN TALCO NI LATEX Nº7.5. TIPO PROFEEL.	GUANTE DE CIRUGIA Nº 7,5 DE ACRILO NITRILO-ESTERIL-PARES. Libre de látex. Elaborados con acrílo nitrilo de primera calidad. Con caña larga con ajuste uniforme en toda su extensión y con un largo que deberá superar el puño del camisolín. Con dedos largos de forma troncocónica y con buen calce. Deberá tener puño con bordes reforzados. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT.	MUESTRA
71	HOJA DE BISTURI - METALICAS, ESTERILES, LIBRE DE PIROGENOS, ENVASADAS INDIVIDUALMENTE Nº 11 X 100 UNID	HOJAS DE BISTURI Nº 11 – CAJA X 100 UNIDADES Hoja cortante de acero al carbono con ranura para incorporar a mango de bisturí, envasadas individualmente en papel de aluminio anticorrosivo, garantizado el 100 % de protección contra el polvo y la oxidación. Con vencimiento no menor 18 meses. Según la mediadas que se especifican para cada renglón. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT.	MUESTRA
72	JERINGAS - JERINGA DESCARTABLE DE POLIPROPILENO, ESTERIL, ATOXICA, LIBRE DE PIRETOGENOS, SIN AGUJA, ENVASES INDIVIDUALES, 3 PIEZAS, PICO LUER EXCENTRICO, 10 CC TIPO "BARCAT" O "TERUMO"	JERINGAS - DE 10 CC DESCARTABLE SIN AGUJA X UNIDAD TIPO TERUMO. JERINGA DESCARTABLE DE 3 ELEMENTOS CAP 10 ML. Graduada, pico luer excéntrico, con aguja 40/8, envoltorio de polietileno, de fácil apertura, estéril. Deberán responder a Normas IRAM y Normas internacionales. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN DE ANMAT.	MUESTRA
73	JERINGAS - JERINGA DESCARTABLE DE POLIPROPILENO, ESTERIL, ATOXICA, LIBRE DE PIRETOGENOS, SIN AGUJA, ENVASES INDIVIDUALES, 3 PIEZAS, PICO LUER EXCENTRICO, 20 CC. TIPO "BARCAT" O "TERUMO"	JERINGAS - DE 20 CC DESCARTABLE SIN AGUJA X UNIDAD TIPO TERUMO. JERINGA DESCARTABLE DE 3 ELEMENTOS CAP 20 ML. Graduada, pico luer excéntrico, envoltorio de polietileno, de fácil apertura, estéril. Deberán responder a Normas IRAM y Normas internacionales. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN DE ANMAT.	MUESTRA
74	JERINGAS - JERINGA DESCARTABLE DE POLIPROPILENO, ESTERIL, ATOXICA, LIBRE DE PIRETOGENOS, SIN AGUJA, ENVASES INDIVIDUALES, 3 PIEZAS, PICO LUER EXCENTRICO, 5 CC TIPO "BARCAT" O "TERUMO"	JERINGAS - DE 5 CC DESCARTABLE SIN AGUJA X UNIDAD TIPO TERUMO. JERINGA DESCARTABLE DE 3 ELEMENTOS CAP 5 ML. Graduada, pico luer excéntrico, con aguja 40/8, envoltorio de polietileno, de fácil apertura, estéril. Deberán responder a Normas IRAM y Normas internacionales. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN DE ANMAT.	MUESTRA

75	JERINGA DESCARTABLE DE POLIPROPILENO, ESTERIL, ATOXICA, LIBRE DE PIRETOGENOS, SIN AGUJA, ENVASES INDIVIDUALES, 3 PIEZAS, PICO LUER EXCENTRICO, 50/60 CC X 50 UNID. TIPO "BARCAT" O "TERUMO"	JERINGA DESCARTABLE DE POLIPROPILENO, ESTERIL, ATOXICA, LIBRE DE PIRETOGENOS, SIN AGUJA, ENVASES INDIVIDUALES, 3 PIEZAS, PICO LUER EXCENTRICO, 50/60 CC X 50 UNID. TIPO "BARCAT" O "TERUMO". DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN DE ANMAT.	
76	JERINGAS – COMPLETAS PRODIABE	LO ESPECIFICADO EN EL RENGLÓN	FOLLETO
77	CONECTOR PARA MEDICINA - LLAVE DE TRES VIAS DISPOSITIVO PARA INFUSION I.V. INTRAVERNOSA ATOXICOS Y LIBRE DE PIROGENOS - LLAVE DE TRES VIAS, DISPOSITIVO PARA INFUSION I.V. INTRAVENOSA, ATOXICO Y LIBRE DE PIRETOGENOS	LO ESPECIFICADO EN EL RENGLÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN DE ANMAT. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA.	MUESTRA
78	LLAVE DE TRES VIAS DISPOSITIVO PARA INFUSION I.V. INTRAVERNOSA ATOXICOS Y LIBRE DE PIROGENOS - LLAVE DE TRES VIAS, DISPOSITIVO PARA INFUSION I.V. INTRAVENOSA, ATOXICO Y LIBRE DE PIRETOGENOS	LLAVE DE TRES VIAS DISPOSITIVO PARA INFUSION I.V. INTRAVERNOSA ATOXICOS Y LIBRE DE PIROGENOS -. DESCARTABLE CON ROSCA LUER LOCK. ESTERIL, con robinete de 360º de plástico, ajuste con pico luer lock, con flecha indicadora del sentido de flujo acondicionada. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN DE ANMAT.	MUESTRA
79	MANGO DE TENSIÓN ARTERIAL – ADULTO GENÉRICO	MANGO DE T.A -para monitorización automática N°26 x 36 adulto. TIPO MAICUFF. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN DE LA ANMAT	MUESTRA
80	MANGO DE BISTURI - - P/ELECTROBISTURI MONOPOLAR DESCARTABLE C/CABLE Y FICHA E2515 -	MANGO P/ELECTROBISTURI MONOPOLAR DESCARTABLE C/CABLE Y FICHA E2515 -. DEBERÁ PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT.	FOLLETO
81	MÁSCARA DE OXÍGENO PEDIÁTRICA CON BOLSA RESERVORIO	LO ESPECIFICADO EN EL RENGLÓN. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT.	MUESTRA
82	MASCARA DE OXIGENO - MASCARAS DE OXIGENO-AIRE Y ACCESORIOS VENTURI TAMAÑO ADULTO	MASCARA - OXIGENOTERAPIA ADULTO TIPO VENTURI CON 6 PORCENTAJES Y ACCESORIOS (ELASTICO PARA AJUSTE AL ROSTRO, TUBULADURA PARA CONEXIÓN A FUENTE DE OXIGENO) MASCARA CON CLIPS DE AJUSTE NASAL METALICO. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN DE ANMAT.	MUESTRA
83	MASCARA DE OXIGENO - MASCARAS DE OXIGENOTERAPIA C/ REGULADOR DE FLUJO TIPO F102 ADULTO	MASCARA CON REGULADOR DE FLUJO TIPO F102, ADULTO. DEBERÁ ADJUNTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT	MUESTRA
84	NYLON - POLIETILINO DE 70 MICRONES EN BOBINAS DE 15 CM X UNIDAD	POLIETILENO DE 70 MICRONES EN BOBINAS DE 15 CM DE ANCHO X UNIDAD TIPO BIOLENE. DEBERÁ PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT.	FOLLETO
85	ORINAL MASCULINO - PAPAGAYO	LO ESPECIFICADO EN EL RENGLÓN.	FOLLETO
86	PAÑAL DESCARTABLE - PAÑALES TAMAÑO ADULTO	PAÑAL DESCARTABLE - ADULTO TIPO NONISEC. Pañal con Fibras que reducen PH, Material libre de cloro. Extra absorbentes, para evitar escurrimientos. Laterales extensibles para una perfecta sujeción y una óptima libertad de movimientos. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN DE ANMAT.	MUESTRA
87	PAÑAL DESCARTABLE - PAÑALES TAMAÑO BEBE MEDIANO	PAÑAL DESCARTABLE - TAMAÑO BEBE MEDIANO. PAMPERS. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT.	MUESTRA
88	PAÑAL DESCARTABLE - PAÑALES TAMAÑO PEDIATRICO TAM. XG	PAÑAL DESCARTABLE - PEDIATRICO TAMAÑO XG. PAMPERS SUPERSEC. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN	MUESTRA

		ANMAT.	
89	PAÑAL DESCARTABLE - PAÑALES TAMAÑO PEDIATRICO TAM. XXG	PAÑAL DESCARTABLE - PEDIATRICO TAMAÑO xxg. PAMPERS SUPERSEC. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT.	MUESTRA
90	PAÑO DE HIGIENE CORPORAL - PAÑO JABONOSO CON CLORHEXIDINA	PAÑO DE HIGIENE CORPORAL - CON SOLUCION JABONOSA DE CLORHEXIDINA, MEDIDA 30 CM X 20 CM, TELA NO TEJIDA MICROPERFORADA TIPO COLMENA. PAÑO DESCARTABLE PARA BAÑO CORPORAL CON SOLUCION JABONOSA DE CLORHEXIDINA. Paño descartable antibacterial para la higiene y limpieza de todo el cuerpo, sin acción terapéutica, y que no requiera agua, ni enjuague. Hipoalergénico, libre de látex, pH neutro y libre de resinas. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT	MUESTRA
91	PAPEL P/ECOGRAFIA - TIPO "SONY - UPP-110HD" ALTA DENSIDAD	PAPEL P/ECOGRAFIA - TIPO SONY UPP-110HD ALTA DENSIDAD. DEBERÁ PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN.	FOLLETO
92	PAPEL P/ECOGRAFIA - TIPO "SONY - UPP-110S" TYPE 1 NORMAL	PAPEL P/ ECOGRAFÍA TIPO "SONY – UPP – 110S" TYPO 1 NORMAL. DEBERÁ PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN.	FOLLETO
93	PAPEL P/ELECTROCARDIOGRAMA - PAPEL P/ ELECTROCARDIOGRAMA DE INSCRIPCION DIRECTA, TERMOQUIMICO TIPO "FUKUDA" 50 X 30	PAPEL P/ELECTROCARDIOGRAM. - TERMOQUIMICO TIPO "FUKUDA" 50 X 30 MTS. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	MUESTRA
94	PAPEL PARA MONITOREO FETAL TIPO COMEN 21/22	LO ESPECIFICADO EN EL RENGLÓN	MUESTRA
95	PROLONGADOR BIFURCADO PARA NEONATOLOGÍA CON DOS VÁLVULAS AUTOSELLANTES	LO ESPECIFICADO EN EL RENGLÓN. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	MUESTRA
96	PULSERAS IDENTIFICACION - TRIPLE NEONATAL TIPO JUEGO MADRE/HIJO/HIJO NUMERADA	PULSERAS IDENTIFICACION - TRIPLE NEONATAL TIPO JUEGO MADRE/HIJO/HIJO, NUMERADAS, DE BORDES NO CORTANTES, SIN CARTON. LIBRE DE LATEX. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	MUESTRA
97	RECIPIENTE ESTÉRIL DE USO BIOLÓGICO X 125ML.	RECIPIENTE ESTERIL USO BIOLÓGICO X 125 -. ENVASE DESCARTABLE ESTERIL X 125 ML para uso biológico, capaces de contener los volúmenes que se especifican en el renglón, con tapa a rosca de cierre hermético, en envase individual, estéril, con fecha de Vto. y lote. Acondicionado en cajas que resistan estiba máxima de no menos de 6 unidades. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT.	MUESTRA
98	REGULADOR DE CAUDAL - PARA SET DE INFUSION I.V. ESTERIL TIPO UNI-FLOW DE UNIC	EQUIPO DE REGULACIÓN DE VOLUMEN DE INFUSION-DESCARTABLE TIPO DIAL FLOW. Lo especificado en el renglón. Regulador de flujo de precisión para la administración IV. Conectores luer estándar compatibles con los Estándares Nacionales Norteamericanos (American National Standards) para Conectores Luer. Cuerpo de PVC de Grado Médico libre de DEHP. Goteros: 20 gotas/min. Regulador: 5-250 ml/min, en línea. Filtro en línea: Para líquidos IV, 0.22 micras. Compatibilidad: Compatible con citostáticos, lípidos (NPT). Deberá estar aprobado por la ANMAT. Deberá presentar muestra para su aprobación	MUESTRA
99	SATUROMETRO DE OXIMETRIA DESCARTABLE NEONATAL - SATUROMETRO DE OXIMETRIA DESCARTABLES NEONATALES TIPO NELLCORD	SENSOR PARA OXIMETRIA NEONATAL DESCARTABLE TIPO NELLCOR. SENSOR PARA OXIMETRO SPO2 NEONATAL, DESCARTABLE TIPO NELLCOR. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	MUESTRA

100	SET DE COLOCACION DE CATETER - DOBLE JOTA 7 FR Tipo Cook o Boston Scientific.	SET DE COLOCACION DE CATETER DOBLE JOTA 7 FR Tipo Cook o Boston Scientific. DEBERÁ PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT.	FOLLETO
101	SISTEMA C-PAP NEONATAL TIPO SILMAG CÓDIGO 233-00	SISTEMA C-PAP NEONATAL TIPO SILMAG CÓDIGO 233-00. DEBERÁ PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT.	FOLLETO
102	SONDA - SONDA DE 2 VIAS, LATEX SILICONADA, ESTERIL, ENVASADA INDIVIDUALMENTE, LIBRE DE PIROGENOS, TIPO "RUSH GOLD" Nº08	SONDA VESICAL TIPO FOLEY DOBLE VIA C/BALON NRO 8 SILICONADA. De látex siliconado extremo distal recto, con punta cilíndrica, con dos orificios laterales redondeado atraumáticos; balón rellenable resistente, extremo proximal con dos vías con conexión universal. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN DE ANMAT.	MUESTRA
103	SONDA - SONDA DE 2 VIAS, LATEX SILICONADA, ESTERIL, ENVASADA INDIVIDUALMENTE, LIBRE DE PIROGENOS, TIPO "RUSH GOLD" Nº10	SONDA VESICAL TIPO FOLEY DOBLE VIA C/BALON NRO 10 SILICONADA. De látex siliconado extremo distal recto, con punta cilíndrica, con dos orificios laterales redondeado atraumáticos; balón rellenable resistente, extremo proximal con dos vías con conexión universal. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN DE ANMAT.	MUESTRA
104	SONDA - SONDA DE 2 VIAS, LATEX SILICONADA, ESTERIL, ENVASADA INDIVIDUALMENTE, LIBRE DE PIROGENOS, TIPO "RUSH GOLD" Nº14	SONDA VESICAL TIPO FOLEY DOBLE VIA C/BALON NRO 14 SILICONADA. De látex siliconado extremo distal recto, con punta cilíndrica, con dos orificios laterales redondeado atraumáticos; balón rellenable resistente, extremo proximal con dos vías con conexión universal. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN DE ANMAT.	MUESTRA
105	SONDA - SONDA DE 2 VIAS, LATEX SILICONADA, ESTERIL, ENVASADA INDIVIDUALMENTE, LIBRE DE PIROGENOS, TIPO "RUSH GOLD" Nº16	SONDA VESICAL TIPO FOLEY DOBLE VIA C/BALON NRO 16 SILICONADA. De látex siliconado extremo distal recto, con punta cilíndrica, con dos orificios laterales redondeado atraumáticos; balón rellenable resistente, extremo proximal con dos vías con conexión universal. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN DE ANMAT.	MUESTRA
106	SONDA - SONDA FOLEY DE 2 VIAS 100% SILICONA 18 FR.	SONDA VESICAL TIPO FOLEY DOBLE VIA C/BALON NRO 18, 100 % SILICONA. Libre de látex, extremo distal recto, con punta cilíndrica, con dos orificios laterales redondeado atraumáticos; balón rellenable resistente, extremo proximal con dos vías con conexión universal. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN DE ANMAT.	MUESTRA
107	SONDA - SONDA FOLEY DE 2 VIAS 100% SILICONA 20 FR.	SONDA VESICAL TIPO FOLEY DOBLE VIA C/BALON NRO 20, 100 % SILICONA. Libre de látex, extremo distal recto, con punta cilíndrica, con dos orificios laterales redondeado atraumáticos; balón rellenable resistente, extremo proximal con dos vías con conexión universal. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN DE ANMAT.	MUESTRA
108	SONDA - SONDA NASOGASTRICA 100% SILICONADA TIPO SILMAG 392-09	SONDA NASOGASTRICA 100% SILICONA TIPO SILMAG 392-09, 100 % SILICONA. transparente con línea radiopaca. Estéril, atóxica y libre de latex. Extremo cerrado y redondeado. Marcada a los 20, 30, 40 y 50 cm. No debe producir lesiones por presión. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN DE ANMAT.	FOLLETO
109	SONDAS - SONDA NASOGASTRICA, ESTERIL, MATERIAL ATOXICO, LIBRE DE PIROGENOS TIPO K 30	Sonda nasogástrica TIPO K-30, de material histocompatible, exenta de látex, graduada a intervalos. Con línea radiopaca, transparente y flexible. Extremo distal abierto y cuatro orificios laterales, todos atraumáticos. Extremo proximal con conexión universal. Longitud aproximada de 1 metro. En envase individual estéril. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT	MUESTRA
110	SONDAS - SONDA NASOGASTRICA, ESTERIL, MATERIAL ATOXICO, LIBRE DE PIROGENOS TIPO K 33	Sonda nasogástrica TIPO K-33, de material histocompatible, exenta de látex, graduada a intervalos. Con línea radiopaca, transparente y flexible. Extremo distal abierto y cuatro orificios laterales, todos atraumáticos. Extremo proximal con conexión universal. Longitud aproximada de 1 metro. En envase individual	MUESTRA

		estéril. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT	
111	SONDAS - SONDA PARA INHALACION DE OXIGENO ADULTO, ESTÉRIL, ATÓXICO, APIRÓGENO, ENVASES INDIVIDUALES, TIPO "KOLER SI-27A ^a	SONDA PARA INHALACION DE OXIGENO ADULTO (BIGOTERA) PARA ADMINISTRACIÓN DE OXIGENO, para oxigenoterapia, estéril, atoxico, apirogeno, transparente, libre de látex, para administración positiva continua de oxígeno. Envasada individualmente, estéril, atóxica, apirógena. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN DE ANMAT. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	MUESTRA
112	SONDAS - SONDA PARA INHALACION DE OXIGENO, ESTÉRIL, ATÓXICO, APIRÓGENO, ENVASES INDIVIDUALES, TIPO "KOLER SI-27P ^a	SONDA PARA INHALACION DE OXIGENO (BIGOTERA) PARA ADMINISTRACIÓN DE OXIGENO, para oxigenoterapia, estéril, atoxico, apirogeno, transparente, libre de látex, para administración positiva continua de oxígeno. Envasada individualmente, estéril, atóxica, apirógena. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN DE ANMAT. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	MUESTRA
113	SONDAS - SONDA PARA SUCCION DE MUCUS CON REGULADOR DE SUCCION, ESTERIL, MATERIAL ATOXICO, LIBRE DE PIROGENOS, DE CALIBRE 5MM TIPO "FSA 30P PM 1012-8" DE "BIO-FIL"	SONDA PARA ASPIRACIÓN DE MUCUS TIPO K 30 P CON REGULADOR DE SUCCIÓN. Sonda para aspiración de mucus, de PVC, estéril, atoxico, apirogeno, transparente, libre de látex, extremo distal con orificios redondeados atraumático, en el extremo proximal conector u	MUESTRA
114	SONDAS - SONDA PARA SUCCION DE MUCUS CON REGULADOR DE SUCCION, ESTERIL, MATERIAL ATOXICO, LIBRE DE PIROGENOS, DE CALIBRE 5MM TIPO "FSA 31P PM 1012-8" DE "BIO-FIL"	SONDA PARA ASPIRACIÓN DE MUCUS TIPO K 31 P CON REGULADOR DE SUCCIÓN. Sonda para aspiración de mucus, de PVC, estéril, atoxico, apirogeno, transparente, libre de látex, extremo distal con orificios redondeados atraumático, en el extremo proximal conector u	MUESTRA
115	SONDAS - SONDA PARA SUCCION DE MUCUS CON REGULADOR DE SUCCION, ESTERIL, MATERIAL ATOXICO, LIBRE DE PIROGENOS, DE CALIBRE 5MM TIPO "FSA 32P PM 1012-8" DE "BIO-FIL"	SONDA PARA ASPIRACIÓN DE MUCUS TIPO K 32 P CON REGULADOR DE SUCCIÓN. Sonda para aspiración de mucus, de PVC, estéril, atoxico, apirogeno, transparente, libre de látex, extremo distal con orificios redondeados atraumático, en el extremo proximal conector u	MUESTRA
116	SONDAS - SONDA PARA SUCCION DE MUCUS CON REGULADOR DE SUCCION, ESTERIL, MATERIAL ATOXICO, LIBRE DE PIROGENOS, DE CALIBRE 5MM TIPO "FSA 33P PM 1012-8" DE "BIO-FIL"	SONDA PARA ASPIRACIÓN DE MUCUS TIPO K 33 P CON REGULADOR DE SUCCIÓN. Sonda para aspiración de mucus, de PVC, estéril, atoxico, apirogeno, transparente, libre de látex, extremo distal con orificios redondeados atraumático, en el extremo proximal conector u	MUESTRA
117	SONDAS - SONDA URETRAL FOLEY DUFOUR TIPO COLOPLAST 18 FR	SONDAS - URETRAL FOLEY DUFOUR N°18 FR Tipo Coloplast. DEBERÁ PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT.	FOLLETO
118	TAPONES DE PLÁSTICO PARA JERINGA X 100 UNIDADES	LO ESPECIFICADO EN EL RENGLÓN. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA.	MUESTRA
119	TELA ADHESIVA C/TEJIDO DE ALGODON HIDROF CON ADHESIVO HIPOALERG ALTO CONT DE OXIDO DE ZINC ROLLO DE 10 CM X 3 U - TELA ADHESIVA, C/TEJIDO DE ALGODON HIDROF. CON ADHESIVO HIPOALERG. ALTO CONT. DE OXIDO DE ZINC ROLLO DE 10 CM	TELA ADHESIVA DE OXIDO DE ZINC ROLLO DE 10 CM X UNIDAD. TELA ADHESIVA, C/TEJIDO DE ALGODON HIDROF. CON ADHESIVO HIPOALERG. ALTO CONTENIDO DE OXIDO DE ZINC ROLLO DE 10 CM X 9 MTS. X UNIDAD. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN DE ANMAT	MUESTRA
120	TELA ADHESIVA C/TEJIDO DE ALGODON HIDROF CON ADHESIVO HIPOALERG CON ALTO CONT DE OXIDO ZINC ROLLO DE 5 CM X 6U - TELA ADHESIVA, C/TEJIDO DE ALGODON HIDROF. CON ADHESIVO HIPOALERG. ALTO CONT. DE OXIDO DE ZINC ROLLO DE 5 CM	TELA ADHESIVA - DE OXIDO DE ZINC ROLLO DE 5 CM X UNIDAD. TELA ADHESIVA, C/TEJIDO DE ALGODON HIDROF. CON ADHESIVO HIPOALERG. ALTO CONTENIDO DE OXIDO DE ZINC ROLLO DE 5 CM X 9 MTS. X UNIDAD. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN DE ANMAT	MUESTRA
121	TEST RAPIDO KIT COMPLETO PARA COVID19 - TEST RAPIDO KIT COMPLETO PARA COVID19 (Genérico)	TEST RAPIDO PARA COVID, DESCARTABLE. DEBERÁ CONTAR CON APROBACION DE ANMAT.	MUESTRA

122	TETINAS - DE 100% SILICONA TAM. MEDIANO TIPO MCA "PRINTEX" O "FLAVIA"	TETINAS - 100% SILICONA TAM. MEDIANO TIPO "FLAVIA" PARA MAMADERAS DE 250 ML. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT.	MUESTRA
123	TIRAS - REACTIVAS GLUCOSA OPTIUM NEO H	TIRAS REACTIVAS PARA MEDICIÓN DE GLUCOSA PARA EQUIPO GLUCOMETRO OPTIUM NEO H. DEBERÁ PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTRA CON APROBACIÓN DE LA ANMAT.	FOLLETO
124	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC CON BALON CON BOQUILLA PLASTICA Y LINEA RADIOPACA SILICONADA LIBRE DE PIROGENOS ESTERIL TIPO RUSCH - TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC CON BALON, CON BOQUILLA PLASTICA Y LINEA RADIOPACA, SILICONADO, LIBRE DE PIROGENOS, ESTERIL Nº 4,0 TIPO "	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 4,0 CON BALON. DE PVC, CON BOQUILLA PLASTICA Y LINEA RADIOPACA, SILICONADO, LIBRE DE PIROGENOS, ESTERIL, LIBRE DE LATEX. TIPO RUSH. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN DE LA ANMAT. DEBERÁ PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN.	FOLLETO
125	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC CON BALON CON BOQUILLA PLASTICA Y LINEA RADIOPACA SILICONADA LIBRE DE PIROGENOS ESTERIL TIPO RUSCH - TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC CON BALON, CON BOQUILLA PLASTICA Y LINEA RADIOPACA, SILICONADO, LIBRE DE PIROGENOS, ESTERIL Nº 5,0 TIPO "	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 5,0 CON BALON. DE PVC, CON BOQUILLA PLASTICA Y LINEA RADIOPACA, SILICONADO, LIBRE DE PIROGENOS, ESTERIL, LIBRE DE LATEX. TIPO RUSH. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN DE LA ANMAT. DEBERÁ PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN.	FOLLETO
126	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC CON BALON CON BOQUILLA PLASTICA Y LINEA RADIOPACA SILICONADA LIBRE DE PIROGENOS ESTERIL TIPO RUSCH - TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC CON BALON, CON BOQUILLA PLASTICA Y LINEA RADIOPACA, SILICONADO, LIBRE DE PIROGENOS, ESTERIL N.º 6,0 TIPO "	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 6,0 CON BALON. DE PVC, CON BOQUILLA PLASTICA Y LINEA RADIOPACA, SILICONADO, LIBRE DE PIROGENOS, ESTERIL, LIBRE DE LATEX. TIPO RUSH. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN DE LA ANMAT. DEBERÁ PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN.	FOLLETO
127	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC CON BALON CON BOQUILLA PLASTICA Y LINEA RADIOPACA SILICONADA LIBRE DE PIROGENOS ESTERIL TIPO RUSCH - TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC CON BALON, CON BOQUILLA PLASTICA Y LINEA RADIOPACA, SILICONADO, LIBRE DE PIROGENOS, ESTERIL N.º 7,5 TIPO "	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 7,5 CON BALON. DE PVC, CON BOQUILLA PLASTICA Y LINEA RADIOPACA, SILICONADO, LIBRE DE PIROGENOS, ESTERIL, LIBRE DE LATEX. TIPO RUSH. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN DE LA ANMAT. DEBERÁ PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN.	FOLLETO
128	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC CON BALON CON BOQUILLA PLASTICA Y LINEA RADIOPACA SILICONADA LIBRE DE PIROGENOS ESTERIL TIPO RUSCH - TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC CON BALON, CON BOQUILLA PLASTICA Y LINEA RADIOPACA, SILICONADO, LIBRE DE PIROGENOS, ESTERIL N.º 9,5 TIPO "	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 9,5 CON BALON. DE PVC, CON BOQUILLA PLASTICA Y LINEA RADIOPACA, SILICONADO, LIBRE DE PIROGENOS, ESTERIL, LIBRE DE LATEX. TIPO RUSH. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN DE LA ANMAT. DEBERÁ PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN.	FOLLETO
129	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC CON BALON CON BOQUILLA PLASTICA Y LINEA RADIOPACA SILICONADA LIBRE DE PIROGENOS ESTERIL TIPO RUSCH - TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC CON BALON, CON BOQUILLA PLASTICA Y LINEA RADIOPACA, SILICONADO, LIBRE DE PIROGENOS, ESTERIL N.º 3,0 TIPO "	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 3,0 CON BALON. DE PVC, CON BOQUILLA PLASTICA Y LINEA RADIOPACA, SILICONADO, LIBRE DE PIROGENOS, ESTERIL, LIBRE DE LATEX. TIPO RUSH. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN DE LA ANMAT. DEBERÁ PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN.	FOLLETO
130	TUBULADURA DE LÁTEX DE 8 X 11 METROS	LO ESPECIFICADO EN EL RENGLÓN	MUESTRA
131	VENDA USO MEDICO - VENDA ENYESADA DE FRAGUADO RAPIDO 10 CM ANCHO X 2,7 MTS. DE LARGO X UNIDAD TIPO "A.Y.E.P."	VENDA USO MEDICO TIPO ENYESADA (VENDA DE YESO) CONFECCIONADAS CON TARLATANA Y YESO DE PRIMERA CALIDAD DE 10 CM DE ANCHO POR 3 MTS DE LARGO. LAS TOLERANCIAS SERAN DE 1 CM PARA EL ANCHO, Y DE 2 CM PARA EL LARGO. EL YESO DEBERA SER DE FRAGUADO RAPIDO, Y SE P	MUESTRA
132	VENDA USO MEDICO - VENDA ENYESADA DE FRAGUADO RAPIDO 15 CM ANCHO X 2,7 MTS. DE LARGO X UNIDAD TIPO "A.Y.E.P."	VENDA USO MEDICO TIPO ENYESADA (VENDA DE YESO) CONFECCIONADAS CON TARLATANA Y YESO DE PRIMERA CALIDAD DE 15 CM DE ANCHO POR 3 MTS DE LARGO. LAS TOLERANCIAS SERAN DE 1 CM PARA EL ANCHO, Y DE 2 CM PARA EL LARGO. EL YESO DEBERA SER DE FRAGUADO RAPIDO. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN DE ANMAT.	MUESTRA
133	VENDA USO MEDICO - VENDA ENYESADA DE FRAGUADO RAPIDO 20 CM ANCHO X 2,7 MTS. DE LARGO X UNIDAD TIPO "A.Y.E.P."	VENDA USO MEDICO TIPO ENYESADA (VENDA DE YESO) CONFECCIONADAS CON TARLATANA Y YESO DE PRIMERA CALIDAD DE 20 CM DE ANCHO POR 3 MTS DE LARGO. LAS TOLERANCIAS SERAN DE 1 CM PARA EL ANCHO, Y DE 2 CM	MUESTRA

		PARA EL LARGO. EL YESO DEBERA SER DE FRAGUADO RAPIDO. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN DE ANMAT.	
134	VENDA USO MEDICO - VENDA OVATA DE ALGODON HIDROFILO PARA USO PREENYESADO 10 CM X 3MTS. DE LARGO X UNIDAD TIPO "A.Y.E.P."	VENDA OVATA DE ALGODÓN ROLLO 10 CM. Confeccionada con blouse de algodón crudo 100 %. Las vendas deben poseer una capa de apresto en sus dos fases permitiendo el desdoblamiento de la venda si el ortopedista lo requiera. Envueltas en envases de polipropileno. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN DE ANMAT.	FOLLETO
135	VENDA USO MEDICO - VENDA OVATA DE ALGODON HIDROFILO PARA USO PREENYESADO 15 CM X 3MTS. DE LARGO X UNIDAD TIPO "A.Y.E.P."	VENDA OVATA DE ALGODÓN ROLLO 15 CM. Confeccionada con blouse de algodón crudo 100 %. Las vendas deben poseer una capa de apresto en sus dos fases permitiendo el desdoblamiento de la venda si el ortopedista lo requiera. Envueltas en envases de polipropileno. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN DE ANMAT.	FOLLETO
136	VENDA USO MEDICO - VENDA OVATA DE ALGODON HIDROFILO PARA USO PREENYESADO 20 CM X 3MTS. DE LARGO X UNIDAD TIPO "A.Y.E.P."	VENDA OVATA DE ALGODÓN ROLLO 20 CM. Confeccionada con blouse de algodón crudo 100 %. Las vendas deben poseer una capa de apresto en sus dos fases permitiendo el desdoblamiento de la venda si el ortopedista lo requiera. Envueltas en envases de polipropileno. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN DE ANMAT.	FOLLETO
137	ZALEAS - ZALEAS DESCARTABLES 60 X 90 CM	ZALEAS DESCARTABLES 60 X90 CM. PROTECTOR DE CAMA, COMPUESTO POR FIBRAS DE CELULOSAS 100 % NATURAL, 100 % IMPERMEABLES, FLEXIBLES Y ABSORVENTES. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRAS PARA SU APROBACIÓN.	MUESTRA
138	JERINGAS - JERINGA DESCARTABLE DE POLIPROPILENO, ESTERIL, ATOXICA, LIBRE DE PIROGENOS, SIN AGUJA, ENVASES INDIVIDUALES, 3 PIEZAS, PICO LUER EXCENTRICO, 1 CC TUBERCULINA TIPO "BARCAT" O "TERUMO"	JERINGAS - TUBERCULINA DE 1 CC DESCARTABLE CON AGUJA 15/5 X UNIDAD TIPO TERUMO. JERINGA DESCARTABLE DE 3 ELEMENTOS CAP 1 ML. Graduada, pico luer con aguja 16/5 o 15/5, envoltorio de polietileno, de fácil apertura, estéril. Deberán responder a Normas IRA. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN DE ANMAT.	MUESTRA
139	CIRCUITO PARA RESPIRADOR - TIPO WESTED - DESCRIPCION SIN TRAMPA DE AGUA	CIRCUITO PARA RESPIRADOR TIPO WESTED SIN TRAMPA DE AGUA. CON POSIBILIDAD DE DESACOPLE. DE UNA DE SUS RAMAS DEBERA CONTAR CON APROBACION DE ANMAT	MUESTRA
140	TRANSDUCTOR DE PRESION - TRANSDUCTOR DE PRESION - INVASIVA TIPO EDWARDS Px260	TRANSDUCTOR DE PRESION - TRANSDUCTOR DE PRESION - INVASIVA TIPO EDWARDS Px260. DEBERA CONTAR CON APROBACION DE ANMAT	MUESTRA
141	TRANSDUCTOR DE PRESIÓN – DTX PLUS DT (EXCLUSIVO POR COMPATIBILIDAD CON EQUIPOS MONITORES DE UTI Y UTIP)	TRANSDUCTOR DE PRESION - TRANSDUCTOR DE PRESION - INVASIVA TIPO DTX PLUS DT. DEBERA CONTAR CON APROBACION DE ANMAT	MUESTRA
142	GASAS IODOFORMADAS PAQUETES X 10 UNIDADES -	GASAS IODOFORMADAS PAQUETES X 10 UNIDADES – DEBERÁN CONTAR CON APROBACIÓN DE ANMAT.	FOLLETO
143	CATETER - CATETER I.V. ESTERIL.RADIOPACO C/MANDRIL METALICO LIBRE DE PIROGENOS, DE TEFLON TIPO JELCO Nº 20	CATETER INTRAVENOSO TIPO JELCO NRO 20 CON TRAMPA DE AIRE Y FILTRO. Compuesto por aguja guía interior, de acero inoxidable, siliconada y con punta de triple bisel, con cámara de visualización transparente, y tapón incorporado, cánula exterior. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN DE ANMAT. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA.	MUESTRA

Farmacéutica ANDREA GRIFFA
Jefa Servicio Farmacia y Esterilización
HOSPITAL LARCADE