

LICITACION PUBLICA N° 56/25

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

ADQUISICIÓN DE DESCARTABLES GENERALES PARA EL HOSPITAL LARCADE.

ANEXOS

Anexo 1: Envases. Marcación, Rotulado y Embalaje

Anexo 2: Lugar de entrega -Inspección y Recepción. Pruebas y Ensayos a considerar.

Anexo 3: Requisitos particulares.

Apéndice 1: Descripción del Ítem/Especificaciones Técnicas

OBJETO

La presente Especificación Técnica establece los requisitos técnicos que deberá **PERMITIR LA ADQUISICIÓN DE DESCARTABLES GENERALES PARA EL HOSPITAL LARCADE.**

CONDICIONES GENERALES

EL CONTROL DE LAS ESPECIFICACIONES ENUMERADAS, SERA DE COMPETENCIA EXCLUSIVA DE LA SECRETARÍA DE SALUD.

1. DOCUMENTACIÓN TECNICA REQUERIDA.

- a. Fotocopia de la Disposición extendida por el Ministerio de Salud, donde se designa al Director Técnico de la Empresa.
- b. Deberá acreditar habilitación o autorización de funcionamiento de la empresa según corresponda, para lo cual deberá presentar copia de la documentación prevista en las siguientes alternativas:

1) En caso de ser importador o productor de Productos médicos y/o biomédicos:

- a) Según el régimen nuevo: Fotocopia de Disposición y certificado de habilitación y autorización de funcionamiento de la empresa según Disposición Nro 2319/02 (TO 2004) ANMAT, acompañada de Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente (BPF). *(El rubro de autorización está determinado por el Certificado de BPF y no por el certificado de habilitación, motivo por el cual ambos deben presentarse en forma conjunta, careciendo de validez por separado).*
- b) Según el régimen anterior: Fotocopia de Disposición y certificado de habilitación de establecimiento según Resolución 255/94-MsyAS, donde consten la vigencia y el rubro de los productos médicos.

2) En caso de ser distribuidor de Productos médicos y/o biomédicos:

Fotocopia de la habilitación o autorización de funcionamiento de la empresa, emitida por el Ministerio de Salud y/o ANMAT.

3) En caso de ser droguería, productor o importador de especialidades medicinales:

Fotocopia de Habilidad emitida por el Ministerio de Salud y/o ANMAT, regulada por Ley 17.565 y/o Ley 16.463 y sus decretos, resoluciones y disposiciones complementarias.

4) En caso de ser elaborador, importador o distribuidor de productos de uso In-vitro:

Fotocopia de Habilidad emitida por el Ministerio de Salud y/o ANMAT, regulada por Ley 16.463 y sus decretos, resoluciones y disposiciones complementarias.

5) En caso de ser productor, fraccionador o importador de materiales de uso odontológico:

Fotocopia de Habilidad emitida por la ANMAT, conforme con lo establecido en el Artículo 3° de la **Disposición 2606/97 y/o Resolución 255/1994**.

6) En caso de ser distribuidor y/o comercializador de materiales de uso odontológico:

Fotocopia de Habilidad emitida por la ANMAT, conforme con lo establecido en el Artículo 3° de la **Disposición 2606/97 y/o Resolución 255/1994**, de cada empresa establecida en el punto anterior de acuerdo a los productos cotizados.

- c. Declaración Jurada original debidamente firmada por el Director Técnico y titular, haciéndose responsable de que los productos cotizados se ajustan a la normativa vigente (Decreto 2505/85 y Resolución 255/94-MsyAS o Disposición 2319/02 TO 2004 y 2318/02 TO 2004 del Ministerio de Salud), Certificado por Escribano Público, en caso de corresponder.**
- d. Cuando las empresas comercialicen especialidades medicinales y estén emplazadas fuera del ámbito de la Provincia de Buenos Aires, deberá presentar la Constancia reempadronamiento para Transito Interprovincial.**
- e. Cuando las empresas estén emplazadas fuera del ámbito de la Provincia de Buenos Aires, deberán presentar la Constancia de Inscripción conforme al Decreto 1299/97 y Resolución 538/98 (Inscripción de Establecimiento que realiza Tránsito Interprovincial).**
- f. Los documentos redactados en idioma extranjero, deberán acompañarse con su correspondiente traducción hecha por traductor público matriculado.**
- g. Todos los rótulos correspondientes a cada producto deberán cumplir con la siguiente información como mínimo:**
- (1) Razón social y dirección de fabricante y también del importador, si se trata de un producto importado.
 - (2) El código del lote precedido para la palabra “Lote” o el N° de serie según corresponda.

- (3) Si corresponde. La fecha de fabricación y plazo de validez o la fecha antes de la cual deberá utilizarse el producto.
- (4) Nombre y matrícula del Director Técnico.

h. Toda documentación solicitada en la presente Especificación Técnica y que se encuentre en fotocopias deberá ser legible y estar certificada al momento de su presentación por Escribano Público o bien podrán ser certificadas por la Autoridad del Servicio Farmacia, de lunes a viernes de 08.00 a 12.00 hs. y hasta 24 hs. antes de la apertura, salvo la solicitada en el punto 1. c.

Todas las páginas deben encontrarse firmadas por lo menos por uno de los representantes legales o apoderados declarados en la solicitud de inscripción y por el Director Técnico.

Farmacéutica ANDREA GRIFFA
Jefa Servicio Farmacia y Esterilización
HOSPITAL LARCADE

ANEXO 1: ENVASES. MARCACIÓN, ROTULADO Y EMBALAJE

1. Deberán responder a las normas oficiales vigentes que rigen en este pliego.
2. Deberá garantizarse el perfecto estado del material al momento de su recepción en lo referido a su integridad e higiene.
3. El material estéril deberá garantizar su condición de tal durante el tiempo de vigencia indicado en el envase por el fabricante.
4. El rótulo del material estéril deberá indicar explícitamente:
 - a. La condición de estéril.
 - b. Método de esterilización utilizado.
 - c. Fecha de vigencia o caducidad.
 - d. Nombre y Matrícula del Director Técnico responsable del procedimiento de esterilización.

**Farmacéutica ANDREA GRIFFA
Jefa Servicio Farmacia y Esterilización
HOSPITAL LARCADE**

ANEXO 2: LUGAR DE ENTREGA-INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN

1. Lugar de entrega: A DESIGNAR POR LA FARMACIA DEL HOSPITAL MUNICIPAL RAÚL LARCADE, Av. presidente Perón N° 2311, CP 1663, Provincia de Buenos Aires, Teléfonos 4451-5828 y 4451-5836
2. El plazo de entrega de los productos será de 48 (CUARENTA Y OCHO) horas hábiles a partir de la fecha de solicitud por parte del Servicio de Farmacia.
3. El máximo de unidades que se requerirán en el lapso de duración del contrato, será las cantidades especificadas en cada renglón.
4. Las cantidades a entregar serán a requerimiento del Servicio de Farmacia. El proveedor deberá respetar el cronograma de entrega establecido por Farmacia Central en función de la capacidad física en depósito.
5. El día y horario de entrega será coordinado previamente con el Servicio de Farmacia.
6. Los pedidos se realizarán por el Servicio de Farmacia a través de correo electrónico, el proveedor deberá confirmar en un plazo de 24 hs. la recepción del pedido indicando fecha de entrega. En caso de haber faltantes, deberá indicar motivo y plazos de entrega.
7. El proveedor deberá realizar el envío de remitos en línea deberán cargados y enviados en formato Excel o por medio de formulario, el formato y datos a incluir serán definidos y comunicados al momento de la entrega de la orden de compra. La carga no podrá superar las 24 hs desde el envío físico.
8. Presentar reportes de entregas y existencias según lo solicitado por la Secretaría de Salud.

**Farmacéutica ANDREA GRIFFA
Jefa Servicio Farmacia y Esterilización
HOSPITAL LARCADE**

ANEXO 3: REQUISITOS PARTICULARES

REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS PRODUCTOS

1. PRODUCTOS MEDICOS:

- a. Todos los Productos Médicos referidos en esta licitación deben detentar en su envase individual el Número de registro de la ANMAT (PM). Salvo que se indique el cumplimiento de otra Norma para un producto particular. Por ejemplo, FDA, NIOSH, CE, etc
- b. Deberán detentar Fecha de **Vencimiento o Caducidad** con margen de uso no menor a DIECIOCHO (18) meses, considerados a partir del momento de la entrega de los efectos.

2. PRODUCTOS ESTÉRILES

- a. Los que sean estériles deben referir en forma visible su condición de tal.
- b. Deberá estar indicado el método de esterilización empleado.
- c. Deberán detentar Fecha de **Vencimiento o Caducidad de Esterilización** con margen de uso no menor a DIECIOCHO (18) meses, considerados a partir del momento de la entrega de los efectos.
- d. Para los productos que requieran algún tipo de envoltura particular, ello será indicado en la especificación particular del renglón correspondiente.

3. MUESTRAS

- a. Se deberá enviar una detallada descripción técnica, adjuntando muestras o folleto del producto de los renglones ofertados.

- 1) Renglones que requieren presentación de **muestras** serán los especificados en el APENDICE 1: DESCRIPCIÓN DEL ITEM/ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
- 2) **Renglones que requieren presentación de folletería con especificaciones técnicas**, serán los especificados en el APENDICE 1: DESCRIPCIÓN DEL ITEM/ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EN CASO DE QUE EL FOLLETO NO BRINDE LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA DETERMINAR SU CALIDAD, SE PODRAN SOLICITAR MUESTRAS, LAS CUALES DEBE´RAN PRESENTARSE DENTRO DE LAS 48 HS HABILES A LA SOLICITUD FORMAL DE LAS MISMAS.

- b. Lugar de entrega de muestras:

SERVICIO DE FARMACIA, HOSPITAL Dr. RAÚL LARCADE, Av. Pres. Juan Domingo Perón 2311, B1663 San Miguel, Provincia de Buenos Aires; en días hábiles, en el horario de 08:00 a 16:00 horas hasta un día después de la fecha de apertura. La presentación de una muestra no exceptúa a otra de igual característica. Las muestras a presentar deberán ser sin cargo.

- c. Cuando las muestras entregadas por los oferentes no sean suficientes para desarrollar los procedimientos de control de calidad, la Comisión Evaluadora podrá solicitar cantidades adicionales, las que deberán ser entregadas en el término de CINCO (5) DIAS CORRIDOS. Queda expresamente establecido que no se devolverán aquellas muestras cuyo proceso de control implique la inutilización del producto.
- d. La muestra deberá responder al producto a cotizar (marca, presentación, envase o envoltorio original del producto solicitado, etc.). Se podrá presentar una unidad de los efectos que por las características de presentación puedan ser fraccionados, siempre y cuando posean envase individual (Ejemplo: SOBRE DE PAPEL CONTENIENDO CINCO GASAS DOBLES RECTILINEAS 10 X 10 CMS, DOBLE ENVOLTORIO, CAJA X 100 UNIDADES. se podrá presentar un sobre).
- e. Las muestras requeridas para su aprobación podrán ser sometidas a prueba de funcionamiento.
- f. Las muestras deben entregarse mediante remito, recibo o nota de entrega confeccionado por original y duplicado, este último deberá estar conformado por un Farmacéutico del Servicio Farmacia de este nosocomio y será adjuntado a la oferta, debiendo estar precintadas en bolsas plásticas individuales y rotuladas con los siguientes datos:
 - 1) Designación del producto
 - 2) Marca
 - 3) Presentación
 - 4) Nombre de la empresa proveedora
 - 5) Número de la contratación
 - 6) Número de renglón

Los productos que sean estériles deberán referir en forma visible su condición de tal.

- g. Los proveedores que no fueren adjudicados, podrán retirar las muestras entregadas en un lapso de UN (1) mes posterior a la comunicación de no adjudicación, salvo que por la característica del efecto este haya sido sometido a prueba de funcionamiento. Pasado este tiempo las muestras pasarán a ser propiedad del Organismo contratante.

Farmacéutica ANDREA GRIFFA
Jefa Servicio Farmacia y Esterilización
HOSPITAL LARCADE

APENDICE 1: DESCRIPCIÓN DEL ITEM/ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RNG	UNIDAD DE MEDIDA	ARTICULO	ESPECIFICACION TECNICA	REQUIERE PRESENTAR MUESTRA O FOLLETO PARA SU APROBACIÓN
1	UNIDAD	AEROCAMARA CON MASCARA - TAMAÑO ADULTO TIPO AEROMED. -	AEROCAMARA ADULTO CON MASCARA. DISPOSITIVO INHALATORIO DESMONTABLE, PARA AEROSOLTERAPIA, LONGITUD: 12 Cm, VOLUMEN: 250 A 350 CM3, TIPO AERO 100. SIN ADAPTADOR BUCAL. MÁSCARA SILICONADA GRANDE. SISTEMA BIVALVULAR. CON DEFLECTOR. ADAPTABLE A CUALQUIER INHALADOR DE DOSIS MEDIDA. MATERIAL (CAMARA) ANTIESTATICO. LIBRE DE LATEX. DEBERÁ PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN DE LA ANMAT	FOLLETO
2	UNIDAD	AEROCAMARA PEDIATRICA – TIPO ESPACIADOR	AEROCAMARA PEDIATRICA CON MASCARA. DISPOSITIVO INHALATORIO DESMONTABLE, PARA AEROSOLTERAPIA, LONGITUD: 12 Cm, VOLUMEN: 250 CM3, TIPO ESPACIADOR. SIN ADAPTADOR BUCAL. MÁSCARA SILICONADA MEDIANA. ADAPTABLE A CUALQUIER INHALADOR DE DOSIS MEDIDA. MATERIAL (CAMARA) ANTIESTATICO. LIBRE DE LATEX. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN DE LA ANMAT	MUESTRA
3	UNIDAD	AEROMASCARA RETRACTIL PARA ADMINISTRACION DE LA TERAPIA - EN AEROSOL CON CONEXION UNIVERSAL TIPO AEROVENT ADULTO	AEROMÁSCARA ADULTO RETRACTIL PARA ADMINISTRACIÓN DE LA TERAPIA DE AEROSOL CON CONEXIÓN UNIVERSAL, PARA AEROSOLTERAPIA, TIPO AEROVENT, AEROCHAMBER, TAMAÑO ADULTO. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN DE LA ANMAT	MUESTRA
4	UNIDAD	AEROMASCARA RETRACTIL PARA ADMINISTRACION DE LA TERAPIA - EN AEROSOL CON CONEXION UNIVERSAL TIPO AEROVENT PEDIATRICA	AEROMÁSCARA ADULTO RETRACTIL PARA ADMINISTRACIÓN DE LA TERAPIA DE AEROSOL CON CONEXIÓN UNIVERSAL, PARA AEROSOLTERAPIA, TIPO AEROVENT, AEROCHAMBER TAMAÑO PEDIATRICA. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN DE LA ANMAT	MUESTRA
5	UNIDAD	AGUJA ESPINAL PUNTA LAPIZ - DESCRIPCION C/INTRODUCTOR DESCARTABLE N°25 TIPO "PHOENIX" DE 3,5 DE LARGO	AGUJA ESPINAL PUNTA LAPIZ - C/INTRODUCTOR DESCARTABLE N.º 25 TIPO "PHOENIX" DE 3,5" DE LARGO. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT.	MUESTRA
6	UNIDAD	AGUJA ESPINAL PUNTA LAPIZ - DESCRIPCION C/INTRODUCTOR DESCARTABLE N°25 TIPO "PHOENIX" DE 5 DE LARGO	AGUJA ESPINAL PUNTA LAPIZ - C/INTRODUCTOR DESCARTABLE N.º 25 TIPO "PHOENIX" DE 5" DE LARGO. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT.	MUESTRA
7	UNIDAD	AGUJA ESPINAL PUNTA LAPIZ - DESCRIPCION C/INTRODUCTOR DESCARTABLE N°26 TIPO	AGUJA ESPINAL PUNTA LAPIZ - C/INTRODUCTOR DESCARTABLE N.º 26. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT.	MUESTRA

		"PHOENIX"		
8	UNIDAD	AGUJA ESPINAL PUNTA LAPIZ - C/INTRODUCTOR DESCARTABLE N°27 TIPO "PHOENIX"	AGUJA ESPINAL PUNTA LAPIZ - C/INTRODUCTOR DESCARTABLE N.º 27 DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT.	MUESTRA
9	UNIDAD	AGUJA ESPINAL PUNTA LAPIZ - DESCARTABLE N°21 TIPO "PHOENIX"	AGUJA ESPINAL PUNTA LAPIZ - C/INTRODUCTOR DESCARTABLE N.º 21. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT.	MUESTRA
10	UNIDAD	AGUJA ESPINAL PUNTA LAPIZ - DESCARTABLE N°23 TIPO "PHOENIX"	AGUJA ESPINAL PUNTA LAPIZ - C/INTRODUCTOR DESCARTABLE N.º 23. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT.	MUESTRA
11	UNIDAD	AGUJA ESPINAL PUNTA DESCARTABLE QUINKE - N° 19	AGUJA ESPINAL PUNTA QUINKE DESCARTABLE N° 19 DE 3,5". DEBERA PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACION. DEBERA CONTAR CON APROBACION DE ANMAT	MUESTRA
12	UNIDAD	AGUJA ESPINAL PUNTA DESCARTABLE QUINKE - N° 18	AGUJA ESPINAL PUNTA QUINKE DESCARTABLE N° 18 DE 3,5". DEBERA PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACION. DEBERA CONTAR CON APROBACION DE ANMAT	MUESTRA
13	UNIDAD	AGUJA ESPINAL PUNTA TUOHY DESCARTABLE - N° 19 - TIPO "PHOENIX"	AGUJA ESPINAL PUNTA TUOHY DESCARTABLE N° 19. DEBERA PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACION. DEBERA CONTAR CON APROBACION DE ANMAT	MUESTRA
14	UNIDAD	AGUJA ESPINAL PUNTA TUOHY DESCARTABLE - N° 20 - TIPO "PHOENIX"	AGUJA ESPINAL PUNTA TUOHY DESCARTABLE N° 20. DEBERA PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACION. DEBERA CONTAR CON APROBACION DE ANMAT	MUESTRA
15	UNIDAD	AGUJA PERICRANEAL - PARA INFUSION CON ALETAS, AGUJA SILICONADA, PERFECTAMENTE AFILADA Y DE PARED DELGADA, ENVASADA INDIVIDUALMENTE, ESTERIL, APIROGENA, ATOXICA N°19 TIPO "BUTTERFLY"	AGUJA PERICRANEAL CON ALETAS N° 19- Tipo " Butterfly". AGUJA PARA INFUSION CON ALETAS, AGUJA SILICONADA, PERFECTAMENTE AFILADA Y DE PARED DELGADA, ENVASADA INDIVIDUALMENTE, ESTERIL, APIROGENA, ATOXICA. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT	MUESTRA
16	UNIDAD	AGUJA PERICRANEAL - PARA INFUSION CON ALETAS, AGUJA SILICONADA, PERFECTAMENTE AFILADA Y DE PARED DELGADA, ENVASADA INDIVIDUALMENTE, ESTERIL, APIROGENA, ATOXICA N°23 TIPO BUTTERFLY	AGUJA PERICRANEAL CON ALETAS N° 23 - Tipo " Butterfly". AGUJA PARA INFUSION CON ALETAS, AGUJA SILICONADA, PERFECTAMENTE AFILADA Y DE PARED DELGADA, ENVASADA INDIVIDUALMENTE, ESTERIL, APIROGENA, ATOXICA. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT	MUESTRA

17	UNIDAD	AGUJA PERICRANEAL - PARA INFUSION CON ALETAS, AGUJA SILICONADA, PERFECTAMENTE AFILADA Y DE PARED DELGADA, ENVASADA INDIVIDUALMENTE, ESTERIL, APIROGENA, ATOXICA N°25 TIPO "BUTTERFLY"	AGUJA PERICRANEAL CON ALETAS N° 25 - Tipo "Butterfly". AGUJA PARA INFUSION CON ALETAS, AGUJA SILICONADA, PERFECTAMENTE AFILADA Y DE PARED DELGADA, ENVASADA INDIVIDUALMENTE, ESTERIL, APIROGENA, ATOXICA. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT	MUESTRA
18	UNIDAD	AGUJA HIPODERMICA - ESTERILES DESCARTABLES N°40/12 (PARA TAC)	AGUJA HIPODERMICA ESTERIL, DESCARTABLE N° 40/12 PARA TAC, SEGÚN DESCRIPCION DEL RENGLON. DEBERA PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACION, DEBERA CONTAR CON APROBACION DE ANMAT	MUESTRA
19	UNIDAD	AGUJA HIPODERMICA - ESTERIL DESCARTABLE N° 25/8 X 100 UNID. TIPO "NIPRO"	AGUJAS HIPODERMICAS ESTERILES DESCARTABLES N° 25/8, CAJA X 100 UNIDADES. TIPO "NIPRO". Tubo de acero inoxidable siliconado con bisel trifasetado, cono luer con color para la identificación de calibres, pabellón de polipropileno con capuchón protector de aguja. En pauch individual de fácil apertura con identificación de lote y caducidad, estériles y acondicionadas en cajas de no más de 100 unidades. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT	MUESTRA
20	UNIDAD	AGUJA HIPODERMICA - ESTERILES DESCARTABLES N° 16/5 X 100 UNID. TIPO "NIPRO"	AGUJAS HIPODERMICAS ESTERILES DESCARTABLES N° 16/5, CAJA X 100 UNIDADES. TIPO "NIPRO". Tubo de acero inoxidable siliconado con bisel trifasetado, cono luer con color para la identificación de calibres, pabellón de polipropileno con capuchón protector de aguja. En pauch individual de fácil apertura con identificación de lote y caducidad, estériles y acondicionadas en cajas de no más de 100 unidades. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT	MUESTRA
21	UNIDAD	AGUJA HIPODERMICA - ESTERILES DESCARTABLES N° 40/8 X 100 UNID. TIPO "NIPRO"	AGUJAS HIPODERMICAS ESTERILES DESCARTABLES N° 40/8, CAJA X 100 UNIDADES. TIPO "NIPRO". Tubo de acero inoxidable siliconado con bisel trifasetado, cono luer con color para la identificación de calibres, pabellón de polipropileno con capuchón protector de aguja. En pauch individual de fácil apertura con identificación de lote y caducidad, estériles y acondicionadas en cajas de no más de 100 unidades. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT	MUESTRA
22	UNIDAD	ALGODON - BLAQUEADO Y CARDADO EXCENTO DE SUSTANCIAS EXTRAÑAS Y GRASAS, DISPUESTO EN CAPAS X 500GR. TIPO "SIGLO XXI"	ALGODÓN HIDROFILO FNA VII Ed paquete 500 gr. TIPO "INSUMOS XXI". BLANQUEADO Y CARDADO, EXCENTO DE SUSTANCIAS EXTRAÑAS Y GRASAS, DISPUESTO EN CAPAS. DEBERÁ CUMPLIR ENSAYOS DE FARMACOPEA NACIONAL ARGENTINA VII Ed. DEBERÁ ADJUNTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	MUESTRA

23	UNIDAD	APOSITO - COMFEEL 9X14	APOSITO DUODERM THIN O CONFEEL PLUS COD 35536 9 X14 CM. CAJA X 10 UNIDADES. Transparente. Compuesto por partículas de carboximetilcelulosa (CMC) de sodio para absorber la humedad y que se encuentran encapsuladas en una masa sintética, elástica y pegajosa. La película superior debe ser una película de poliuretano semipermeable. Debe estar formulado sin pectina, alérgenos conocidos como el látex o la colofonia y derivados animales como la gelatina. Sistema de 3 piezas sin toque para una aplicación aséptica y controlada. DEBERÁ ADJUNTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT	MUESTRA
24	UNIDAD	APOSITO - TEGADERM 6X7 CM	APOSITO TIPO TEGADERM de 6 x 7 cm. APOSITO TRANSPARENTE DE POLIURETANO SEMIPERMEABLE CON ADHESIVO HIPOALERGENICO Y MARCO APLICADOR. Adhesivo hipoalergénico. Para sujeciones de catéteres periféricos y centrales. Prevención de lesiones y cuidado de heridas. DEBERÁ ADJUNTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT	MUESTRA
25	UNIDAD	APOSITO - TEGADERM 10X20 CM	APOSITO TIPO TEGADERM de 10 x 20 cm. APOSITO TRANSPARENTE DE POLIURETANO SEMIPERMEABLE CON ADHESIVO HIPOALERGENICO Y MARCO APLICADOR. Adhesivo hipoalergénico. Para sujeciones de catéteres periféricos y centrales. Prevención de lesiones y cuidado de heridas. DEBERÁ ADJUNTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT	MUESTRA
26	UNIDAD	APOSITO - TEGADERM 10X12 CM	APOSITO TIPO TEGADERM de 10 x 12 cm. APOSITO TRANSPARENTE DE POLIURETANO SEMIPERMEABLE CON ADHESIVO HIPOALERGENICO Y MARCO APLICADOR. Adhesivo hipoalergénico. Para sujeciones de catéteres periféricos y centrales. Prevención de lesiones y cuidado de heridas. DEBERÁ ADJUNTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT	MUESTRA
27	UNIDAD	BAJALENGUA DESCARTABLE - DE MADERA ADULTO X 100 UNIDADES	BAJALENGUA DESCARTABLE DE MADERA ADULTO x 100 unid. TIPO CLERICOT. DEBERÁ ADJUNTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT	MUESTRA
28	UNIDAD	BOLSA COLECTORA DE ORINA CON PIERNA	BOLSA COLECTORA DE ORINA CON PIERNA. DEBERÁ ADJUNTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT	FOLLETO
29	UNIDAD	BOLSA DE ASPIRACION DE FLUIDOS CON VALVULA - O ECOVAC AZUL SIN GEL X 1 LTS	BOLSA LINER - RECEPTAL PARA CANISTER de 1000 CC TIPO MEDLINE O ECOVAC. TRIPLE VALVULA. BOLSA FLEXIBLE, DESCARTABLE, DE POLIURETANO, CON TAPA PARA ASPIRACIÓN Y RECOLECCION DE FLUIDOS CORPORALES. CAPACIDAD 1 LITRO, CON VALVULA ANTIREFLUJO Y FILTRO DE AEROSOL.	MUESTRA

30	UNIDAD	BOLSA COLECTORA - ECOVAC AZUL SIN GEL X 2 LTS	BOLSA LINER - RECEPTAL PARA CANISTER de 2000 CC TIPO MEDLINE O ECOVAC. TRIPLE VALVULA. BOLSA FLEXIBLE, DESCARTABLE, DE POLIURETANO, CON TAPA PARA ASPIRACIÓN Y RECOLECCION DE FLUIDOS CORPORALES. CAPACIDAD 2 LTS, CON VALVULA ANTIREFLUJO Y FILTRO DE AEROSOLE.	MUESTRA
31	UNIDAD	BOLSA DE ASPIRACION DE FLUIDOS CON VALVULA - ECOVAC SIN GEL X 3 LITROS	BOLSA LINER - RECEPTAL PARA CANISTER de 3000 CC TIPO MEDLINE O ECOVAC. TRIPLE VALVULA. BOLSA FLEXIBLE, DESCARTABLE, DE POLIURETANO, CON TAPA PARA ASPIRACIÓN Y RECOLECCION DE FLUIDOS CORPORALES. CAPACIDAD 3 LTS, CON VALVULA ANTIREFLUJO Y FILTRO DE AEROSOLE.	MUESTRA
32	UNIDAD	BOLSAS COLECTORAS DE ORINA C/ VALVULA DE DESAGOTE CAPACIDAD 2 LITROS TAM ADULTO TIPO K-207 - TIPO K-207	BOLSAS COLECTORAS DE ORINA C/ VALVULA DE DESAGOTE CAPACIDAD 2 LITROS TAM ADULTO TIPO K-207. Con gancho para colgar, de PVC termosellado, con manguera de drenaje con pico de conexión luer y válvula antirreflujo, manguera de desagote con obturador en su parte inferior, salida de gases para facilitar el llenado. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT	MUESTRA
33	UNIDAD	BOLSAS P/HEMOTERAPIA UNID DE TRANSFERENCIA TIPO S/41 O SIMILAR - DE 300 ML X UNID (Genérico)	BOLSAS P/HEMOTERAPIA UNIDAD DE TRANSFERENCIA TIPO S/41 O SIMILAR DE 300 ML X UNID. DEBERÁ ADJUNTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT	MUESTRA
34	UNIDAD	BOLSA PARA OBITO - CON CIERRE CENTRAL DE DOBLE APERTURA Y PORTA TARJETA DE IDENTIFICACION, COLOR NEGRO. TAMAÑO ADULTO.	BOLSA PARA OBITO TAMAÑO ADULTO. COLOR NEGRA, CON CIERRE CENTRAL DE DOBLE APERTURA Y PORTA TARJETA DE IDENTIFICACIÓN. MATERIAL NYLON - DIMENSION 2,20 X 0,90M - ESPESOR 180 MICRONES. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN	MUESTRA
35	UNIDAD	CAMPOS DESCARTABLES - DE 2 MTS X 2 MTS	CAMPOS DESCARTABLES DE 2 MTS X 2 MTS. TELA SMS 40 gr/m2. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	MUESTRA
36	UNIDAD	CÁNULA PARA TRAQUEOSTOMÍA PEDIÁTRICA- TIPO SHILLEY N°3,5 SIN BALÓN	CÁNULA PARA TRAQUEOSTOMÍA PEDIÁTRICA- TIPO SHILLEY N°3,5 SIN BALÓN. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT	MUESTRA
37	UNIDAD	CÁNULA PARA TRAQUEOSTOMÍA CON BALÓN SUBGLÓTICA CON BALÓN N°8,0	CÁNULA PARA TRAQUEOSTOMÍA CON BALÓN SUBGLÓTICA CON BALÓN N°8,0. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT	MUESTRA
38	UNIDAD	CÁNULA PARA TRAQUEOSTOMÍA TIPO SAFETYFLEX CON BALÓN N° 04	CÁNULA PARA TRAQUEOSTOMÍA EN ENVASE INDIVIDUAL. ESTÉRIL, APIRÓGENA, 04MM – TIPO SAFETYFLEX CON BALÓN. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT	MUESTRA
39	UNIDAD	CÁNULA PARA TRAQUEOSTOMÍA TIPO SAFETYFLEX CON BALÓN N° 07	CÁNULA PARA TRAQUEOSTOMÍA EN ENVASE INDIVIDUAL. ESTÉRIL, APIRÓGENA, 07MM – TIPO SAFETYFLEX CON BALÓN. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT	MUESTRA
40	UNIDAD	CÁNULA PARA TRAQUEOSTOMÍA TIPO SAFETYFLEX CON BALÓN	CÁNULA PARA TRAQUEOSTOMÍA EN ENVASE INDIVIDUAL. ESTÉRIL, APIRÓGENA, 07,5MM – TIPO SAFETYFLEX CON BALÓN. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU	MUESTRA

		N° 07,5	APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT	
41	UNIDAD	CÁNULA PARA TRAQUEOSTOMÍA TIPO SAFETYFLEX CON BALÓN N° 08	CÁNULA PARA TRAQUEOSTOMÍA EN ENVASE INDIVIDUAL. ESTÉRIL, APIRÓGENA, 08MM – TIPO SAFETYFLEX CON BALÓN. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT	MUESTRA
42	UNIDAD	CÁNULA PARA TRAQUEOSTOMÍA TIPO SAFETYFLEX CON BALÓN N° 08,5	CÁNULA PARA TRAQUEOSTOMÍA EN ENVASE INDIVIDUAL. ESTÉRIL, APIRÓGENA, 07,5MM – TIPO SAFETYFLEX CON BALÓN. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT	MUESTRA
43	UNIDAD	CÁNULA AMEU	SET DE JERINGA AMEU CON CÁNULAS. DEBERÁ PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT	FOLLETO
44	UNIDAD	CATETER - N° 16 - TIPO "INTROCAN" DE "B BRAUN" - PRESENTACION I.V. ESTERIL RADIOPACO C/MANDRIL METALICO LIBRE DE PIROGENOS, DE TEFLON	CATETER INTRAVENOSO NRO 16 CON TRAMPA DE AIRE Y FILTRO. Compuesto por aguja guía interior, de acero inoxidable, siliconada y con punta de triple bisel, con cámara de visualización transparente, y tapón incorporado, cánula exterior de material histocompatible radiopaca libre de teflón, con conexión Luer-Lock, utilizando los colores normatizados internacionalmente. Presentación envase individual estéril, tipo blíster de fácil apertura. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT	MUESTRA
45	UNIDAD	CATETER - I.V. ESTERIL.RADIOPACO C/MANDRIL METALICO LIBRE DE PIROGENOS, DE TEFLON TIPO "INTROCAN" DE "B BRAUN" N.º 22	CATETER INTRAVENOSO TIPO JELCO NRO 22 USO PEDIATRIA, CON TRAMPA DE AIRE Y FILTRO. Compuesto por aguja guía interior, de acero inoxidable, siliconada y con punta de triple bisel, con cámara de visualización transparente, y tapón incorporado, cánula exterior de material histocompatible radiopaca libre de teflón, con conexión Luer-Lock, utilizando los colores normatizados internacionalmente. Presentación envase individual estéril, tipo blíster de fácil apertura. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT	MUESTRA
46	UNIDAD	CATETER - N.º 24 - TIPO "INTROCAN" DE "B BRAUN" - PRESENTACION I.V. ESTERIL RADIOPACO C/ MANDRIL METALICO LIBRE DE PIROGENOS, DE TEFLON	CATETER INTRAVENOSO TIPO JELCO NRO 24 USO NEONATOLOGIA, CON TRAMPA DE AIRE Y FILTRO. Compuesto por aguja guía interior, de acero inoxidable, siliconada y con punta de triple bisel, con cámara de visualización transparente, y tapón incorporado, cánula exterior de material histocompatible radiopaca libre de teflón, con conexión Luer-Lock, utilizando los colores normatizados internacionalmente. Presentación envase individual estéril, tipo blíster de fácil apertura. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT	MUESTRA

47	UNIDAD	CATETER - Nº 18 - TIPO "INTROCAN" DE "B BRAUN" - PRESENTACION I.V. ESTERIL RADIOPACO C/MANDRIL LIBRE DE PIROGENOS, DE TEFLON	CATETER INTRAVENOSO TIPO JELCO NRO 18 CON TRAMPA DE AIRE Y FILTRO. Compuesto por aguja guía interior, de acero inoxidable, siliconada y con punta de triple bisel, con cámara de visualización transparente, y tapón incorporado, cánula exterior de material histocompatible radiopaca libre de teflón, con conexión Luer-Lock, utilizando los colores normatizados internacionalmente. Presentación envase individual estéril, tipo blíster de fácil apertura. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT	MUESTRA
48	UNIDAD	CATETER - Nº 20 - TIPO "INTROCAN" DE "B BRAUN" - PRESENTACION I.V. ESTERIL RADIOPACO C/MANDRIL METALICO LIBRE DE PIROGENOS, DE TEFLON	CATETER INTRAVENOSO TIPO JELCO NRO 20 CON TRAMPA DE AIRE Y FILTRO. Compuesto por aguja guía interior, de acero inoxidable, siliconada y con punta de triple bisel, con cámara de visualización transparente, y tapón incorporado, cánula exterior de material histocompatible radiopaca libre de teflón, con conexión Luer-Lock, utilizando los colores normatizados internacionalmente. Presentación envase individual estéril, tipo blíster de fácil apertura. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT	MUESTRA
49	UNIDAD	CATETER PARA INTRODUCIR EN LA ARTERIA UMBILICAL DE RECIEN NACIDOS Y PREMATUROS - TIPO DE POLIURETANO MEDICO ATOXICO MARCADO A INTERVALOS DE 80 MM, RADIOPACO. CON ESCALA GRADUADA DE 5 A 20 CM, CON CONEXION LUER Y TAPON. ENVASE INDIVIDUAL ESTERIL. DE DIAM.	CATETER PARA INTRODUCIR LA ARTERIA UMBILICAL DE RECIÉN NACIDOS Y PREMATUROS – TIPO DE POLIURETANO MÉDICO ATÓXICO MARCADO INT, SEGÚN ESPECIFICACION DEL RENGLON. DEBERA CONTAR CON APROBACION DE ANMAT PARA SU APROBACION	MUESTRA
50	UNIDAD	CATETER DOBLE LUMEN - UMBILICAL 3,5 FR. TIPO SILMAG	CATETER DOBLE LUMEN - UMBILICAL 3,5 FR. TIPO SILMAG, SEGÚN ESPECIFICACION DEL RENGLON. DEBERA CONTAR CON APROBACION DE ANMAT PARA SU APROBACION	MUESTRA
51	UNIDAD	CATETER DOBLE LUMEN - PRESENTACION UMBILICAL 5,0 FR. TIPO SILMAG	CATETER DOBLE LUMEN - PRESENTACION UMBILICAL 5,0 FR. TIPO SILMAG, SEGÚN ESPECIFICACION DEL RENGLON. DEBERA CONTAR CON APROBACION DE ANMAT PARA SU APROBACION	MUESTRA

52	UNIDAD	CATETER VIA CENTRAL 1 LUMEN - 14 G X 20 CM	CATETER VENOSO CENTRAL, DE UN LUMEN DE 14 G X 20 cm ESTERIL, DE MATERIAL ATOXICO, ENVASADO INDIVIDUALMENTE, LIBRE DE PIROGENOS, TIPO ARROW. DEBERA CONTAR CON APROBACIÓN DE LA ANMAT. DEBERA PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	MUESTRA
53	UNIDAD	CIRCUITO PARA RESPIRADOR - TIPO NEONATAL - DESCRIPCION CON TRAMPA DE AGUA	SET DE TUBULADURA PARA CIRCUITO RESPIRATORIO NEONATAL DE ALTA FRECUENCIA PARA RESPIRADOR SLE 5000 TIPO MEDIX. CON CONECTOR "Y", de dos ramas, con puerto de temperatura y línea proximal para trampas de agua (dos) de dos ramas. De 1,25 mts de largo. El circuito debe estar en doble envoltura, estéril. Deberá estar aprobado por la ANMAT. Deberá presentar muestra para su aprobación.	MUESTRA
54	UNIDAD	CONECTORES - PT-2605 DE 50 CM ESTERIL	PROLONGADOR DE PVC 0,50 MTS - TIPO PT 2605. Prolongador de PVC de 0,50mts de largo con conector luer macho con capuchón protector en un extremo y luer-lock hembra con tapa en el otro extremo, en envase plástico doble de cierre hermético estéril con fecha de vencimiento y lote. Medidas: longitud: 0,5 mts, diámetro externo: 5.0 mm DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT	MUESTRA
55	UNIDAD	CONECTORES - PT-2615 DE 1,50 CM ESTERIL	PROLONGADOR DE PVC 1,50 MTS - TIPO PT 2615. Prolongador de PVC de 1,50mts de largo con conector luer macho con capuchón protector en un extremo y luer-lock hembra con tapa en el otro extremo, en envase plástico doble de cierre hermético estéril con fecha de vencimiento y lote. Medidas: longitud: 1,5 mts, diámetro externo: 5.0 mm DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT	MUESTRA
56	UNIDAD	CONECTORES - PT-3515 DE 1,50 CM ESTERIL	PROLONGADOR DE PVC 1,50 MTS - TIPO PT 3515. Prolongador de PVC de 1,50mts de largo con conector luer macho con capuchón protector en un extremo y luer-lock hembra con tapa en el otro extremo, en envase plástico doble de cierre hermético estéril con fecha de vencimiento y lote. Medidas: longitud: 1,5 mts, diámetro externo: 5.0 mm DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT	MUESTRA
57	UNIDAD	CONO PLÁSTICO DESCARTABLE PARA OTOSCOPIO	CONO PLÁSTICO PARA OTOSCOPIO DESCARTABLE. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT	MUESTRA
58	UNIDAD	ELECTRODO P/MEDICINA - PERFIL EXTRAPLANO CON SOPORTE DE FOAM Y GEL ADHESIVO, TIPO 3M C/U	ELECTRODO AUTOADHESIVO ADULTO. PERFIL EXTRAPLANO CON SOPORTE DE FOAM Y GEL ADHESIVO, TIPO 3 M X UNIDAD. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT.	MUESTRA

59	UNIDAD	EQ. ADMNIS. SANGRE O PLASMA C/ FILTRO - Y MACROGOTERO C/AGUJA, ESTERIL, LIBRE DE PIRGENOS Y ATOXICO.	EQUIPO PARA ADMINISTRACIÓN DE SANGRE O PLASMA C/ FILTRO Y MACROGOTERO C/AGUJA 18G X 11/4.TIPO V-20. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT.	MUESTRA
60	UNIDAD	EQUIPO P/ADM. DE SOL. PARENTERALES C/MACROGOTEROS, S/AGUJA, ESTERIL, ATOXICO, LIBRE DE PIROGENOS C/REGULADOR DE FLUJO DE ALUMINIO TIPO KOLER G-1 X UNIDAD - EQUIPO P/ADM. DE SOL. PARENTERALES C/MACROGOTEROS, S/AGUJA, ESTERIL, ATOXICO, LIBRE DE PIROGENOS C/	EQUIPO PARA ADMINISTRAR SOLUCIONES PARENTERALES CON MACROGOTERO, TIPO V 14 Lo especificado en el renglón. Constará de: a) una tubuladura y cámara cuenta gotas con macro gotero de material plástico transparente y flexible (PVC) que permita un llenado rápido. b) un conector en "T" de material plástico duro, con sitio de inyección de látex siliconado para la administración de medicamentos, que no produzca perdida una vez retirada la aguja. e) dos conectores de material plástico duro en sus extremos, espiga plástica con filo y capuchón protector extraíble, para adaptar el sachet de solución parenteral uno y otro con ajuste Luer. d) regulador de flujo de aluminio resistente e inquebrantable ante el manipuleo en la tubuladura de PVC que deberá tener un largo no menor a 130cm y no mayor a150cm. Las uniones entre los componentes deberán ser inseparables, descartable estéril y a pirógeno. Envasado en dos sobres plásticos herméticamente cerrado y de fácil apertura. Acondicionado en cajas que resistan estiba máxima de no menos de 6 unidades. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT	MUESTRA
61	UNIDAD	ESPATULAS - DE MADERA DESCARTABLE TIPO "CLERICOT" DE "SEDEME" X 100 UNID	ESPATULAS DE AYRE DE MADERA DESCARTABLE TIPO "CLERICOT" X 100 UNID. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT.	MUESTRA
62	UNIDAD	ESPECULOS - DESCARTABLES ESTERIL, ATOXICO, LIBRE DE PIROGENO, ENVASE INDIVIDUAL TAM. CHICO CALIDAD TIPO "MEDISUL"	ESPECULO TAMAÑO GRANDE. ESTERIL Tipo "Medisul". DESCARTABLE. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT.	MUESTRA
63	UNIDAD	FERULA - DIGITAL DE ALUMUNIO 1.5 CM X 50 CM.-	FERULA - DIGITAL DE ALUMUNIO 1.5 CM X 50 CM.-	MUESTRA
64	UNIDAD	FILTROS HUMIFICADORES VIRAL BACTERIAL - TIPO WESTMED COD.39012	FILTRO PARA RESPIRADOR HMEF (INTERCAMBIADOR PASIVO DE HUMEDAD Y CALOR Y FILTRO BACTERIANO). Filtro bacteriano/viral con humidificador pasivo, con espacio muerto reducido. Membrana filtrante electrostática e hidrofóbica (eficiencia de filtración 0,02μ). Componente humidificador pasivo, compuesto por una membrana higroscópica de celulosa tratada con cloruro de calcio, atrapa la humedad y temperatura del gas espirado por el paciente y la devuelve en cada inspiración. El puerto lateral para conexión al capnógrafo evita el ingreso de humedad al sistema de medición tomando los gases del aire espirado. Debe ser estéril (envasado por unidad), a pirógeno, libre de látex. DEBERÁ ADJUNTAR MUESTRA	MUESTRA

			PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT	
65	UNIDAD	FILTRO - PARA TRAQUEOSTOMIA. -	FILTRO - PARA TRAQUEOSTOMIA. – ENVASADO INDIVIDUALMENTE. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT	FOLLETO
66	UNIDAD	FRASCO - BITUBULADO PLASTICO ESTERIL P/ DRENAJE DE TORAX, SIFON X 750 ML.-	FRASCO BITUBULADO PLATICO ESTERIL P/DRENAJE DE TORAX SIFON X 750 ML. De PVC X 750 ML de capacidad nominal tipo F15. Elaborado en material plástico apto para uso medicinal, transparente, con pico y tubo central. Descartable, estéril y atóxico. Envasado en doble bolsa, herméticamente cerradas. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT	MUESTRA
67	UNIDAD	FRASCO - BROCAL C/ TAPA DE 2.5 LTS, GRADUADO, PLASTICO. C/U	FRASCO BROCAL DE 2,5 LTS, DE PVC, GRADUADO, CON TAPA A ROSCA. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT.	MUESTRA
68	UNIDAD	FRASCO - HUMIFICADOR 500 CC CON VALVULA DE SEGURIDAD SONORA TIPO AGO. 43219	FRASCOS P/CALENTADOR Y HUMIDIFICADOR - DE 500 CC CON VALVULA DE SEGURIDAD SONORA TIPO AGO. 43219. DEBERÁ PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT.	FOLLETO
69	UNIDAD	RECIPIENTE - FRASCO PARA ALIMENTACION ENTERAL 750 CC	RECIPIENTE ALIMENTARIO X 600 ML. RECIPIENTE PARA ALIMENTACIÓN ENTERAL X 600 ML. TAPA A ROSCA CON PICO CRUZ TIPO NUTRIPLAST, CON MARCAS DE GRADUACIÓN. EMPAQUE PRIMARIO POLIETILENO SELLADO. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	MUESTRA
70	UNIDAD	GORROS FRONTOLUZ - DESCARTABLE DE TELA FRISIELINA GRUESA DE ALTA DENSIDAD, RESISTENTE A LA ROTURA, IMPERMEABLE Y TIRAS PARA AJUSTE CON FRONTOLUZ.	GORROS FRONTOLUZ - DESCARTABLE DE TELA FRISIELINA GRUESA DE ALTA DENSIDAD, RESISTENTE A LA ROTURA, IMPERMEABLE Y TIRAS PARA AJUSTE CON FRONTOLUZ. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	MUESTRA
71	UNIDAD	GUANTES USO MEDICINAL - GUANTE P/EXAMINACION DE LATEX LEVEMENTE TALCADOS, AMBIDIESTROS NO ESTERILES, DE USO UNICO. TAMAÑO CHICO X100 U. -	GUANTES DESCARTABLES PARA EXAMINACIÓN TAMAÑO CHICO, CAJA X 100 UNIDADES, de látex de caucho natural, anatómico, resistente al estiramiento, sin formaciones irregulares en su masa, salvo en zonas de tensión máxima. Deberán cumplir con las Normas y Estándares de calidad reconocidos. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT	MUESTRA
72	UNIDAD	GUANTES USO MEDICINAL - GUANTE P/EXAMINACION DE LATEX LEVEMENTE TALCADOS,	GUANTES DESCARTABLES PARA EXAMINACIÓN TAMAÑO TAMAÑO GRANDE, CAJA X 100 UNIDADES, de látex de caucho natural, anatómico, resistente al estiramiento, sin formaciones irregulares en su masa, salvo en zonas de tensión máxima. Deberán cumplir con las Normas y	MUESTRA

		AMBIDIESTROS NO ESTERILES, DE USO UNICO. TAMAÑO GRANDE X100 U. -	Estándares de calidad reconocidos. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT	
73	UNIDAD	GUANTES USO MEDICINAL - GUANTE P/EXAMINACION DE LATEX LEVEMENTE TALCADOS, AMBIDIESTROS NO ESTERILES, DE USO UNICO. TAMAÑO MEDIANOS X100 U. -	GUANTES DESCARTABLES PARA EXAMINACIÓN TAMAÑO MEDIANO CAJA X 100 UNIDADES, de látex de caucho natural, anatómico, resistente al estiramiento, sin formaciones irregulares en su masa, salvo en zonas de tensión máxima. Deberán cumplir con las Normas y Estándares de calidad reconocidos. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT	MUESTRA
74	UNIDAD	GUANTES USO MEDICINAL - ESTERILES DESCARTABLES P/ CIRUGIA, ESTERILIZADOS POR RADIACION GAMMA Nº 6,5 X PARES	GUANTES DE LATEX DESCARTABLES ESTERILES Nº 6,5, CAÑA LARGA -PARES de látex de caucho natural, anatómico, de acabado antideslizante, esteril, atóxico y apirógeno, resistente al estiramiento, con talco ó aditivo que permita un fácil estiramiento, terminación en borde rebatido dobladillo hecho de fábrica fijo, sin formaciones irregulares en su masa, salvo en zonas de tensión máxima. Deberán cumplir con las Normas y Estándares de calidad reconocidos. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT	MUESTRA
75	UNIDAD	GUANTES USO MEDICINAL - GUANTES ESTERILES DESCARTABLES P/ CIRUGIA, ESTERILIZADOS POR RADIACION GAMMA Nº 7 X PARES	GUANTES DE LATEX DESCARTABLES ESTERILES Nº 7, CAÑA LARGA -PARES de látex de caucho natural, anatómico, de acabado antideslizante, esteril, atóxico y apirógeno, resistente al estiramiento, con talco ó aditivo que permita un fácil estiramiento, terminación en borde rebatido dobladillo hecho de fábrica fijo, sin formaciones irregulares en su masa, salvo en zonas de tensión máxima. Deberán cumplir con las Normas y Estándares de calidad reconocidos. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT	MUESTRA
76	UNIDAD	GUANTES USO MEDICINAL - GUANTES ESTERILES DESCARTABLES P/ CIRUGIA, ESTERILIZADOS POR RADIACION GAMMA N.º 7,5	GUANTES DE LATEX DESCARTABLES ESTERILES Nº 7,5, CAÑA LARGA -PARES de látex de caucho natural, anatómico, de acabado antideslizante, estéril, atóxico y a pirógeno, resistente al estiramiento, con talco o aditivo que permita un fácil estiramiento, terminación en borde rebatido dobladillo hecho de fábrica fijo, sin formaciones irregulares en su masa, salvo en zonas de tensión máxima. Deberán cumplir con las Normas y Estándares de calidad reconocidos. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT	MUESTRA
77	UNIDAD	GUANTES USO MEDICINAL - GUANTES ESTERILES DESCARTABLES P/ CIRUGIA, ESTERILIZADOS POR RADIACION GAMMA Nº8 X PARES	GUANTES DE LATEX DESCARTABLES ESTERILES N.º 8, CAÑA LARGA -PARES de látex de caucho natural, anatómico, de acabado antideslizante, estéril, atóxico y a pirógeno, resistente al estiramiento, con talco o aditivo que permita un fácil estiramiento, terminación en borde rebatido dobladillo hecho de fábrica fijo, sin formaciones irregulares en su masa, salvo en zonas de tensión máxima. Deberán cumplir con las Normas y Estándares de calidad reconocidos. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT	MUESTRA

78	UNIDAD	GUANTES USO MEDICINAL – SIN TALCO NI LÁTEX N° 6,5. TIPO PROFEL	GUANTES USO MEDICINAL – SIN TALCO NI LÁTEX N° 6,5. TIPO PROFEL. Deberán cumplir con las Normas y Estándares de calidad reconocidos. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT	MUESTRA
79	UNIDAD	GUANTES USO MEDICINAL – SIN TALCO NI LÁTEX N° 7,5. TIPO PROFEL	GUANTES USO MEDICINAL – SIN TALCO NI LÁTEX N° 7,5. TIPO PROFEL. Deberán cumplir con las Normas y Estándares de calidad reconocidos. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT	MUESTRA
80	UNIDAD	HISOPOS SIMPLES DE MADERA – ALGODÓN DE 6” DE LARGO PARA TOMA DE MUESTRA	HISOPOS SIMPLES DE MADERA – ALGODÓN DE 6” DE LARGO PARA TOMA DE MUESTRA. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT	MUESTRA
81	UNIDAD	HOJA DE BISTURI - METALICAS, ESTERILES, LIBRE DE PIROGENOS, ENVASADAS INDIVIDUALMENTE N° 11 X 100 UNID	HOJAS DE BISTURI N° 11 – CAJA X 100 UNIDADES Hoja cortante de acero al carbono con ranura para incorporar a mango de bisturí, envasadas individualmente en papel de aluminio anticorrosivo, garantizado el 100 % de protección contra el polvo y la oxidación. Con vencimiento no menor 18 meses. Según la mediadas que se especifican para cada renglón. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT.	MUESTRA
82	UNIDAD	VARA/INTRODUCTOR PARA CÁNULAS AMEU	VARA/INTRODUCTOR PARA CÁNULAS AMEU. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT.	MUESTRA
83	UNIDAD	JERINGAS - DESCARTABLE DE POLIPROPILENO, ESTERIL, ATOXICA, LIBRE DE PIROGENOS, S/ AGUJA, ENVASES INDIVIDUALES, 3 PIEZAS, PICO LUER EXCENTRICO, 1 CC TUBERCULINA X 100 UNID. TIPO BARCAT O TERUMO. -	JERINGAS - TUBERCULINA DE 1 CC DESCARTABLE CON AGUJA 15/5 X UNIDAD TIPO TERUMO. JERINGA DESCARTABLE DE 3 ELEMENTOS CAP 1 ML. Graduada, pico luer con aguja 16/5 o 15/5, envoltorio de polietileno, de fácil apertura, estéril. Deberán responder a Normas IRAM y Normas internacionales reconocidas. Fecha de vencimiento o esterilización con margen de uso no menor de 18 meses. Acondicionadas en cajas de cartón duro de no más de 500 unidades que permitan su adecuado almacenamiento. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT.	MUESTRA
84	UNIDAD	JERINGAS - DESCARTABLE DE POLIPROPILENO, ESTERIL, ATOXICA, LIBRE DE PIROGENOS, SIN AGUJA, ENVASES INDIVIDUALES, 3 PIEZAS, PICO LUER EXCENTRICO, 10 CC TIPO "BARCAT" O "TERUMO"	JERINGAS - DE 10 CC DESCARTABLE SIN AGUJA X UNIDAD TIPO TERUMO. JERINGA DESCARTABLE DE 3 ELEMENTOS CAP 10 ML. Graduada, pico luer excéntrico, con aguja 40/8, envoltorio de polietileno, de fácil apertura, estéril. Deberán responder a Normas IRAM y Normas internacionales reconocidas. Fecha de vencimiento o esterilización con margen de uso no menor de 18 meses. Acondicionadas en cajas de cartón duro de no mas de 500 unidades que permitan su adecuado almacenamiento. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT.	MUESTRA

85	UNIDAD	JERINGAS - DESCARTABLE DE POLIPROPILENO, ESTERIL, ATOXICA, LIBRE DE PIROGENOS, SIN AGUJA, ENVASES INDIVIDUALES, 3 PIEZAS, PICO LUER EXCENTRICO, 3 CC TIPO "BARCAT" O "TERUMO"	JERINGAS - DE 3 CC DESCARTABLE SIN AGUJA X UNIDAD TIPO TERUMO. JERINGA DESCARTABLE DE 3 ELEMENTOS CAP 3 ML. Graduada, pico luer excéntrico, envoltorio de polietileno, de fácil apertura, estéril. Deberán responder a Normas IRAM y Normas internacionales reconocidas. Fecha de vencimiento o esterilización con margen de uso no menor de 18 meses. Acondicionadas en cajas de cartón duro de no más de 500 unidades que permitan su adecuado almacenamiento. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT	MUESTRA
86	UNIDAD	JERINGAS - DESCARTABLE DE POLIPROPILENO, ESTERIL, ATOXICA, LIBRE DE PIROGENOS, SIN AGUJA, ENVASES INDIVIDUALES, 3 PIEZAS, PICO LUER EXCENTRICO, 5 CC TIPO "BARCAT" O "TERUMO"	JERINGAS - DE 5 CC DESCARTABLE SIN AGUJA X UNIDAD TIPO TERUMO. JERINGA DESCARTABLE DE 3 ELEMENTOS CAP 5 ML. Graduada, pico luer excéntrico, con aguja 40/8, envoltorio de polietileno, de fácil apertura, estéril. Deberán responder a Normas IRAM y Normas internacionales reconocidas. Fecha de vencimiento o esterilización con margen de uso no menor de 18 meses. Acondicionadas en cajas de cartón duro de no más de 500 unidades que permitan su adecuado almacenamiento. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT.	MUESTRA
87	UNIDAD	MICROSCOPIO – FUNDA PARA MICROSCOPIO	MICROSCOPIO – FUNDA PARA MICROSCOPIO	FOLLETO
88	UNIDAD	JERINGAS - DESCARTABLES DE POLIPROPILENO, ESTERIL, ATOXICA, LIBRE DE PIROGENOS, SIN AGUJA, ENVASES INDIVIDUALES, 3 PIEZAS, PICO LUER EXCENTRICO, 50/60. TIPO BARCAT O TERUMO.	JERINGA DESCARTABLE DE POLIPROPILENO, ESTERIL, ATOXICA, LIBRE DE PIROGENOS, SIN AGUJA, ENVASES INDIVIDUALES, 3 PIEZAS, PICO LUER EXCENTRICO, 50/60 CC X 50 UNID. TIPO "BARCAT" O "TERUMO". DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN DE ANMAT.	MUESTRA
89	UNIDAD	CONECTOR P/MEDICINA - LLAVE DE TRS VIAS CON PROLONGADOR. -	LLAVE DE TRES VIAS DISPOSITIVO PARA INFUSION I.V. INTRAVERNOSA ATOXICOS Y LIBRE DE PIROGENOS - LLAVE DE TRES VIAS, DISPOSITIVO PARA INFUSION I.V. INTRAVERNOSA, ATOXICO Y LIBRE DE PIROGENOS, CON PROLONGADOR. DEBERA PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACION. DEBERA CONTAR CON APROBACION DE ANMAT	MUESTRA
90	UNIDAD	LLAVE DE TRES VIAS DISPOSITIVO PARA INFUSION I.V. INTRAVERNOSA ATOXICOS Y LIBRE DE PIROGENOS -.	LLAVE DE TRES VIAS DISPOSITIVO PARA INFUSION I.V. INTRAVERNOSA ATOXICOS Y LIBRE DE PIROGENOS -. DESCARTABLE CON ROSCA LUER LOCK. ESTERIL, con robinete de 360º de plástico, ajuste con pico luer lock, con flecha indicadora del sentido de flujo acondicionada en pouch individual. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT.	MUESTRA

91	UNIDAD	MANGO DE TENSION ARTERIAL - TIPO ADULTO GENERICO. TAMAÑO L	MANGO DE T.A -para monitorización automática adulto. Tamaño L. TIPO MAICUFF. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN DE LA ANMAT	MUESTRA
92	UNIDAD	MASCARA DE OXIGENO - PEDIATRICA C/ RESERORIO (BOLSA)	MASCARA DE OXIGENOTERAPIA TAMAÑO PEDIATRICO CON BOLSA DE RESERVORIO. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT.	MUESTRA
93	UNIDAD	MÁSCARA PARA VNI CON CODO ESTANDAR CONEXIÓN SE TAMAÑO S TIPO TOTAL FACE RESPITROINICS PERFORMAX	MÁSCARA PARA VNI CON CODO ESTANDAR CONEXIÓN SE TAMAÑO S TIPO TOTAL FACE RESPITROINICS PERFORMAX. DEBERÁ PRESENTAR FOLLET PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT.	FOLLETO
94	UNIDAD	MASCARA DE OXIGENO - AIRE Y ACCESORIOS VENTURI. TAMAÑO ADULTO. -	MASCARA - OXIGENOTERAPIA ADULTO TIPO VENTURI CON 6 PORCENTAJES Y ACCESORIOS (ELASTICO PARA AJUSTE AL ROSTRO, TUBULADURA PARA CONEXIÓN A FUENTE DE OXIGENO) MASCARA CON CLIPS DE AJUSTE NASAL METALICO. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT.	MUESTRA
95	UNIDAD	SONDA - MUCOSUCTOR CON SONDA PARA ASPIRACION DE MUCUS K30P CON REGULADOR	Sonda nasogástrica TIPO K-30P, de material histocompatible, exenta de látex, graduada a intervalos. Con línea radiopaca, transparente y flexible. Extremo distal abierto y cuatro orificios laterales, todos atraumáticos. Extremo proximal con conexión universal. Longitud aproximada de 1 metro. En envase individual estéril. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT	MUESTRA
96	UNIDAD	PAPAGAYO - ORINAL MASCULINO PLASTICO / PAPAGAYO	ORINAL MASCULINO, DEBERA CONTAR CON APROBACION DE ANMAT	FOLLETO
97	UNIDAD	PAÑAL DESCARTABLE - TAMAÑO ADULTO. -	PAÑAL DESCARTABLE - ADULTO TIPO NONISEC. Pañal con Fibras que reducen PH, Material libre de cloro. Extra absorbentes, para evitar escurrimientos. Laterales extensibles para una perfecta sujeción y una óptima libertad de movimientos. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DENERÁ CONTAR CON APROBACIÓN DE ANMAT.	MUESTRA
98	UNIDAD	PAÑAL DESCARTABLE - TAMAÑO BEBE RECIEN NACIDO. -	PAÑAL DESCARTABLE - TAMAÑO RECIEN NACIDO. PAMPERS. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT.	MUESTRA
99	UNIDAD	PAÑO DE HIGIENE CORPORAL - ACTIVADO CON SOLUCION JABONOSA DE CLORHEXIDINA, ENVASADO INDIVIDUALMENTE, HIPOALERGENICO, CON	PAÑO DE HIGINIE CORPORAL - CON SOLUCION JABONOSA DE CLORHEXIDINA, MEDIDA 30 CM X 20 CM, TELA NO TEJIDA MICROPERFORADA TIPO COLMENA. PAÑO DESCARTABLE PARA BAÑO CORPORAL CON SOLUCION JABONOSA DE CLORHEXIDINA. Paño descartable antibacterial para la higiene y limpieza de todo el cuerpo, sin acción terapéutica, y que no requiera agua, ni enjuague. Hipoalergénico, libre de látex, pH neutro y libre	MUESTRA

		SISTEMA DE APERTURA ABRE FACIL, MEDIDA 30 CM X 20 CM, TELA NO TEJIDA MICROPERFORADA	de resinas. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT	
100	UNIDAD	PAPEL P/ECOGRAFIA - TIPO SONY- UPP-110S TYPE 1 NORMAL	PAPEL P/ ECOGRAFÍA TIPO "SONY – UPP – 110S" TYPO 1 NORMAL. DEBERÁ PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN.	FOLLETO
101	UNIDAD	PAPEL P/ELECTROCARDIOGRAMA - DE INSCRICION DIRECTA, TERMOQUIMICO TIPO "FAKUDA" 50X30	PAPEL P/ELECTROCARDIOGRAM. - TERMOQUIMICO TIPO "FUKUDA" 50 X 30 MTS. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	MUESTRA
102	UNIDAD	PAPEL PARA MONITOREO FETAL - BT 300 TIPO CORIONIK X 100 MM	PAPEL PARA MONITOREO FETAL - PAPEL PARA MONITOREO FETAL TIPO CORIONIK X 100 MM. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	MUESTRA
103	UNIDAD	PAPEL PARA MONITOREO FETAL - TIPO COMEN 21/22	PAPEL PARA MONITOREO FETAL - PAPEL PARA MONITOREO FETAL TIPO CORIONIK X 100 MM. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	MUESTRA
104	UNIDAD	PROLONGADOR - NEO BIFURCADO CON 2 VALVULAS AUSELLANTE. -	PROLONGADOR MICRO CON VALVULA AUTOSELLANTE, BIFURCADO, DE 150 mm. USO NEONATOLOGIA. CONECTORES DE BIOSEGURIDAD, ENSAMBLADOS AL PROLONGADOR EN CADA LUMEN, DE CIERRE HERMETICO Y ACCESO SIN AGUJAS. ESTERIL. LIBRE DE LATEX. TIPO PS ANESTHESIA COD 16217. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN DE LA ANMAT. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	MUESTRA
105	UNIDAD	PROLONGADOR - NEO MICRO CON 1 VALVULA AUTOSELLANTE. -	PROLONGADOR MICRO CON VALVULA AUTOSELLANTE, DE UN LUMEN. USO NEONATOLOGIA. DE 150 mm. CONECTORES DE BIOSEGURIDAD, ENSAMBLADOS AL PROLONGADOR, DE CIERRE HERMETICO Y ACCESO SIN AGUJAS. ESTERIL. LIBRE DE LATEX. USO NEONATOLOGIA TIPO PS ANESTHESIA COD 25593. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN DE LA ANMAT. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	MUESTRA
106	UNIDAD	RASURADORA - TIPO PRESTOBARBA. -	RASURADORA - Tipo. Prestobarba. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	MUESTRA
107	UNIDAD	RECIPIENTE ESTERIL USO BIOLOGICO X 125 -.	RECIPIENTE ESTERIL USO BIOLOGICO X 125 -. ENVASE DESCARTABLE ESTERIL X 125 ML para uso biológico, capaces de contener los volúmenes que se especifican en el renglón, con tapa a rosca de cierre hermético, en envase individual, estéril, con fecha de Vto. y lote. Acondicionado en cajas que resistan estiba máxima de no menos de 6 unidades. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT.	MUESTRA
108	UNIDAD	REGULADOR DE CAUDAL - PARA SET DE INFUSION I.V ESTERIL TIPO UNI-FLOWE UNIC	EQUIPO DE REGULACIÓN DE VOLUMEN DE INFUSION- DESCARTABLE TIPO DIAL FLOW. Lo especificado en el renglón. Regulador de flujo de precisión para la administración IV. Conectores luer estándar compatibles con los Estándares Nacionales Norteamericanos (American National Standards) para Conectores Luer. Cuerpo de PVC de Grado Médico libre de DEHP. Goteros: 20 gotas/min. Regulador: 5-250 ml/min, en línea. Filtro en	MUESTRA

			línea: Para líquidos IV, 0.22 micras. Compatibilidad: Compatible con citostáticos, lípidos (NPT). Deberá estar aprobado por la ANMAT. Deberá presentar muestra para su aprobación	
109	UNIDAD	SET COMPLETO P/NEBULIZAR - ADULTO TIPO "AGO 5316"	SET COMPLETO P/NEBULIZAR - ADULTO. PIPETA DE PLASTICO PARA NEBULIZAR COMPLETA MASCARA CON AJUSTE DE ROSTRO MEDIANTE ELASTICO Y TUBULADURA DE PVC. ADULTO de plástico transparente y flexible adaptable anatómicamente al rostro mediante ajuste elástico, con pipeta nebulizadora de 10 a 15 ml de plástico rígido con graduación de volumen residual mínimo, con tubuladura prolongadora de plástico antiacodable de conexión estándar, acondicionadas en envase de cierre hermético. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT.	MUESTRA
110	UNIDAD	SISTEMA C-PAP - 08 FR. NEONATAL TIPO SILMAG COD 233-00	SISTEMA C-PAP NEONATAL TIPO SILMAG CÓDIGO 233-00. DEBERÁ PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT.	FOLLETO
111	UNIDAD	SISTEMA C-PAP - 10 FR. NEONATAL TIPO SILMAG COD 233-01	SISTEMA C-PAP NEONATAL TIPO SILMAG CÓDIGO 233-01. DEBERÁ PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT.	FOLLETO
112	UNIDAD	SONDA - DE 2 VIAS, LATEX SILICONADA, ESTERIL, ENVASADA INDIVIDUALMENTE, LIBRE DE PIROGENOS N°08 -	SONDA VESICAL TIPO FOLEY DOBLE VIA C/BALON NRO 8 SILICONADA. De látex siliconado extremo distal recto, con punta cilíndrica, con dos orificios laterales redondeado atraumáticos; balón rellenable resistente, extremo proximal con dos vías con conexión universal tipo embudo para desagote y otra con válvula con conexión luer para el llenado del balón. Largo aproximado 40 cm. Envase individual estéril de fácil apertura con nro de lote y vencimiento. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT.	MUESTRA
113	UNIDAD	SONDA - USO - TIPO DE 2 VIAS, LATEX SILICONADA, ESTERIL, ENVASADA INDIVIDUALMENTE, LIBRE DE PIROGENOS, RIPO "RUSH GOLD" N°10	SONDA VESICAL TIPO FOLEY DOBLE VIA C/BALON NRO 10 SILICONADA. De látex siliconado extremo distal recto, con punta cilíndrica, con dos orificios laterales redondeado atraumáticos; balón rellenable resistente, extremo proximal con dos vías con conexión universal tipo embudo para desagote y otra con válvula con conexión luer para el llenado del balón. Largo aproximado 40 cm. Envase individual estéril de fácil apertura con nro de lote y vencimiento. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT.	MUESTRA

114	UNIDAD	SONDA - DE 2 VIAS, LATEX SILICONADA, ESTERIL, ENVASADA INDIVIDUALMENTE, LIBRE DE PIROGENOS, TIPO "RUSH GOLD" Nº12	SONDA VESICAL TIPO FOLEY DOBLE VIA C/BALON NRO 12 SILICONADA. De látex siliconado extremo distal recto, con punta cilíndrica, con dos orificios laterales redondeado atraumáticos; balón rellenable resistente, extremo proximal con dos vías con conexión universal tipo embudo para desagote y otra con válvula con conexión luer para el llenado del balón. Largo aproximado 40 cm. Envase individual estéril de fácil apertura con nro de lote y vencimiento. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT.	MUESTRA
115	UNIDAD	SONDA - DE 2 VIAS, LATEX SILICONADA, ESTERIL, ENVASADA INDIVIDUALMENTE, LIBRE DE PIROGENOS, TIPO "RUSH GOLD" Nº14	SONDA VESICAL TIPO FOLEY DOBLE VIA C/BALON NRO 14 SILICONADA. De látex siliconado extremo distal recto, con punta cilíndrica, con dos orificios laterales redondeado atraumáticos; balón rellenable resistente, extremo proximal con dos vías con conexión universal tipo embudo para desagote y otra con válvula con conexión luer para el llenado del balón. Largo aproximado 40 cm. Envase individual estéril de fácil apertura con nro de lote y vencimiento. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT.	MUESTRA
116	UNIDAD	SONDA - DE 2 VIAS, LATEX SILICONADA, ESTERIL, ENVASADA INDIVIDUALMENTE, LIBRE DE PIROGENOS, TIPO "RUSH GOLD" Nº16	SONDA VESICAL TIPO FOLEY DOBLE VIA C/BALON NRO 16 SILICONADA. De látex siliconado extremo distal recto, con punta cilíndrica, con dos orificios laterales redondeado atraumáticos; balón rellenable resistente, extremo proximal con dos vías con conexión universal tipo embudo para desagote y otra con válvula con conexión luer para el llenado del balón. Largo aproximado 40 cm. Envase individual estéril de fácil apertura con nro de lote y vencimiento. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT.	MUESTRA
117	UNIDAD	SONDA - DE 2 VIAS, LATEX SILICONADA, ESTERIL, ENVASADA INDIVIDUALMENTE, LIBRE DE PIROGENOS, TIPO "RUSH GOLD" Nº18	SONDA VESICAL TIPO FOLEY DOBLE VIA C/BALON NRO 18 SILICONADA. De látex siliconado extremo distal recto, con punta cilíndrica, con dos orificios laterales redondeado atraumáticos; balón rellenable resistente, extremo proximal con dos vías con conexión universal tipo embudo para desagote y otra con válvula con conexión luer para el llenado del balón. Largo aproximado 40 cm. Envase individual estéril de fácil apertura con nro de lote y vencimiento. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT.	MUESTRA
118	UNIDAD	SONDA - DE 2 VIAS, LATEX SILICONADA, ESTERIL, ENVASADA INDIVIDUALMENTE, LIBRE DE PIROGENOS, TIPO "RUSH GOLD" Nº20	SONDA VESICAL TIPO FOLEY DOBLE VIA C/BALON NRO 20 SILICONADA. De látex siliconado extremo distal recto, con punta cilíndrica, con dos orificios laterales redondeado atraumáticos; balón rellenable resistente, extremo proximal con dos vías con conexión universal tipo embudo para desagote y otra con válvula con conexión luer para el llenado del balón. Largo aproximado 40 cm. Envase individual estéril de fácil apertura con nro de lote y vencimiento. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU	MUESTRA

			APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT.	
119	UNIDAD	SONDA - DE 3 VIAS C/BALON, LATEX SILICONADA, ESTERIL, ENVASADA INDIVIDUALMENTE, LIBRE DE PIROGENOS, TIPO "RUSH GOLD" N°18	SONDA VESICAL TIPO FOLEY TRIPLE VIA CON BALON NRO 18 SILICONADA: De látex siliconado extremo distal recto, con punta cilíndrica, con dos orificios laterales redondeados atraumáticos, debe permitir la eliminación del coagulo hematórico; balón rellenable resistente, extremo proximal con conexión universal tipo embudo y otra válvula de con conexión luer para el llenado del balón. Largo aproximado 40cm. Envase individual estéril de fácil apertura con nro de lote y vencimiento. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT.	MUESTRA
120	UNIDAD	SONDA - DE 3 VIAS C/BALON, LATEX SILICONADA, ESTERIL, ENVASADA INDIVIDUALMENTE, LIBRE DE PIROGENOS, TIPO "RUSH GOLD" N°20	SONDA VESICAL TIPO FOLEY TRIPLE VIA CON BALON NRO 20 SILICONADA: De látex siliconado extremo distal recto, con punta cilíndrica, con dos orificios laterales redondeados atraumáticos, debe permitir la eliminación del coagulo hematórico; balón rellenable resistente, extremo proximal con conexión universal tipo embudo y otra válvula de con conexión luer para el llenado del balón. Largo aproximado 40cm. Envase individual estéril de fácil apertura con nro de lote y vencimiento. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT.	MUESTRA
121	UNIDAD	SONDA - DE 3 VIAS C/BALON, LATEX SILICONADA, ESTERIL, ENVASADA INDIVIDUALMENTE, LIBRE DE PIROGENOS, TIPO "RUSH GOLD" N°22	SONDA VESICAL TIPO FOLEY TRIPLE VIA CON BALON NRO 22 SILICONADA: De látex siliconado extremo distal recto, con punta cilíndrica, con dos orificios laterales redondeados atraumáticos, debe permitir la eliminación del coagulo hematórico; balón rellenable resistente, extremo proximal con conexión universal tipo embudo y otra válvula de con conexión luer para el llenado del balón. Largo aproximado 40cm. Envase individual estéril de fácil apertura con nro de lote y vencimiento. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT.	MUESTRA
122	UNIDAD	SONDAS - NASOGASTRICA, ESTERIL, MATERIAL ATOXICO, LIBRE DE PIROGENOS TIPO K29	Sonda nasogástrica TIPO K-29, de material histocompatible, exenta de látex, graduada a intervalos. Con línea radiopaca, transparente y flexible. Extremo distal abierto y cuatro orificios laterales, todos atraumáticos. Extremo proximal con conexión universal. Longitud aproximada de 1 metro. En envase individual estéril. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT	MUESTRA
123	UNIDAD	SONDA - FOLEY 2 VIAS 100% SILICONADA 10 FR.-	SONDA VESICAL TIPO FOLEY DOS VIAS C/BALON NRO 10, 100 % SILICONA. Libre de látex, extremo distal recto, con punta cilíndrica, con dos orificios laterales redondeado atraumáticos; balón rellenable resistente, extremo proximal con dos vías con conexión universal tipo embudo para desagote y otra con válvula con conexión luer para el llenado del balón. Envase individual estéril de fácil apertura con nro de lote y vencimiento. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT.	MUESTRA

124	UNIDAD	SONDA - TIPO FOLEY DE 2 VIAS 100% SILICONA 14FR.	SONDA VESICAL TIPO FOLEY DOS VIAS C/BALON NRO 14, 100 % SILICONA. Libre de látex, extremo distal recto, con punta cilíndrica, con dos orificios laterales redondeado atraumáticos; balón rellenable resistente, extremo proximal con dos vías con conexión universal tipo embudo para desagote y otra con válvula con conexión luer para el llenado del balón. Envase individual estéril de fácil apertura con nro de lote y vencimiento. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT.	MUESTRA
125	UNIDAD	SONDAS - FOLEY 2 VIAS 100% SILICONADA 16 FR.-	SONDA VESICAL TIPO FOLEY DOS VIAS C/BALON NRO 16, 100 % SILICONA. Libre de látex, extremo distal recto, con punta cilíndrica, con dos orificios laterales redondeado atraumáticos; balón rellenable resistente, extremo proximal con dos vías con conexión universal tipo embudo para desagote y otra con válvula con conexión luer para el llenado del balón. Envase individual estéril de fácil apertura con nro de lote y vencimiento. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT.	MUESTRA
126	UNIDAD	SONDAS - FOLEY 2 VIAS 100% SILICONADA 18 FR.-	SONDA VESICAL TIPO FOLEY DOS VIAS C/BALON NRO 18, 100 % SILICONA. Libre de látex, extremo distal recto, con punta cilíndrica, con dos orificios laterales redondeado atraumáticos; balón rellenable resistente, extremo proximal con dos vías con conexión universal tipo embudo para desagote y otra con válvula con conexión luer para el llenado del balón. Envase individual estéril de fácil apertura con nro de lote y vencimiento. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT.	MUESTRA
127	UNIDAD	SONDAS - FOLEY 2 VIAS 100% SILICONADA 20 FR.-	SONDA VESICAL TIPO FOLEY DOS VIAS C/BALON NRO 20, 100 % SILICONA. Libre de látex, extremo distal recto, con punta cilíndrica, con dos orificios laterales redondeado atraumáticos; balón rellenable resistente, extremo proximal con dos vías con conexión universal tipo embudo para desagote y otra con válvula con conexión luer para el llenado del balón. Envase individual estéril de fácil apertura con nro de lote y vencimiento. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT.	MUESTRA
128	UNIDAD	SONDA - SONDA NASOGASTRICA 100% SILICONADA TIPO SILMAG 392-09	SONDA NASOGASTRICA 100% SILICONA TIPO SILMAG 392-09, 100 % SILICONA. transparente con línea radiopaca. Estéril, atóxica y libre de látex. Extremo cerrado y redondeado. Marcada a los 20, 30, 40 y 50 cm. No debe producir lesiones por presión. PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT.	FOLLETO

129	UNIDAD	SONDAS - NASOGASTRICA, ESTERIL, MATERIAL ATOXICO, LIBRE DE PIROGENOS TIPO K10.	Sonda nasogástrica TIPO K-10, de material histocompatible, exenta de látex, graduada a intervalos. Con línea radiopaca, transparente y flexible. Extremo distal abierto y cuatro orificios laterales, todos atraumáticos. Extremo proximal con conexión universal. Longitud aproximada de 1 metro. En envase individual estéril. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT	MUESTRA
130	UNIDAD	SONDA - SONDA NASOGASTRICA 100% SILICONADA TIPO SILMAG 392-07	SONDA NASOGASTRICA 100% SILICONA TIPO SILMAG 392-07, 100 % SILICONA. trasparente con línea radiopaca. Estéril, atóxica y libre de látex. Extremo cerrado y redondeado. Marcada a los 20, 30, 40 y 50 cm. No debe producir lesiones por presión. PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT.	FOLLETO
131	UNIDAD	SONDAS - NASOGASTRICA, ESTERIL, MATERIAL ATOXICO, LIBRE DE PIROGENOS TIPO K 35	Sonda nasogástrica TIPO K-35, de material histocompatible, exenta de látex, graduada a intervalos. Con línea radiopaca, transparente y flexible. Extremo distal abierto y cuatro orificios laterales, todos atraumáticos. Extremo proximal con conexión universal. Longitud aproximada de 1 metro. En envase individual estéril. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT	MUESTRA
132	UNIDAD	SONDAS - NASOGASTRICA, ESTERIL, MATERIAL ATOXICO, LIBRE DE PIROGENOS T/K31	Sonda nasogástrica TIPO K-31, de material histocompatible, exenta de látex, graduada a intervalos. Con línea radiopaca, transparente y flexible. Extremo distal abierto y cuatro orificios laterales, todos atraumáticos. Extremo proximal con conexión universal. Longitud aproximada de 1 metro. En envase individual estéril. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT	MUESTRA
133	UNIDAD	SONDAS - P/ NUTRICION ENTERAL DE 8 FR. ALIMENTACION, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS Y ATOXICO TIPO K 108	SONDA P/ NUTRICION ENTERAL DE 8 FR. ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS Y ATOXICO TIPO K 108. CONFECCIONADA EN POLIURETANO. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT	MUESTRA
134	UNIDAD	SONDAS - PARA INHALACION DE OXIGENO ADULTO, ESTERIL, ATOXICO, APIROGENO, ENVASES INDIVIDUALES TIPO "KOLER SI-27A	SONDA PARA INHALACION DE OXIGENO ADULTO, TIPO "KOLER SI-27A"(BIGOTERA) PARA ADMINISTRACIÓN DE OXIGENO ADULTO. Tubuladura de PVC para oxigenoterapia, estéril, atóxica, a pirógeno, transparente, libre de látex, para administración positiva continua de oxígeno, arco nasal regulable, bigotera confeccionada en P.V.C. blando, tubuladura de 1,50 MTS de largo, flexible y no colapsable, y en el otro extremo, debe poseer conector para fuente oxígeno estándar. Presentación: doble bolsa individual estéril. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT	MUESTRA

135	UNIDAD	SONDAS - PARA SUCCION DE MUCUS CON REGULADOR DE SUCCION, ESTERIL, MATERIAL ATOXICO, LIBRE DE PIROGENOS, DE CALIBRE 5MM TIPO "FSA 32P PM 1012-8" DE "BIO-FIL"	SONDA PARA ASPIRACIÓN DE MUCUS TIPO K 32 P CON REGULADOR DE SUCCIÓN. Sonda para aspiración de mucus, de PVC, estéril, atoxico, a pirógeno, transparente, libre de látex, extremo distal con orificios redondeados atraumático, en el extremo proximal conector universal. Presentación: doble bolsa individual estéril. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT	MUESTRA
136	UNIDAD	SONDA PARA SUCCION DE MUCUS CON REGULADOR DE SUCCION ESTERIL MATERIAL A TOXICO LIBRE DE PIROGENOS DE CALIBRE 5 MM TIPO FSA 33P TIPO DE BIO FI - Sonda PARA SUCCION DE MUCUS CON REGULADOR DE SUCCION ESTERIL MATERIAL A TOXICO LIBRE DE PIROGENOS DE CALIBRE 5	SONDA PARA ASPIRACIÓN DE MUCUS TIPO K 33 P CON REGULADOR DE SUCCIÓN. Sonda para aspiración de mucus, de PVC, estéril, atoxico, a pirógeno, transparente, libre de látex, extremo distal con orificios redondeados atraumático, en el extremo proximal conector universal. Presentación: doble bolsa individual estéril. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT	MUESTRA
137	UNIDAD	SONDAS - SENG TAKEN CON BALON N°18 TIPO "RUSCH 204800"	SONDAS SENGSTAKEN- BLAKEMORE C/BALON N° 18. Sonda nasogástrica compuesta de una sonda látex rojo y de dos balones de látex ámbar, de una longitud de 95 cm con marcas. Calibres de 16 Fr. Flexible, con orificio central en la punta, con perforaciones laterales a lo largo de 10 cm. Consta de tres vías: una para inflar cada balón (esofágico y gástrico) y otra para aspirare el estómago, lavar o alimentar. partes constitutivas: Puerto de balón gástrico, Puerto de aspiración gástrica, Puerto de balón esofágico, Puerto de aspiración de esófago, Balón gástrico, Balón esofágico, Aberturas de aspiración gástrica, Abertura de aspiración esofágica y Marcas longitudinales. DEBERÁ PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT.	MUESTRA
138	UNIDAD	SONDAS - SENG TAKEN CON BALON N°16 TIPO "RUSCH 204800"	SONDAS SENGSTAKEN- BLAKEMORE C/BALON N° 16. Sonda nasogástrica compuesta de una sonda látex rojo y de dos balones de látex ámbar, de una longitud de 95 cm con marcas. Calibres de 16 Fr. Flexible, con orificio central en la punta, con perforaciones laterales a lo largo de 10 cm. Consta de tres vías: una para inflar cada balón (esofágico y gástrico) y otra para aspirare el estómago, lavar o alimentar. partes constitutivas: Puerto de balón gástrico, Puerto de aspiración gástrica, Puerto de balón esofágico, Puerto de aspiración de esófago, Balón gástrico, Balón esofágico, Aberturas de aspiración gástrica, Abertura de aspiración esofágica y Marcas longitudinales. DEBERÁ PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT.	MUESTRA
139	UNIDAD	SONDAS - SONDA URETRAL FOLEY DUFOUR TIPO COLOPLAST 20 FR	SONDAS - URETRAL FOLEY DUFOUR N°20 FR Tipo Coloplast DEBERÁ PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT.	FOLLETO

140	UNIDAD	SONDAS - SONDA URETRAL FOLEY DUFOUR TIPO COLOPLAST 22 FR	SONDAS - URETRAL FOLEY DUFOUR N°22 FR Tipo Coloplast. DEBERÁ PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT.	FOLLETO
141	UNIDAD	TAPONES DE PLÁSTICO PARA JERINGA X 100 UNIDADES	LO ESPECIFICADO EN EL RENGLÓN. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA.	MUESTRA
142	UNIDAD	TELA ADHESIVA - HIPOALERGENICA 2.5 CM	TELA ADHESIVA HIPOALERGENICA, MICROPORE DE 2,5 CMS DE ANCHO. Cinta plástica micro perforada. Con adhesivo hipoalérgico en una de sus caras de fácil rasgado transversal, y resistente a los líquidos. Rollo de no menos de 9 mts de largo. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT.	MUESTRA
143	UNIDAD	TELA ADHESIVA C/TEJIDO DE ALGODON HIDROF CON ADHESIVO HIPOALERG ALTO CONT DE OXIDO DE ZINC ROLLO DE 2.5 CM X 12 U -.	TELA ADHESIVA DE OXIDO DE ZINC ROLLO DE 2,5 CM X UNIDAD. TELA ADHESIVA, C/TEJIDO DE ALGODON HIDROF. CON ADHESIVO HIPOALERG. ALTO CONTENIDO DE OXIDO DE ZINC ROLLO DE 10 CM X 9 MTS. X UNIDAD. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN DE ANMAT	MUESTRA
144	UNIDAD	TELE ADHIESIVA C/TEJIDO DE ALGODON HIDROF CON ADHESIVO HIPOALERG CON ALTO CONT DE OXIDO ZINC ROLLO DE 5 CM X 6U -.	TELA ADHESIVA - DE OXIDO DE ZINC ROLLO DE 5 CM X UNIDAD. TELA ADHESIVA, C/TEJIDO DE ALGODON HIDROF. CON ADHESIVO HIPOALERG. ALTO CONTENIDO DE OXIDO DE ZINC ROLLO DE 5 CM X 9 MTS. X UNIDAD. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT.	MUESTRA
145	UNIDAD	TERMÓMETRO DIGITAL	TERMÓMETRO DIGITAL	FOLLETO
146	UNIDAD	TETINAS DE SILICONA TAMAÑO MEDIANO TIPO MARCA PRINTEX O FLAVIA	TETINAS DE SILICONA TAMAÑO MEDIANO TIPO MARCA PRINTEX O FLAVIA. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	MUESTRA
147	UNIDAD	TIRAS REACTIVAS - PARA MEDICION DE PH RANGO 4-7	TIRAS REACTIVAS - PARA MEDICION DE PH RANGO 4-7. DEBERÁ PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN.	FOLLETO

148		TRAMPA DE AGUA PARA MEDICION DE CO2 - COMPATIBLE CON MONITOR MINDRAY UMEC12	TRAMPA DE AGUA PARA MEDICION DE CO2 - COMPATIBLE CON MONITOR MINDRAY UMEC12. DEBERÁ PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN.	FOLLETO
149		TRANSDUCTOR DE PRESION - INVASIVA TIPO EDWARDS PX260	TRANSDUCTOR DE PRESION - TRANSDUCTOR DE PRESION - INVASIVA TIPO EDWARDS Px260. DEBERA CONTAR CON APROBACION DE ANMAT	MUESTRA
150		TUBOS DE DRENAJE PLEURAL TIPO TROCAR - N°28 FR	TUBOS DE DRENAJE PLEURAL TIPO TROCAR - DE 28 FR, SEGÚN LA ESPECIFICACION DEL RENGLO. DEBERA CONTAR CON APROBACION DE ANMAT	MUESTRA
151	UNIDAD	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC CON BALON CON BOQUILLA PLASTICA Y LINEA RADIOPACA SILICONADA LIBRE DE PIROGENOS ESTERIL TIPO RUSCH - N.º 3,0	TUBO ENDOTRAQUEAL N° 3,0 CON BALON. DE PVC, CON BOQUILLA PLASTICA Y LINEA RADIOPACA, SILICONADO, LIBRE DE PIROGENOS, ESTERIL, LIBRE DE LATEX. TIPO RUSH. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN DE LA ANMAT. DEBERÁ PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN.	MUESTRA
152	UNIDAD	TUBO ENDOTRAQUEAL - DE PVC CON BALON, CON BOQUILLA PLASTICA Y LINEA RADIOPACA, SILICONADO, LIBRE DE PIROGENOS, ESTERIL N.º 3.5 TIPO "RÜSCH"	TUBO ENDOTRAQUEAL N° 3,5 CON BALON. DE PVC , CON BOQUILLA PLASTICA Y LINEA RADIOPACA, SILICONADO, LIBRE DE PIROGENOS, ESTERIL, LIBRE DE LATEX. TIPO RUSH. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN DE LA ANMAT. DEBERÁ PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN.	FOLLETO
153	UNIDAD	TUBO ENDOTRAQUEAL - DE PVC CON BALON CON BOQUILLA PLASTICA Y LINEA RADIOPACA SILICONADA LIBRE DE PIROGENOS ESTERIL TIPO RUSCH - N.º 4,0 TIPO "RÜSCH"	TUBO ENDOTRAQUEAL N° 4,0 CON BALON. DE PVC, CON BOQUILLA PLASTICA Y LINEA RADIOPACA, SILICONADO, LIBRE DE PIROGENOS, ESTERIL, LIBRE DE LATEX. TIPO RUSH. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN DE LA ANMAT. DEBERÁ PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN.	FOLLETO
154	UNIDAD	TUBO ENDOTRAQUEAL - DE PVC SIN BALON CON BOQUILLA PLASTICA Y LINEA RADIOPACA SILICONADA LIBRE DE PIROGENOS ESTERIL TIPO RUSCH - N.º 2,5 TIPO "RÜSCH"	TUBO ENDOTRAQUEAL N° 2,0 CON BALON. DE PVC, CON BOQUILLA PLASTICA Y LINEA RADIOPACA, SILICONADO, LIBRE DE PIROGENOS, ESTERIL, LIBRE DE LATEX. TIPO RUSH. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN DE LA ANMAT. DEBERÁ PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN.	FOLLETO
155	UNIDAD	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC SIN BALON CON BOQUILLA PLASTICA Y LINEA RADIOPACA SILICONADA LIBRE DE PIROGENOS ESTERIL TIPO RUSCH - Nº3	TUBO ENDOTRAQUEAL N° 3,0 SIN BALON. DE PVC, CON BOQUILLA PLASTICA Y LINEA RADIOPACA, SILICONADO, LIBRE DE PIROGENOS, ESTERIL, LIBRE DE LATEX. TIPO RUSH. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN DE LA ANMAT. DEBERÁ PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN.	FOLLETO

156	UNIDAD	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC SIN BALON CON BOQUILLA PLASTICA Y LINEA RADIOPACA SILICONADA LIBRE DE PIROGENOS ESTERIL TIPO RUSCH - N°3,5	TUBO ENDOTRAQUEAL N° 3,5 SIN BALON. DE PVC, CON BOQUILLA PLASTICA Y LINEA RADIOPACA, SILICONADO, LIBRE DE PIROGENOS, ESTERIL, LIBRE DE LATEX. TIPO RUSH. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN DE LA ANMAT. DEBERÁ PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN.	FOLLETO
157	UNIDAD	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC SIN BALON SIN BOQUILLA PLASTICA Y LINEA RADIOPACA SILICONADA LIBRE DE PIROGENOS ESTERIL TIPO RUSCH - N°4,5	TUBO ENDOTRAQUEAL N° 4,5 SIN BALON. DE PVC, CON BOQUILLA PLASTICA Y LINEA RADIOPACA, SILICONADO, LIBRE DE PIROGENOS, ESTERIL, LIBRE DE LATEX. TIPO RUSH. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN DE LA ANMAT. DEBERÁ PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN.	FOLLETO
158	UNIDAD	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC SIN BALON CON BOQUILLA PLASTICA Y LINEA RADIOPACA SILICONADA LIBRE DE PIROGENOS ESTERIL TIPO RUSCH - N°4,5	TUBO ENDOTRAQUEAL N° 4,5 CON BALON. DE PVC, CON BOQUILLA PLASTICA Y LINEA RADIOPACA, SILICONADO, LIBRE DE PIROGENOS, ESTERIL, LIBRE DE LATEX. TIPO RUSH. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN DE LA ANMAT. DEBERÁ PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN.	FOLLETO
159	UNIDAD	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC SIN BALON CON BOQUILLA PLASTICA Y LINEA RADIOPACA SILICONADA LIBRE DE PIROGENOS ESTERIL TIPO RUSCH - N° 5	TUBO ENDOTRAQUEAL N°5 CON BALON. DE PVC, CON BOQUILLA PLASTICA Y LINEA RADIOPACA, SILICONADO, LIBRE DE PIROGENOS, ESTERIL, LIBRE DE LATEX. TIPO RUSH. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN DE LA ANMAT. DEBERÁ PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN.	FOLLETO
160	UNIDAD	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC SIN BALON CON BOQUILLA PLASTICA Y LINEA RADIOPACA SILICONADA LIBRE DE PIROGENOS ESTERIL TIPO RUSCH - N° 5,5	TUBO ENDOTRAQUEAL N°5,5 CON BALON. DE PVC, CON BOQUILLA PLASTICA Y LINEA RADIOPACA, SILICONADO, LIBRE DE PIROGENOS, ESTERIL, LIBRE DE LATEX. TIPO RUSH. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN DE LA ANMAT. DEBERÁ PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN.	FOLLETO
161	UNIDAD	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC SIN BALON CON BOQUILLA PLASTICA Y LINEA RADIOPACA SILICONADA LIBRE DE PIROGENOS ESTERIL TIPO RUSCH - N° 6,0	TUBO ENDOTRAQUEAL N°6,0 CON BALON. DE PVC, CON BOQUILLA PLASTICA Y LINEA RADIOPACA, SILICONADO, LIBRE DE PIROGENOS, ESTERIL, LIBRE DE LATEX. TIPO RUSH. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN DE LA ANMAT. DEBERÁ PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN.	FOLLETO
162	UNIDAD	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC SIN BALON CON BOQUILLA PLASTICA Y LINEA RADIOPACA SILICONADA LIBRE DE PIROGENOS ESTERIL TIPO RUSCH - N° 6,5	TUBO ENDOTRAQUEAL N°6,5 CON BALON. DE PVC, CON BOQUILLA PLASTICA Y LINEA RADIOPACA, SILICONADO, LIBRE DE PIROGENOS, ESTERIL, LIBRE DE LATEX. TIPO RUSH. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN DE LA ANMAT. DEBERÁ PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN.	FOLLETO
163	UNIDAD	TUBO ENDOTRAQUEAL - DE PVC CON BALON CON BOQUILLA PLASTICA Y LINEA RADIOPACA SILICONADA LIBRE DE PIROGENOS ESTERIL TIPO RUSCH - N° 7,0 CON BALON TIPO "RÜSCH"	TUBO ENDOTRAQUEAL N° 7 CON BALON. DE PVC, CON BOQUILLA PLASTICA Y LINEA RADIOPACA, SILICONADO, LIBRE DE PIROGENOS, ESTERIL, LIBRE DE LATEX. TIPO RUSH. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN DE LA ANMAT. DEBERÁ PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN.	FOLLETO

164	UNIDAD	TUBO ENDOTRAQUEAL - DE PVC CON BALON CON BOQUILLA PLASTICA Y LINEA RADIOPACA SILICONADA LIBRE DE PIROGENOS ESTERIL TIPO RUSCH - Nº 7.5 C/ BALON TIPO "RÜSCH"	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 7,5 CON BALON. DE PVC, CON BOQUILLA PLASTICA Y LINEA RADIOPACA, SILICONADO, LIBRE DE PIROGENOS, ESTERIL, LIBRE DE LATEX. TIPO RUSH. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN DE LA ANMAT. DEBERÁ PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN.	FOLLETO
165	UNIDAD	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC CON BALON CON BOQUILLA PLASTICA Y LINEA RADIOPACA SILICONADA LIBRE DE PIROGENOS ESTERIL TIPO RUSCH - Nº 8.5	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 8,5 CON BALON. DE PVC, CON BOQUILLA PLASTICA Y LINEA RADIOPACA, SILICONADO, LIBRE DE PIROGENOS, ESTERIL, LIBRE DE LATEX. TIPO RUSH. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN DE LA ANMAT. DEBERÁ PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN.	FOLLETO
166	UNIDAD	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC CON BALON CON BOQUILLA PLASTICA Y LINEA RADIOPACA SILICONADA LIBRE DE PIROGENOS ESTERIL TIPO RUSCH - Nº 8.5	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 8,5 CON BALON. DE PVC, CON BOQUILLA PLASTICA Y LINEA RADIOPACA, SILICONADO, LIBRE DE PIROGENOS, ESTERIL, LIBRE DE LATEX. TIPO RUSH. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN DE LA ANMAT. DEBERÁ PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN.	FOLLETO
167	UNIDAD	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC CON BALON CON BOQUILLA PLASTICA Y LINEA RADIOPACA SILICONADA LIBRE DE PIROGENOS ESTERIL TIPO RUSCH - Nº 9,5	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 9,5 CON BALON. DE PVC, CON BOQUILLA PLASTICA Y LINEA RADIOPACA, SILICONADO, LIBRE DE PIROGENOS, ESTERIL, LIBRE DE LATEX. TIPO RUSH. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN DE LA ANMAT. DEBERÁ PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN.	FOLLETO
168	UNIDAD	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC SIN BALON CON BOQUILLA PLASTICA Y LINEA RADIOPACA SILICONADA LIBRE DE PIROGENOS ESTERIL TIPO RUSCH - Nº 5,0	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº5,0 SIN BALON. DE PVC, CON BOQUILLA PLASTICA Y LINEA RADIOPACA, SILICONADO, LIBRE DE PIROGENOS, ESTERIL, LIBRE DE LATEX. TIPO RUSH. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN DE LA ANMAT. DEBERÁ PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN.	FOLLETO
169	UNIDAD	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC SIN BALON SIN BOQUILLA PLASTICA Y LINEA RADIOPACA SILICONADA LIBRE DE PIROGENOS ESTERIL TIPO RUSCH - Nº 5,5	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº5,5 SIN BALON. DE PVC, CON BOQUILLA PLASTICA Y LINEA RADIOPACA, SILICONADO, LIBRE DE PIROGENOS, ESTERIL, LIBRE DE LATEX. TIPO RUSH. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN DE LA ANMAT. DEBERÁ PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN.	FOLLETO
170	UNIDAD	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC SIN BALON SIN BOQUILLA PLASTICA Y LINEA RADIOPACA SILICONADA LIBRE DE PIROGENOS ESTERIL TIPO RUSCH - Nº 6,0	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº6,0 SIN BALON. DE PVC, CON BOQUILLA PLASTICA Y LINEA RADIOPACA, SILICONADO, LIBRE DE PIROGENOS, ESTERIL, LIBRE DE LATEX. TIPO RUSH. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN DE LA ANMAT. DEBERÁ PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN.	FOLLETO
171	UNIDAD	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC SIN BALON SIN BOQUILLA PLASTICA Y LINEA RADIOPACA SILICONADA LIBRE DE PIROGENOS ESTERIL TIPO RUSCH - Nº 7,0	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº7,0 SIN BALON. DE PVC, CON BOQUILLA PLASTICA Y LINEA RADIOPACA, SILICONADO, LIBRE DE PIROGENOS, ESTERIL, LIBRE DE LATEX. TIPO RUSH. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN DE LA ANMAT. DEBERÁ PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN.	FOLLETO

172	UNIDAD	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC SIN BALON SIN BOQUILLA PLASTICA Y LINEA RADIOACA SILICONADA LIBRE DE PIROGENOS ESTERIL TIPO RUSCH - N° 7,5	TUBO ENDOTRAQUEAL N°7,5 SIN BALON. DE PVC, CON BOQUILLA PLASTICA Y LINEA RADIOACA, SILICONADO, LIBRE DE PIROGENOS, ESTERIL, LIBRE DE LATEX. TIPO RUSH. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN DE LA ANMAT. DEBERÁ PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN.	FOLLETO
173	UNIDAD	TUBOS DE DRENAJE PLEURAL TIPO TROCAR - DE 10 FR	TUBOS DE DRENAJE PLEURAL TIPO TROCAR - DE 20 FR, SEGÚN LA ESPECIFICACION DEL RENGLON. DEBERA CONTAR CON APROBACION DE ANMAT	MUESTRA
174	UNIDAD	TUBOS DE DRENAJE PLEURAL TIPO TROCAR - DE 12 FR	TUBOS DE DRENAJE PLEURAL TIPO TROCAR - DE 12 FR, SEGÚN LA ESPECIFICACION DEL RENGLON. DEBERA CONTAR CON APROBACION DE ANMAT	MUESTRA
175	UNIDAD	TUBOS DE DRENAJE PLEURAL TIPO TROCAR - DE 16 FR	TUBOS DE DRENAJE PLEURAL TIPO TROCAR - DE 16 FR, SEGÚN LA ESPECIFICACION DEL RENGLON. DEBERA CONTAR CON APROBACION DE ANMAT	MUESTRA
176	UNIDAD	TUBOS DE DRENAJE PLEURAL TIPO TROCAR - DE 22 FR	TUBOS DE DRENAJE PLEURAL TIPO TROCAR - DE 22 FR, SEGÚN LA ESPECIFICACION DEL RENGLON. DEBERA CONTAR CON APROBACION DE ANMAT	MUESTRA
177	UNIDAD	TUBOS DE DRENAJE PLEURAL TIPO TROCAR - DE 24 FR	TUBOS DE DRENAJE PLEURAL TIPO TROCAR - DE 24 FR, SEGÚN LA ESPECIFICACION DEL RENGLON. DEBERA CONTAR CON APROBACION DE ANMAT	MUESTRA
178	UNIDAD	TUBO DE MAYO - ATOXICOS, ENVASADO INDIVIDUAL, ESTERILES, LIBRE DE PIROGENOS DE 80 MM N°3	TUBO DE MAYO Nro 3 (CANULA DE GUEDEL /TUBO DE MAYO), DESCARTABLE, (OROFARINGEA COLOR ROJO) 80 mm DE LARGO: De PVC traslúcido, curvado y aplanado de luz oval, extremo distal abierto con punta roma totalmente atraumática. Extremo proximal reforzado con tope dental individual estéril de polietileno con rótulo y número de lote y vencimiento. SDEBERÁ PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN DE LA ANMAT	FOLLETO
179	UNIDAD	TUBO DE MAYO - ATOXICO ENVASADO INDIVIDUAL ESTERILES LIBRE DE PIROGENOS DE 70 MM N°2	TUBO DE MAYO Nro 2 (CANULA DE GUEDEL /TUBO DE MAYO), DESCARTABLE, 70 mm DE LARGO: De PVC traslúcido, curvado y aplanado de luz oval, extremo distal abierto con punta roma totalmente atraumática. Extremo proximal reforzado con tope dental individual estéril de polietileno con rótulo y número de lote y vencimiento. DEBERÁ PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN DE LA ANMAT	FOLLETO
180	UNIDAD	TUBULADURA DE POLIVINILO - CALIDAD MEDICA T-63 X METRO	TUBULADURA DE POLIVINILO - CALIDAD MEDICA T-63 X METRO. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT.	MUESTRA

181	UNIDAD	VENDA USO MEDICO - ENYESADA DE FRAGUADO RAPIDO 10 CM ANCHO X 2.7 MTS DE LARGO X UNIDAD TIPO A.Y.E.P. -	VENDA USO MEDICO TIPO ENYESADA (VENDA DE YESO) CONFECCIONADAS CON TARLATANA Y YESO DE PRIMERA CALIDAD DE 10 CM DE ANCHO POR 3 MTS DE LARGO. LAS TOLERANCIAS SERAN DE 1 CM PARA EL ANCHO, Y DE 2 CM PARA EL LARGO. EL YESO DEBERA SER DE FRAGUADO RAPIDO, Y SE PRESENTARAN EN ENVASE INDIVIDUAL. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT.	MUESTRA
182	UNIDAD	VENDA USO MEDICO - ENYESADA DE FRAGUADO RAPIDO 15 CM ANCHO X 2.7 MTS DE LARGO X UNIDAD TIPO A.Y.E.P.	VENDA USO MEDICO TIPO ENYESADA (VENDA DE YESO) CONFECCIONADAS CON TARLATANA Y YESO DE PRIMERA CALIDAD DE 15 CM DE ANCHO POR 3 MTS DE LARGO. LAS TOLERANCIAS SERAN DE 1 CM PARA EL ANCHO, Y DE 2 CM PARA EL LARGO. EL YESO DEBERA SER DE FRAGUADO RAPIDO, Y SE PRESENTARAN EN ENVASE INDIVIDUAL. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT.	MUESTRA
183	UNIDAD	VENDA USO MEDICO - ENYESADA DE FRAGUADO RAPIDO 20 CM ANCHO X 2.7 MTS DE LARGO X UNIDAD TIPO A.Y.E.P.	VENDA USO MEDICO TIPO ENYESADA (VENDA DE YESO) CONFECCIONADAS CON TARLATANA Y YESO DE PRIMERA CALIDAD DE 20 CM DE ANCHO POR 3 MTS DE LARGO. LAS TOLERANCIAS SERAN DE 1 CM PARA EL ANCHO, Y DE 2 CM PARA EL LARGO. EL YESO DEBERA SER DE FRAGUADO RAPIDO, Y SE PRESENTARAN EN ENVASE INDIVIDUAL. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT.	MUESTRA
184	UNIDAD	VENDA USO MEDICO - OVATA DE ALGODON HIDROFILO PARA USO PREENYESADO 10 CM X 3MTS. DE LARGO X UNIDAD TIPO "A.Y.E.P."	VENDA OVATA DE ALGODÓN ROLLO 10 CM. Confeccionada con blouse de algodón crudo 100 %. Las vendas deben poseer una capa de apresto en sus dos fases permitiendo el desdoblamiento de la venda si el ortopedista lo requiera. Envueltas en envases de polipropileno más polietileno en forma individual. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT.	MUESTRA
185	UNIDAD	VENDA USO MEDICO - OVATA DE ALGODON HIDROFILO PARA USO PREENYESADO 15 CM X 3MTS. DE LARGO X UNIDAD TIPO "A.Y.E.P."	VENDA OVATA DE ALGODÓN ROLLO 15 CM. Confeccionada con blouse de algodón crudo 100 %. Las vendas deben poseer una capa de apresto en sus dos fases permitiendo el desdoblamiento de la venda si el ortopedista lo requiera. Envueltas en envases de polipropileno más polietileno en forma individual. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT.	MUESTRA
186	UNIDAD	VENDA USO MEDICO - OVATA DE ALGODON HIDROFILO PARA USO PREENYESADO 20 CM X 3MTS. DE LARGO X UNIDAD TIPO "A.Y.E.P."	VENDA OVATA DE ALGODÓN ROLLO 20 CM. Confeccionada con blouse de algodón crudo 100 %. Las vendas deben poseer una capa de apresto en sus dos fases permitiendo el desdoblamiento de la venda si el ortopedista lo requiera. Envueltas en envases de polipropileno más polietileno en forma individual. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT.	MUESTRA
187	UNIDAD	ZALEAS - DESCARTABLES 60 X 90 CM	ZALEAS DESCARTABLES 60 X90 CM. PROTECTOR DE CAMA, COMPUESTO POR FIBRAS DE CELULOSAS 100 % NATURAL, 100 % IMPERMEABLES, FLEXIBLES Y ABSORVENTES. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRAS PARA SU APROBACIÓN.	MUESTRA

188		SISTEMA CERRADO DE VENTILAC. Y ASPIRACION - DE LUMEN UNICO P/ TUBOS ENDOTRAQUEALES "STERI-CATHR", DE (5,3MM O.D.) X 570MM.- 16 FR., ESTERIL, ATOXICO, LIBRE DE PIROGENOS.	SISTEMA CERRADO DE VENTILAC. Y ASPIRACION - DE LUMEN UNICO P/ TUBOS ENDOTRAQUEALES "STERI-CATHR", DE (5,3MM O.D.) X 570MM.- 16 FR., ESTERIL, ATOXICO, LIBRE DE PIROGENOS. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT.	MUESTRA
189		SONDAS - URETRAL DUFOR TIPO COLOPLAST 18 FR	SONDAS - URETRAL DUFOR TIPO COLOPLAST 18 FR	FOLLETO
190		FILTROS HUMIFICADORES VIRAL BACTERIAL - CON HUMIFICADOR TIPO WESTMED COD. 39012 HME	FILTROS HUMIFICADORES VIRAL BACTERIAL - CON HUMIFICADOR TIPO WESTMED COD. 39012 HME. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT.	MUESTRA
191		SONDA - TIPO FOLEY DE 3 VIAS 100% SILICONA 20 FR.	SONDA - TIPO FOLEY DE 3 VIAS 100% SILICONA 20 FR. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT.	MUESTRA

Farmacéutica ANDREA GRIFFA
Jefa Servicio Farmacia y Esterilización
HOSPITAL LARCADE