



SECRETARIA DE SALUD
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
DESCARTABLES ESPECIALES PARA QUIROFANO
LICITACION PUBLICA N° 33/26

1) PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La adjudicataria deberá realizar la distribución de acuerdo al fraccionamiento que se le solicite con anterioridad y en horarios acordados, siendo de su responsabilidad el flete, carga y descarga de la mercadería.

- **Duración: 210 días o hasta agotar la orden de compra**
- **Entrega: se realizarán entregas parciales según necesidad del Hospital, por motivos de almacenamiento**

2) ENTREGA

Coordinar previamente con el área administrativo de la secretaria antes de realizar las entregas

Será efectuada en el área y/o donde determine la secretaria de Salud, según detalle:

- Dependencia y dirección: Deposito Farmacia – Peluffo 1523 - San Miguel
- Días y horarios de entrega: de lunes a viernes de 8 a 13hs
- Responsable a cargo: Candela Colasante - MAIL: Candela.Colasante@msm.gov.ar - TEL:11 4528-5130

3) RECEPCIÓN

En los lugares de recepción de la mercadería, detallados en el punto n° 2, deberá dejarse como comprobante el remito triplicado, debiendo entregarse en:

La oficina de la Administracion Central de la secretaria de Salud (Belgrano 1342 – 1° Piso)

- **Los remitos y facturas originales firmados por el responsable del área y/o director Administrativo, sin excepción**
- No se aceptarán remitos ni facturas que no cumplan los requisitos detallados en el punto n°4
- No se aceptarán tachaduras ni enmiendas que no estén debidamente salvadas por el responsable del área
- El control de calidad y cantidad de la mercadería se realizaren el lugar de recepción detallado en el punto N° 2
- La falta de entrega de la mercadería en fecha, hora y condiciones establecidas dará lugar al labrado de un acta donde se dejará constancia de ese incumplimiento, a fin de que se apliquen las sanciones establecidas por la reglamentación vigente

- La recepción de los productos contratados tendrá carácter de provisional y los recibos y/o remitos que se firmen quedará sujeta su recepción y conformidad definitiva al control de calidad que efectúa la repartición al momento de la entrega
- Esta secretaria de Salud de la Municipalidad de San Miguel podrá requerir la intervención de personal técnico especialista en la materia para determinar la calidad de la mercadería a recepcionar.
- El adjudicatario se obliga a reponer dentro de un plazo de 24hs la partida que no sea recepcionada por no encontrarse dentro de las especificaciones exigidas. El incumplimiento de cualquiera de las condiciones establecidas en las presentes especificaciones técnicas podrá ser motivo de rechazo de la mercadería y/o aplicación de las sanciones correspondientes, conforme a la normativa vigente.

4) REMITO Y FACTURA

- Deben ser originales (no se aceptan fotocopias)
- **Debe estar indicado a que orden de compra corresponde, tanto en el remito como en la factura**
- Tanto en el remito como en la factura deberá consignarse de manera obligatoria el número de renglón correspondiente a la orden de compra, debiendo coincidir con el detalle del ítem adjudicado, sin excepción.
- La fecha de la facturación debe ser igual o posterior a la fecha del remito
- Se deberá presentar CAE y constancia de ARCA vigentes al momento de la emisión de la factura y remito, sin excepción.
- CAE y CAI con vencimiento vigente como mínimo de un mes a la fecha de facturación
- Deben coincidir los logos identificatorios de la empresa, nombre fantasía o razón social en ambos y estos deben ser como están inscriptos en el municipio
- Debe coincidir la tipografía en ambos
- Debe coincidir la descripción, marca, cantidad, unidad de medida y precio unitario del ítem en remito y factura, y esta debe ser igual a la de la orden de compra. En caso que su sistema de facturación no se lo permita, debe presentar una nota aclaratoria adjunta con la descripción tal cual se solicita en este punto, la misma debe ser original y debe estar firmada por un responsable de la empresa
- Debe estar relacionado y vinculado el N° de cuit en la factura al igual que el remito
- Para que sean recepcionados los remitos y facturas por la secretaria de salud, el remito debe estar firmado por el director Administrativo del área (no encargados) solo en esa condición serán recepcionados y sellado

5) CALIDAD:

- Se deberá respetar estrictamente la marca comercial (si correspondiera), droga, concentración, forma farmacéutica y presentación cotizada y adjudicada.
- En caso de faltante en el mercado, deberá informarse de manera inmediata, proponiendo alternativa equivalente terapéutica, sujeta a evaluación.
- Los productos deberán contar con **registro vigente ante ANMAT**.
- Deberán entregarse en **envase original de laboratorio**, cerrado, con rotulación completa.
- Cada unidad deberá identificar claramente:
 - Lote
 - Fecha de vencimiento
 - Número de registro

- Presentación comercial
- El incumplimiento de cualquiera de los requisitos detallados será considerado condición excluyente, pudiendo dar lugar a la desestimación de la oferta en el proceso de evaluación y adjudicación.
- Los medicamentos deberán contar con un vencimiento mínimo de 24 meses al momento de la entrega.
- En caso de ser menor, deberá presentarse nota de conformidad, sujeta a evaluación.
- Los medicamentos deberán cumplir con el sistema de trazabilidad vigente, cuando corresponda, garantizando el seguimiento desde su origen hasta la dispensa.

RN	ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	REQUIERE MUESTRA/FOLLETO
1	AGUJA CHIBA 22G DE 20 CM	UNIDAD	AGUJA DE BIOPSIA CITOLÓGICA DESECHABLE DE 22 G DE 20 CENTÍMETROS, QUE PRESENTA PUNTA ATRAUMÁTICA Y UNA CÁNULA DE PARED ULTRAFINA, PARA ASPIRACIÓN FÁCIL Y ABUNDANTE. CON CENTIMETRADO CON TOPE CORREDIZO Y UN MARCADOR INTERNO DISTAL ECOGÉNICO, PARA VISUALIZACIÓN ECOGRÁFICA ÓPTIMA Y SEGURA. DEBERÁ CONTAR CON APROBACION DE ANMAT. DEBERÁ PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN.	FOLLETO/MUESTRA
2	AGUJA CHIBA 22G DE 9 CM X 15 CM (GENÉRICO)	UNIDAD	AGUJA DE BIOPSIA CITOLÓGICA DESECHABLE DE 22 G DE 9 O 15 CENTÍMETROS, QUE PRESENTA PUNTA ATRAUMÁTICA Y UNA CÁNULA DE PARED ULTRAFINA, PARA ASPIRACIÓN FÁCIL Y ABUNDANTE. CON CENTIMETRADO CON TOPE CORREDIZO Y UN MARCADOR INTERNO DISTAL ECOGÉNICO, PARA VISUALIZACIÓN ECOGRÁFICA ÓPTIMA Y SEGURA. DEBERÁ CONTAR CON APROBACION DE ANMAT. DEBERÁ PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN.	FOLLETO/MUESTRA
3	AGUJA CHIBBA 18G X 15 CM	UNIDAD	AGUJA DE BIOPSIA CITOLÓGICA DESECHABLE DE 18 G DE 15 CENTÍMETROS, QUE PRESENTA PUNTA ATRAUMÁTICA Y UNA CÁNULA DE PARED ULTRAFINA, PARA ASPIRACIÓN FÁCIL Y ABUNDANTE. CON CENTIMETRADO CON TOPE CORREDIZO Y UN MARCADOR INTERNO DISTAL ECOGÉNICO, PARA VISUALIZACIÓN ECOGRÁFICA ÓPTIMA Y SEGURA. DEBERÁ CONTAR CON APROBACION DE ANMAT. DEBERÁ PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN.	FOLLETO/MUESTRA
4	AGUJA ESPINAL PUNTA QUINKE DESCARTABLE Nº 18 G DE 3,5"	UNIDAD	AGUJA - ESPINAL PUNTA QUINKE DESCARTABLE Nº 18 G DE 3,5". DEBERÁ CONTAR CON APROBACION DE ANMAT. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	FOLLETO/MUESTRA
5	AGUJA ESPINAL PUNTA QUINKE DESCARTABLE Nº 19 G DE 3,5"	UNIDAD	AGUJA - ESPINAL PUNTA QUINKE DESCARTABLE Nº 19 G DE 3,5". DEBERÁ CONTAR CON	FOLLETO/MUESTRA

			APROBACION DE ANMAT. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	
6	AGUJA PARA ASPIRACION DE MEDULA OSEA 16G	UNIDAD	AGUJA ESTÉRIL DESTINADA A PROCEDIMIENTOS DE ASPIRACIÓN DE MÉDULA ÓSEA, CALIBRE 16G, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE GRADO MÉDICO, CON MANDRIL INTERNO REMOVIBLE Y MANGO ERGONÓMICO PARA UNA CORRECTA MANIPULACIÓN. DISEÑADA PARA FACILITAR LA PENETRACIÓN ÓSEA Y OBTENCIÓN DE MUESTRAS MEDULARES. PRODUCTO DESCARTABLE, ESTÉRIL Y LIBRE DE LÁTEX.	FOLLETO/MUESTRA
7	AGUJA PARA BIOPSIA 18GX15 CM	UNIDAD	AGUJA PARA BIOPSIA - DESCRIPCION 18 G X 15 CM. DEBERÁ CONTAR CON APROBACION DE ANMAT. DEBERÁ PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN.	FOLLETO/MUESTRA
8	AGUJA TRU-CUT C/DISPARADOR P/PUNCION HEPATICA 16G X 20 CM TIPO "STERYLAB"	UNIDAD	AGUJA TRU-CUT CON DISPARADOR PARA PUNCIÓN HEPÁTICA DE 16G Y 20 CENTÍMETROS. DISPOSITIVO SEMIAUTOMÁTICO PARA BIOPSIA HISTOLOGICA TRU-CUT. PARA TEJIDOS BLANDOS. CON CÁNULA DESMONTABLE CON MARCAS DE PROFUNDIDAD Y CONECTOR LUER LOCK. ESTILETE EXTRAÍBLE CON MUESCA DE MUESTRA DE 20 MM. EMPUÑADURA ABS DE DOS ANILLOS PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO CON UNA SOLA MANO, CON VENTANA PARA VER EL TAMAÑO DE MUESTRA ELEGIDO (10 O 20 MM). MARCADOR ECOGÉNICO INTERNO Y ESPACIADOR ESTÉREOTÁCTICO. DEBERÁ CONTAR CON APROBACION DE ANMAT. DEBERÁ PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN.	FOLLETO/MUESTRA
9	AGUJA TRU-CUT C/DISPARADOR P/PUNCION HEPATICA 18G X 20 CM TIPO "STERYLAB"	UNIDAD	AGUJA PARA BIOPSIA PROSTATICA - DESCRIPCION PARA USO EN PISTOLA PROMAG ULTRA DE 18 G X 20 CM. DEBERÁ CONTAR CON APROBACION DE ANMAT. DEBERÁ PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN.	FOLLETO/MUESTRA
10	ALAMBRE DE KIRSCHNER 0.8 DE DIAMETRO. DE ACERO QUIRURGICO.	UNIDAD	ALAMBRE - PRESENTACION DE KIRSCHNER 0.8 DE DIAMETRO DE ACERO QUIRURGICO	FOLLETO/MUESTRA
11	ALAMBRE DE KIRSCHNER 1 DE DIAMETRO. DE ACERO QUIRURGICO.	UNIDAD	ALAMBRE - DE KIRSCHNER 1 DE DIAMETRO. DE ACERO QUIRURGICO. DEBERA PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN.	FOLLETO/MUESTRA
12	ALAMBRE DE KIRSCHNER 1.5 DE DIAMETRO. DE ACERO QUIRURGICO.	UNIDAD	ALAMBRE - PRESENTACION DE KIRSCHNER 1.5 DIAM ACERO QUIRURGICO. DEBERA PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN.	FOLLETO/MUESTRA
13	ALGODON CON COLA EXTRA GRANDE DE 2.6X4CM - COTONOIDE QUIRURGICO	UNIDAD	ALGODÓN CON COLA EXTRA GRANDE DE 2.6 X 4 CM – COTONOIDE QUIRÚRGICO: COTONOIDE DE ALGODÓN ESTÉRIL CON HILO RADIOPACO, DE ALTA ABSORCIÓN, INDICADO PARA PROCEDIMIENTOS NEUROQUIRÚRGICOS Y MICROQUIRÚRGICOS.	FOLLETO/MUESTRA

14	ALGODON CON COLA LARGO DE 1.3X3.8 - COTONOIDE QUIRURGICO	UNIDAD	ALGODÓN CON COLA LARGO DE 1.3 X 3.8 CM – COTONOIDE QUIRÚRGICO: COTONOIDE QUIRÚRGICO ESTÉRIL DE ALGODÓN ABSORBENTE CON COLA RADIOPACA, INDICADO PARA UTILIZACIÓN EN PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DELICADOS.	FOLLETO/MUESTRA
15	AMBU SILICONADO ADULTO CON BOLSA DE RESERVORIO TIPO MARK III	UNIDAD	AMBU SILICONADO ADULTO CON BOLSAS DE RESERVORIO - TIPO MARK III. DEBERA CONTAR CON APROBACIÓN DE LA ANMAT. DEBERA PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN	FOLLETO/MUESTRA
16	AMBU SILICONADO NEONATAL CON BOLSA DE RESERVORIO TIPO. GALEMED	UNIDAD	AMBU SILICONADO NEONATAL CON BOLSA DE RESERVORIO - TIPO GALEMED. DEBERA CONTAR CON APROBACIÓN DE LA ANMAT. DEBERA PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN	FOLLETO/MUESTRA
17	AMBU SILICONADO PEDIATRICO CON BOLSA DE RESERVORIO TIPO. GALEMED	UNIDAD	AMBU - SILICONADO PEDIATRICO CON BOLSA DE RESERVORIO TIPO GALEMED. DEBERA CONTAR CON APROBACIÓN DE LA ANMAT. DEBERA PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN	FOLLETO/MUESTRA
18	ASAS PARA GINECO. DESCARTABLE BOLA PARA COAGULACION MONOPOLAR TALLO LARGO 130MM DIAMETRO 6.2MM	UNIDAD	ELECTRODO P/MEDICINA - TIPO BOLA PARA COAGULACION MONOPOLAR TALLO LARGO 130 MM DIAMETRO 6.2 MM. DEBERA CONTAR CON APROBACIÓN DE LA ANMAT. DEBERA PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN.	FOLLETO/MUESTRA
19	ASPIROFUSORES, DESCARTABLE CAPACIDAD 500ML	UNIDAD	ASPIROFUSOR. SACHET DESCARTABLE DE ASPIRACION CONTINUA PARA DRENAJE POSTQUIRURGICO. RECOLECTOR DE FLUIDOS BIOLÓGICOS CON FUELLE. CAPACIDAD 500 ML. PRODUCTO LIBRE DE LÁTEX. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT.	FOLLETO/MUESTRA
20	ASPIROFUSORES, DESCARTABLE CAPACIDAD 700CC	UNIDAD	ASPIROFUSOR. SACHET DESCARTABLE DE ASPIRACION CONTINUA PARA DRENAJE POSTQUIRURGICO. RECOLECTOR DE FLUIDOS BIOLÓGICOS CON FUELLE. CAPACIDAD 700 ML. PRODUCTO LIBRE DE LÁTEX. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT.	FOLLETO/MUESTRA
21	BOLSAS PARA RECOLECCION DE FLUIDOS TAM LARGE	UNIDAD	BOLSA PARA BIOPSIA DESCARTABLE GRANDE (LARGE). BOLSA PLÁSTICA DE POLIETILENO EN 95 A 120 MICRONES DE ESPESOR, CON FLEJE DE ALUMINIO PARA CIERRE HERMÉTICO PARA EL TRANSPORTE DE LÍQUIDOS, SEMISÓLIDOS Y SÓLIDOS PARA SU ANÁLISIS. DEBEN POSEER UN LUGAR PARA LOS DATOS DEL PACIENTE. DEBERA CONTAR CON APROBACIÓN DE LA ANMAT. DEBERA PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	FOLLETO/MUESTRA
22	BOLSAS PARA RECOLECCION DE FLUIDOS TAM MEDIUM	UNIDAD	BOLSA PARA BIOPSIA DESCARTABLE MEDIANA (MEDIUM). Bolsa plástica de polietileno en 95 a 120 micrones de espesor, con fleje de aluminio para cierre hermético	FOLLETO/MUESTRA

			para el transporte de líquidos, semisólidos y sólidos para su análisis. Deben poseer un lugar para los datos del paciente. DEBERA CONTAR CON APROBACIÓN DE LA ANMAT. DEBERA PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN	
23	BOLSAS PARA RECOLECCION DE FLUIDOS TAM SMALL	UNIDAD	BOLSA PARA BIOPSIA DESCARTABLE CHICA (SMALL). BOLSA PLÁSTICA DE POLIETILENO EN 95 A 120 MICRONES DE ESPESOR, CON FLEJE DE ALUMINIO PARA CIERRE HERMÉTICO PARA EL TRANSPORTE DE LÍQUIDOS, SEMISÓLIDOS Y SÓLIDOS PARA SU ANÁLISIS. DEBEN POSEER UN LUGAR PARA LOS DATOS DEL PACIENTE. DEBERA CONTAR CON APROBACIÓN DE LA ANMAT. DEBERA PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	FOLLETO/MUESTRA
24	BOMBA ELASTOMERICA EASYPUMP II LT-100-50-S	UNIDAD	BOMBA DE INFUSIÓN ELASTOMÉRICA DESCARTABLE – VOLUMEN NOMINAL: 100ML. CAUDAL NOMINAL: 2ML/H. VOLUMEN DE BOLO NOMINAL: 1,0 ML/CADA VEZ. TIEMPO DE TECARGA DE BOLO NOMINAL: 15 MINUTOS. DISPOSITIVO PAA APLICACIONES DE FLUJO CONTINUO Y/O BOLOS. TIPO EASYPUMP II LT-100-50-S. DEBERA CONTAR CON APROBACIÓN DE LA ANMAT. DEBERA PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN.	FOLLETO/MUESTRA
25	CABLE PARA PLACA PACIENTE DESCARTABLE DE 3M.	UNIDAD	CABLE DE CONEXIÓN P/ PLACA PACIENTE - PARA ELECTRODO DE RETORNO DESCARTABLE (PLACA PACIENTE) ELECTROBISTURI TIPO 3M. DEBERA CONTAR CON APROBACIÓN DE LA ANMAT. DEBERA PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN.	FOLLETO/MUESTRA
26	CAL SODADA, GRANULADA CON INDICADOR DE SATURACION X KILO	UNIDAD	CAL SODADA - GRANULADA CON INDICADOR DE SATURACIÓN X KILO . DEBERÁ PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT.	FOLLETO/MUESTRA
27	CAMPO QUIRUGICO AUTODHESIVO STERI DRAPE, SABANA DE 90 X 45 CON ADHESIVO 60X45. TIPO 3M COD 1050	UNIDAD	CAMPOS QUIRURGICOS - AUTODHESIVO STERI DRAPE, SABANA DE 90 X 45 CON ADHESIVO 60X45. TIPO 3M COD 1050. . DEBERÁ PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT.	FOLLETO/MUESTRA
28	CANASTILLA TIPO DORMIA PERCUTANEA DE 4 HILOS (HELICOIDAL) CON CANAL DE CONTRASTE TIPO COOK MEDICAL	UNIDAD	CANASTILLA TIPO DORMIA PERCUTANEA DE 4 HILOS (HELICOIDAL). CON CANAL PARA PASAR CONTRASTE. USO GASTRO. Tipo Cook Medical. DEBERA CONTAR CON APROBACIÓN DE LA ANMAT. DEBERA PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN.	FOLLETO/MUESTRA
29	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA Nº8 XL	UNIDAD	CÁNULA FABRICADA EN PVC GRADO MÉDICO, CON CONECTOR UNIVERSAL DE 15 MM, LÍNEA RADIOPACA Y BALÓN DE BAJA PRESIÓN/ALTO VOLUMEN SEGÚN CORRESPONDA. ESTÉRIL Y DESCARTABLE.	FOLLETO/MUESTRA
30	CANULA NASAL DE ALTO FLUJO TAMAÑO S	UNIDAD	CÁNULA ANATÓMICA PARA ADMINISTRACIÓN DE OXIGENOTERAPIA DE ALTO FLUJO,	FOLLETO/MUESTRA

			COMPATIBLE CON SISTEMAS AIRVO/OPTIFLOW O EQUIVALENTES, FABRICADA EN MATERIAL GRADO MÉDICO LIBRE DE LÁTEX	
31	CARTUCHO PARA RASURADORA CLIPPER 3M	UNIDAD	CARTUCHOS 9680 PARA RASURADORA 9681 DE WET/DRY DE 3M CON CARGADOR Y CABLE . DEBERÁ PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT.	FOLLETO/MUESTRA
32	CATETER ANGIOGRAFICO 4 FR X 40 cm MANIPULADOR TIPO MERIT - COOK	UNIDAD	CATETER ANGIOGRAFICO 4 FR, LARGO 40 cm, MANIPULADOR TIPO MERIT. DEBERÁ PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT.	FOLLETO/MUESTRA
33	CATETER ARTERIAL 22GA X 12 CM TIPO ARROW (REF SAC-01222)	UNIDAD	CATETER ARTERIAL 22 GA X 12 CM TIPO ARROW (REF SAC-01222). DEBERA CONTAR CON APROBACIÓN DE LA ANMAT. DEBERA PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN.	FOLLETO/MUESTRA
34	CATETER CENTRAL DE INSERCIÓN PERIFÉRICA BILUMEN PICC 1 FR. 15 CM TIPO SILMAG COD. 581-01-15-S	UNIDAD	CATÉTER CENTRAL DE INSERCIÓN PERIFÉRICA – BILUMEN PICC 1FR. 15 CM. TIPO SILMAG CÓDIGO 581- 01-15-S. DEBERA CONTAR CON APROBACIÓN DE LA ANMAT. DEBERA PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN.	FOLLETO/MUESTRA
35	CATETER DE DRENAJE BILIAR PERCUTANEO 10 FR. COOK. REF. G09498	UNIDAD	CATETER DE DRENAJE BILIAR PERCUTANEO 10 FR -. TIPO COOK, 10,2 FR. LONGITUD DEL CATÉTER 40CM (REFERENCIA G09498). DEBERA CONTAR CON APROBACIÓN DE LA ANMAT. DEBERA PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN.	FOLLETO/MUESTRA
36	CATETER DE OCLUSION FOGARTY PARA EMBOLECTOMIAS ARTERIALES 4 FR.	UNIDAD	CATETER DE OCLUSION FOGARTY PARA EMBOLECTOMIAS ARTERIALES 4 FR. CATÉTER DE CUERPO FLEXIBLE, CON BALÓN LIBRE DE LÁTEX EN SU EXTREMO DISTAL, PUNTA BLANDA Y REDONDEADA QUE SE AJUSTE A UNA INTRODUCCIÓN EN EL VASO ARTERIAL PRODUCIENDO EL MENOR RIESGO TRAUMÁTICO, LLEVAN INCORPORADO UN EJE CON ALAS QUE FAVORECE LA INSERCIÓN Y LA MANIPULACIÓN ASÍ COMO LA CONEXIÓN DE LA JERINGA QUE SE EMPLEA PARA HINCHAR EL BALÓN DEBERÁ PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT.	FOLLETO/MUESTRA
37	CATETER DE OCLUSION FOGARTY PARA EMBOLECTOMIAS ARTERIALES 5 FR.	UNIDAD	CATETER DE OCLUSION FOGARTY PARA EMBOLECTOMIAS ARTERIALES 5 FR. CATÉTER DE CUERPO FLEXIBLE, CON BALÓN LIBRE DE LÁTEX EN SU EXTREMO DISTAL, PUNTA BLANDA Y REDONDEADA QUE SE AJUSTE A UNA INTRODUCCIÓN EN EL VASO ARTERIAL PRODUCIENDO EL MENOR RIESGO TRAUMÁTICO, LLEVAN INCORPORADO UN EJE CON ALAS QUE FAVORECE LA INSERCIÓN Y LA MANIPULACIÓN ASÍ COMO LA CONEXIÓN DE LA JERINGA QUE SE EMPLEA PARA HINCHAR EL BALÓN DEBERÁ PRESENTAR FOLLETO PARA SU	FOLLETO/MUESTRA

			APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT.	
38	CATETER DOBLE LUMEN PARA HEMODIALISIS 12 FR. X 20 CM TIPO "ARROW" CV-15122-F"	UNIDAD	CATETER DOBLE LUMEN PARA HEMODIÁLISIS 12 FR X 20 CENTÍMETROS – TIPO ARROW CV-15122-F. DEBERÁ PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT.	FOLLETO/MUESTRA
39	CATETER EPICUTANEO CAVA 540-15 TIPO SILMAG	UNIDAD	CATETER EPICUTÁNEO CAVA TIPO SILMAG 540-15. SILICONA 100%. DEBERÁ PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT.	FOLLETO/MUESTRA
40	CATETER EPICUTANEO CAVA 540-30 TIPO SILMAG	UNIDAD	CATETER EPICUTÁNEO CAVA TIPO SILMAG 540-30. DE 30 CENTÍMETROS. DEBERÁ PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT.	FOLLETO/MUESTRA
41	CATETER URETERAL COMUN PARA PIELOGRAFIA 7 FR. TIPO BOSTON SCIENTIFIC	UNIDAD	CATETER URETRAL PARA PIELOGRAFÍA 7 FR X 70 CM- CATETER URETRAL PUNTA ABIERTA PARA PIELOGRAFÍA. ESTÉRIL. DE MATERIAL ATÓXICO. HIPOALERGÉNICO. CON MANDRIL Y CATÉTER DE INFUSIÓN DE CONTRASTE. DEBERA CONTAR CON APROBACIÓN DE LA ANMAT. DEBERA PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN.	FOLLETO/MUESTRA
42	CATETER URETERAL PARA PIELOGRAFIA 6 FR. X 70 CM	UNIDAD	CATETER URETRAL PARA PIELOGRAFÍA 6 FR X 70 CM- CATETER URETRAL PUNTA ABIERTA PARA PIELOGRAFÍA. ESTÉRIL. DE MATERIAL ATÓXICO. HIPOALERGÉNICO. CON MANDRIL Y CATÉTER DE INFUSIÓN DE CONTRASTE. DEBERA CONTAR CON APROBACIÓN DE LA ANMAT. DEBERA PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN.	FOLLETO/MUESTRA
43	CATETER VIA CENTRAL DOBLE LUMEN 4 FR. X 13 CM TIPO ARROW	UNIDAD	CATETER VENOSO CENTRAL, DOBLE LUMEN DE 4 FR X 13 cm ESTERIL, DE MATERIAL ATOXICO, ENVASADO INDIVIDUALMENTE, LIBRE DE PIROGENOS, TIPO ARROW. DEBERA CONTAR CON APROBACIÓN DE LA ANMAT. DEBERA PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN.	FOLLETO/MUESTRA
44	CATETER VIA CENTRAL DOBLE LUMEN 4 FR. X 30 CM TIPO ARROW	UNIDAD	CATETER VENOSO CENTRAL, DOBLE LUMEN DE 4 FR X 30 cm ESTERIL, DE MATERIAL ATOXICO, ENVASADO INDIVIDUALMENTE, LIBRE DE PIROGENOS, TIPO ARROW. DEBERA CONTAR CON APROBACIÓN DE LA	FOLLETO/MUESTRA
45	CATETER VIA CENTRAL DOBLE LUMEN 7 FR. X 20 CM TIPO ARROW	UNIDAD	CATETER VENOSO CENTRAL, DOBLE LUMEN DE 4 FR X 30 cm ESTERIL, DE MATERIAL ATOXICO, ENVASADO INDIVIDUALMENTE, LIBRE DE PIROGENOS, TIPO ARROW. DEBERA CONTAR CON APROBACIÓN DE LA ANMAT. DEBERA PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN.	FOLLETO/MUESTRA
46	CATETER VIA CENTRAL TRIPLE LUMEN 7,0 FR. X 20 CM TIPO ARROW	UNIDAD	CATETER VENOSO CENTRAL, TRIPLE LUMEN DE 7 FR X 20 cm ESTERIL, DE MATERIAL ATOXICO, ENVASADO INDIVIDUALMENTE, LIBRE DE PIROGENOS, TIPO ARROW. DEBERA CONTAR	FOLLETO/MUESTRA

			CON APROBACIÓN DE LA ANMAT. DEBERA PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN.	
47	CIRCUITO PARA RESPIRADOR CIRCUITO COMPLETO PARA ALTO FLUJO JUNIOR OPTIFLOW EQUIPO AIRVO2 AIR SPIRAL CON CAMARA	UNIDAD	CIRCUITO RESPIRATORIO PARA ADMINISTRACIÓN DE OXÍGENO HUMIDIFICADO Y CALENTADO DE ALTO FLUJO, COMPATIBLE CON EQUIPO AIRVO2, CON TUBULADURA CALEFACCIONADA Y CÁMARA HUMIDIFICADORA INCLUIDA.	FOLLETO/MUESTRA
48	CIRCUITO PARA RESPIRADOR ADULTO CON TRAMPA DE AGUA TIPO WESTMED	UNIDAD	SET DE TUBULADURA DE DOS RAMAS PARA CIRCUITO RESPIRATORIO ADULTO CON CONECTOR "Y" DESACOPABLE. CON TRAMPA DE AGUA, DIAMETRO 22 mm. Tipo WESTMED. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN DE LA ANMAT. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN	
49	CIRCUITO PARA RESPIRADOR ADULTO SIN TRAMPA DE AGUA TIPO WESTMED	UNIDAD	SET DE TUBULADURA DE DOS RAMAS PARA CIRCUITO RESPIRATORIO ADULTO CON CONECTOR "Y" DESACOPABLE. SIN TRAMPA DE AGUA, DIAMETRO 22 mm. Tipo WESTMED. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN DE LA ANMAT. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN	FOLLETO/MUESTRA
50	CIRCUITO PARA RESPIRADOR NEUMOVENT NEONATAL TIPO HUDSON	UNIDAD	CIRCUITO P/ RESPIRADOR NEUMOVENT NEONATAL MCA HUDSON. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN DE LA ANMAT. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN	FOLLETO/MUESTRA
51	CIRCUITO PARA RESPIRADOR PEDIATRICO CON DOS TRAMPAS DE AGUA	UNIDAD	CIRCUITO PARA RESPIRADOR PEDIÁTRICO CON DOS TRAMPAS DE AGUA. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN DE LA ANMAT. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN	FOLLETO/MUESTRA
52	DELANTAL PARA LAVADO UROLOGICO	UNIDAD	DELANTAL PARA LAVADO UROLOGICO. PARA RECOLECCIÓN DE FLUIDOS. TIPO FORLANO F-2010. DESCARTABLE. DEBERA CONTAR CON APROBACIÓN DE LA ANMAT. DEBERA PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN.	FOLLETO/MUESTRA
53	ESPONJA HEMOSTATICA DE GELATINA REABSORBIBLE TIPO SPONGOSTAN. UNIDAD 80 MM X 50 MM X 10 MM	UNIDAD	ESPONJA ABSORBIBLE DE GELATINA PORCINA PURIFICADA, INDICADA PARA CONTROL HEMOSTÁTICO QUIRÚRGICO, DE ALTA CAPACIDAD DE ABSORCIÓN Y REABSORCIÓN BIOLÓGICA.	FOLLETO/MUESTRA
54	FIJADOR ETHICON DE MALLA SECURE STRAP	UNIDAD	DISPOSITIVO LAPAROSCÓPICO PARA FIJACIÓN DE MALLAS QUIRÚRGICAS, COMPATIBLE CON PROCEDIMIENTOS DE REPARACIÓN DE HERNIAS, DE APLICACIÓN PRECISA Y USO DESCARTABLE.	FOLLETO/MUESTRA
55	GUIA DE IRRIGACION QUIRURGICA DOBLE VIA TIPO V109	UNIDAD	EQUIPO PARA IRRIGACION QUIRURGICA DOBLE VIA, TIPO V - 109. EQUIPO DOBLE VIA PARA IRRIGACION QUIRURGICA EN RTU. ESTERIL. DEBERÁ PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT.	FOLLETO/MUESTRA

56	GUIA HIDROFILICA 0,035 TIPO ROAD RUNNER	UNIDAD	GUIA HIDROFILA 0.035" DE DIÁMETRO. DE ALAMBRE HIDROFÍLICO, PUNTA RADIOPACA FLEXIBLE Y CURVA. LONGITUD APROXIMADA DE 150 CM. TIPO ROAD RUNNER. DEBERA CONTAR CON APROBACIÓN DE LA ANMAT. DEBERA PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN.	FOLLETO/MUESTRA
57	INTRODUCTOR PARA MARCAPASO 8,5 FR. TIPO ARROW COD. SI-09803-CV	UNIDAD	INTRODUCTOR PARA MARCAPASOS - 8,5 FR. TIPO ARROW COD. SI-09803-CV. JUEGO DE INTRODUCTOR DE VAINA PERCUTÁNEA CON VÁLVULA DE HEMOSTASIA INTEGRAL/PUERTO LATERAL, COMPUESTO POR : AGUJA, GUÍA, DILATADOR E INTRODUCTOR. DEBERA CONTAR CON APROBACIÓN DE LA ANMAT. DEBERA PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN.	FOLLETO/MUESTRA
58	KIT PARA TRAQUEOSTOMIA PERCUTANEA N° 8 C/ BALON PORTEX	UNIDAD	KIT PARA TRAQUEOTOMIA - SET COMPLETO DE TRAQUEOSTOMIA PERCUTANEA N° 8 CON ASPIRACIÓN SUBGLOTICA. COMPUESTO POR: BISTURÍ N°15, JERINGA DE 10 ML., CATÉTER DE TEFLÓN DE 14G, GUÍA DE NITINOL MARCADA NO ACODABLE DE 57 CM. CON UNA PUNTA FLOPPY Y OTRA PUNTA "J",DILATADOR CORTO DE 7 CM. Y 14 FR.,CATÉTER GUÍA DE 35 CM. MARCADO A 19 CM. Y CON UN STOP DE SEGURIDAD,DILATADOR HIDROFÍLICO DE UN SOLO PASO MARCADO A 28 FR Y A 41 FR DE COLOR VERDE Y 4 COMPRESAS DE TELA NO TEJIDA DE 10 CM. X 10 CM.TIPO TRACOE LINEA PERCUTAN EXPERC TWIST. DEBERÁ PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT	FOLLETO/MUESTRA
59	KIT PARA TRAQUEOSTOMIA PERCUTANEA N° 9 C/ BALON PORTEX	UNIDAD	KIT PARA TRAQUEOTOMIA - SET COMPLETO DE TRAQUEOSTOMIA PERCUTANEA N° 9 CON ASPIRACIÓN SUBGLOTICA. COMPUESTO POR: BISTURÍ N°15, JERINGA DE 10 ML., CATÉTER DE TEFLÓN DE 14G, GUÍA DE NITINOL MARCADA NO ACODABLE DE 57 CM. CON UNA PUNTA FLOPPY Y OTRA PUNTA "J",DILATADOR CORTO DE 7 CM. Y 14 FR.,CATÉTER GUÍA DE 35 CM. MARCADO A 19 CM. Y CON UN STOP DE SEGURIDAD,DILATADOR HIDROFÍLICO DE UN SOLO PASO MARCADO A 28 FR Y A 41 FR DE COLOR VERDE Y 4 COMPRESAS DE TELA NO TEJIDA DE 10 CM. X 10 CM.TIPO TRACOE LINEA PERCUTAN EXPERC TWIST. DEBERÁ PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT	FOLLETO/MUESTRA
60	KIT PARA TRAQUEOSTOMIA PERCUTANEA N°7 C/ BALON PORTEX	UNIDAD	KIT PARA TRAQUEOTOMIA - SET COMPLETO DE TRAQUEOSTOMIA PERCUTANEA N° 7 CON ASPIRACIÓN SUBGLOTICA. COMPUESTO POR: BISTURÍ N°15, JERINGA DE 10 ML., CATÉTER DE TEFLÓN DE 14G, GUÍA DE NITINOL MARCADA NO ACODABLE DE 57 CM. CON UNA PUNTA FLOPPY Y OTRA PUNTA "J",DILATADOR CORTO DE 7 CM. Y 14 FR.,CATÉTER GUÍA DE 35 CM.	FOLLETO/MUESTRA

			MARCADO A 19 CM. Y CON UN STOP DE SEGURIDAD,DILATADOR HIDROFÍLICO DE UN SOLO PASO MARCADO A 28 FR Y A 41 FR DE COLOR VERDE Y 4 COMPRESAS DE TELA NO TEJIDA DE 10 CM. X 10 CM.TIPO TRACOE LINEA PERCUTAN EXPERC TWIST. DEBERÁ PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT	
61	MANGO PARA ELECTROBISTURI CON CABLE Y FICHA (MONOPOLAR)	UNIDAD	MANGO P/ELECTROBISTURI MONOPOLAR DESCARTABLE C/CABLE Y FICHA E2515 -. DEBERA CONTAR CON APROBACIÓN DE LA ANMAT. DEBERA PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	FOLLETO/MUESTRA
62	MASCARA FORMA VNI L	UNIDAD	MASCARA - FORMA VNI L. MÁSCARA PARA VENTILACIÓN NO INVASIVA TAMAÑO LARGO . MÁSCARA FACIAL VNI TIPO RESPIRATRONIC PERFORMAC. CON ARNÉS DE 4 POSICIONES Y CLIP DE ACOPLE RÁPIDO.CODO SE CON PUERTO PARA LÍNEA DE PRESIÓN. TAMAÑO MEDIANO. DEBERÁ PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT	FOLLETO/MUESTRA
63	NYLON DE 70 MICRONES EN BOBINAS DE 20CM DE ANCHO	UNIDAD	POLIETILENO DE 70 MICRONES EN BOBINAS DE 20 CM DE ANCHO X UNIDAD TIPO BIOLENE . DEBERÁ PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN.	FOLLETO/MUESTRA
64	NYLON DE 70 MICRONES EN BOBINAS DE 60CM DE ANCHO	UNIDAD	POLIETILENO DE 70 MICRONES EN BOBINAS DE 60 CM DE ANCHO X UNIDAD TIPO BIOLENE . DEBERÁ PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN.	FOLLETO/MUESTRA
65	NYLON DE 80 MICRONES EN BOBINAS DE 80CM DE ANCHO	UNIDAD	POLIETILENO DE 80 MICRONES EN BOBINAS DE 80 CM DE ANCHO X UNIDAD TIPO BIOLENE . DEBERÁ PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN.	FOLLETO/MUESTRA
66	PLACA PACIENTE ENTERA AUTODHESIVA DESCARTABLE ADULTO TIPO 3M	UNIDAD	ELECTRODO P/MEDICINA - ELECTRODO DE RETORNO PARA ELECTROBISTURI (PLACA PACIENTE) DESCARTABLE ADULTO SOBRE X 5 UNIDADES. AUTOADHESIVA. NO BILOBULADA. TIPO 3M . DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT.	FOLLETO/MUESTRA
67	PLACA PACIENTE PARTIDA AUTODHESIVA DESCARTABLE ADULTO TIPO 3M	UNIDAD	LECTRODO P/MEDICINA - ELECTRODO DE RETORNO PARA ELECTROBISTURI (PLACA PACIENTE) DESCARTABLE ADULTO. AUTOADHESIVA. PARTIDA CON CIRCUITO. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT.	FOLLETO/MUESTRA
68	PRESURIZADOR INFUSOR PARA SACHET FLEXIBLES DE SOLUCIONES PARENTERALES CON CAPACIDAD PARA 500	UNIDAD	PRESURIZADOR INFUSOR PARA SACHET FLEXIBLES - DE SOLUCIONES PARENTERALES CON CAPACIDAD PARA 500 ML CON MANOMETRO TIPO MEDEX COD. MX4810. DEBERÁ PRESENTAR FOLLETO PARA SU	FOLLETO/MUESTRA

	ML. CON MANOMETRO TIPO MEDEX COD. MX4810		APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT.	
69	PUNZON PUNCH PARA BIOPSIA N° 3	UNIDAD	PUNZON PARA BIOPSIA DERMICA - PUNCH DESCARTABLE DE 3 MM -. DEBERÁ PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT.	FOLLETO/MUESTRA
70	PUNZON PUNCH PARA BIOPSIA N° 5	UNIDAD	PUNZON PARA BIOPSIA DERMICA - PUNCH DESCARTABLE DE 5 MM -. DEBERÁ PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT.	FOLLETO/MUESTRA
71	SET DE INFUSION TIPO HUBER DE 21-G X 25MM TIPO POLY-PORT	UNIDAD	AGUJA TIPO HUBER NO CORING PARA ACCESO A RESERVORIOS IMPLANTABLES, CALIBRE 21G Y LONGITUD DE 25 MM, CON TUBULADURA, CLAMP Y CONEXIÓN LUER LOCK. ESTÉRIL Y DESCARTABLE.	FOLLETO/MUESTRA
72	SET INTRODUCCION BILIAR RADIOLOGICO PERCUTANEO CON GUIA DE 0,0018 DE NITINOL (CON INTRODUTOR D'AGOSTINO)	UNIDAD	SET INTRODUTOR BILIAR RADIOLOGICO PERCUTANEO (DEBE INCLUIR INTRODUTOR D'AGOSTINO), CON GUIA DE 0,0018 DE NITINOL. TIPO COOK. DEBERA CONTAR CON APROBACIÓN DE LA ANMAT. DEBERA PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN.	FOLLETO/MUESTRA
73	SET MULTIPROPOSITO - 10,2 Fr + introductor pig tail Tipo Cook Medical – COOK	UNIDAD	SET MULTIPROPOSITO - 10,2 FR + INTRODUTOR PIG TAIL TIPO COOK MEDICAL. DEBERA CONTAR CON APROBACIÓN DE LA ANMAT. DEBERA PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN.	FOLLETO/MUESTRA
74	SET MULTIPROPOSITO 10 FR+ INTRODUTOR PIG TAIL TIPO COOK MEDICAL	UNIDAD	SET MULTIPROPOSITO - 10 FR + INTRODUTOR PIG TAIL TIPO COOK MEDICAL. DEBERA CONTAR CON APROBACIÓN DE LA ANMAT. DEBERA PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN.	FOLLETO/MUESTRA
75	SET MULTIPROPOSITO 12 FR+ INTRODUTOR PIG TAIL TIPO COOK MEDICAL	UNIDAD	SET MULTIPROPOSITO - 12 FR + INTRODUTOR PIG TAIL TIPO COOK MEDICAL. DEBERA CONTAR CON APROBACIÓN DE LA ANMAT. DEBERA PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN.	FOLLETO/MUESTRA
76	SET MULTIPROPOSITO 14FR+ INTRODUTOR PIG TAIL TIPO COOK MEDICAL	UNIDAD	SET MULTIPROPOSITO - 14 FR + INTRODUTOR PIG TAIL TIPO COOK MEDICAL. DEBERA CONTAR CON APROBACIÓN DE LA ANMAT. DEBERA PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN.	FOLLETO/MUESTRA
77	SET MULTIPROPOSITO 8.5 CON INTRODUTOR PIG TAIL TIPO COOK MEDICAL	UNIDAD	SET MULTIPROPOSITO – 8,5 FR + INTRODUTOR PIG TAIL TIPO COOK MEDICAL. DEBERA CONTAR CON APROBACIÓN DE LA ANMAT. DEBERA PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN	FOLLETO/MUESTRA
78	SET MULTIPROPOSITO HIDROFILICO 10 FR. X 30 CM. TIPO MULTICATH DE KFF COD, SMPPH-1030	UNIDAD	SET P/ DRENAJE HIDROFILICO 10 FR X 30 CM. SET COMPUESTO POR: CÁNULA METÁLICA C/EST., INTERMEDIARIO A BOLSA, AGUJA INTRODUTORA DE 18 G X 7 CM., AGUJA CHIBA DE 22 G X 15 CM, GUIA METÁLICA DE 0,035”/	FOLLETO/MUESTRA

			0,038" X 125 CM, KIT DE DILATADORES, AGUJA PERI CATÉTER. DEBERA CONTAR CON APROBACIÓN DE LA ANMAT. DEBERA PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN.	
79	SET PARA CISTOSTOMIA SUPRAPUBICA CON BALON 14 FR	UNIDAD	SET PARA CISTOSTOMIA SUPRAPUBICA 14 FR - TIPO COOK . DEBERÁ PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT.	FOLLETO/MUESTRA
80	SET PERCUTANEO P/ NEFROSTOMIA REF 082014 14 FR. TIPO COOK MEDICAL	UNIDAD	SET DE NEFROSTOMÍA PERCUTÁNEA 14 FR. TIPO COOK. SET QUE CONTIENE: UN CATÉTER MALECOT CON DOS ESTILETES FLEXIBLES, UNA AGUJA DE ACERO INOXIDABLE DE 18G Y 20CM DE LARGO, UNA AGUJA DE ACERO INOXIDABLE DE 20G Y 20CM DE LARGO, UN DISCO DE RETENCIÓN DE SILICONA CON LAZO, UN TUBO CONECTOR, UNA GUÍA DE ACERO INOXIDABLE, 8 DILATADORES. DEBERÁ PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT.	FOLLETO/MUESTRA
81	SET URETERAL DOBLE J 6 FR	UNIDAD	SET URETRAL - DOBLE J 6 FR. DEBERÁ PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT.	FOLLETO/MUESTRA
82	SET URETERAL DOBLE J 7 FR	UNIDAD	SET URETRAL - DOBLE J 7 FR. DEBERÁ PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT.	FOLLETO/MUESTRA
83	SIERRA DE GIGLI 1,2MM DE DIAMETRO X 50CM	UNIDAD	SIERRA DE GIGLI - 1.2 MM DE DIAMETRO X 50 CM - . DEBERÁ PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT.	FOLLETO/MUESTRA
84	SIERRA DE GIGLI 1,4MM DE DIAMETRO X 50CM	UNIDAD	SIERRA DE GIGLI - 1.4 MM DE DIAMETRO X 50 CM - . DEBERÁ PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT.	FOLLETO/MUESTRA
85	SISTEMA PARA DRENAJE EXTERNO DE L.C.R. (LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO) TIPO NEUROKIT COD. RG01B DE KFF	UNIDAD	SISTEMA PARA DRENAJE EXTERNO VENTRICULAR TIPO NEUROKIT . DEBERÁ PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT.	FOLLETO/MUESTRA
86	SONDA PARA DRENAJE TORACICO CIN VAINA CALIBRE 9,5 MM TIPO KASTNER K 227	UNIDAD	SONDA PARA DRENAJE TORÁCICO CON VAINA CALIBRE 9,5 MM TIPO KASTNET K 227. ESTÉRIL. TUBULADURA DE PVC (POLICLORURO DE VINILO), TRANSPARENTE, ATÓXICO, APIRÓGENO. DE UN SOLO USO. EXTREMO DISTAL: PUNTA ROMADA (REDONDEADA) ABIERTA, CON 4 ORIFICIOS LATERAL DISTANTE APROX. 3 - 5 - 7 - 9 CM DEL EXTREMO. DE 40 FR. DIÁMETRO EXT.: 13.8 MM. LONGITUD: 150 CM. DEBERÁ PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT.	FOLLETO/MUESTRA
87	SONDA PARA DRENAJE TORAXICO TIPO K 225	UNIDAD	SONDA PARA DRENAJE TORACICO TIPO K225. ESTÉRIL. TUBULADURA DE PVC (POLICLORURO DE VINILO), TRANSPARENTE, ATÓXICO,	FOLLETO/MUESTRA

			APIRÓGENO. DE UN SOLO USO. EXTREMO DISTAL: PUNTA ROMADA (REDONDEADA) ABIERTA, CON 1 ORIFICIO LATERAL DISTANTE APROX. 3CM DEL EXTREMO. DE 26 FR. DIÁMETRO EXT.: 8.8 MM. LONGITUD: 150 CM. DEBERÁ PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT.	
88	SONDA PEZZER N 22 TUBO DE LATEX	UNIDAD	SONDA PEZZER N°22. TUBO DE LÁTEX CON PUNTA REDONDEADA, ATRAUMÁTICA. DE UN SOLO USO. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT.	FOLLETO/MUESTRA
89	SONDA PEZZER N 24 TUBO DE LATEX	UNIDAD	SONDA PEZZER N°24. TUBO DE LÁTEX CON PUNTA REDONDEADA, ATRAUMÁTICA. DE UN SOLO USO. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT.	FOLLETO/MUESTRA
90	SONDA STAR MALECOT PARA DRENAJE TIPO PEZZER 24FR	UNIDAD	SONDA PARA DRENAJE QUIRÚRGICO TIPO MALECOT/PEZZER, CALIBRE 24 FR, FABRICADA EN LÁTEX SILICONADO O MATERIAL GRADO MÉDICO EQUIVALENTE, FLEXIBLE Y ATRAUMÁTICA. DISEÑADA PARA DRENAJE DE CAVIDADES Y DERIVACIÓN URINARIA, CON EXTREMO DISTAL EXPANDIBLE TIPO ALAS PARA FAVORECER LA FIJACIÓN INTERNA Y EL CORRECTO DRENAJE. CON MARCACIÓN RADIOPACA, ESTÉRIL, DESCARTABLE Y DE USO MÉDICO HOSPITALARIO.	FOLLETO/MUESTRA
91	TIJERA DE DISECCION PARA CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO - Tipo Harmonic FOCUS J&J COD. 1-HAR9F	UNIDAD	TIJERA DE DISECCIÓN PARA CRUGÍA DE CABEZA Y CUELLO – TIPO HARMONIC FOCUS J&J CÓD. 1-HAR9F. APROBACIÓN DE LA ANMAT. DEBERA PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN.	FOLLETO/MUESTRA
92	TIJERA DESCARTABLE LAPAROSCÓPICA TIPO JHONSON 5DCS	UNIDAD	INSTRUMENTAL LAPAROSCÓPICO DESCARTABLE COMPATIBLE CON TROCARES DE 5 MM, LONGITUD APROXIMADA DE 35 CM, CON SISTEMA DE ROTACIÓN 360°, MANGO ERGONÓMICO Y PUNTA APTA PARA CORTE Y DISECCIÓN QUIRÚRGICA.	FOLLETO/MUESTRA
93	TROCAR AUTOSHIELD DE 12 MM	UNIDAD	TROCAR AUTOSHIELD DE 12 MM. APROBACIÓN DE LA ANMAT. DEBERA PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN.	FOLLETO/MUESTRA
94	TROCAR PARA LAPAROSCOPIA DESCARTABLE DE 05 MM	UNIDAD	TROCAR PARA LAPAROSCOPIA DESCARTABLE - DE 5 MM. DEBERÁ PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT.	FOLLETO/MUESTRA
95	TROCAR PARA LAPAROSCOPIA DESCARTABLE DE 05 MM X 150 MM OBESO	UNIDAD	TROCAR PARA LAPAROSCOPIA DESCARTABLE - DE 05 MM X 150 MM. PARA PACIENTES OBESOS. DEBERÁ PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT.	FOLLETO/MUESTRA

96	TROCAR PARA LAPAROSCOPIA DESCARTABLE DE 12 MM X 100 MM	UNIDAD	TROCAR PARA LAPAROSCOPIA DESCARTABLE - DE 12 MM X 100 MM. PARA PACIENTES OBESOS. DEBERÁ PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT.	FOLLETO/MUESTRA
97	TROCAR PARA LAPAROSCOPIA DESCARTABLE DE 12 MM X 150 MM OBESO	UNIDAD	TROCAR PARA LAPAROSCOPIA DESCARTABLE - DE 12 MM X 150 MM. PARA PACIENTES OBESOS. DEBERÁ PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT.	FOLLETO/MUESTRA
98	TUBO DE DRENAJE TIPO WELL LEAD EN T 26FR	UNIDAD	TUBO DE DRENAJE - TIPO WELL LEAD EN T 26 FR. PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT.	FOLLETO/MUESTRA
99	TUBO DE VENTILACION ESTERIL, DE TEFLON DE 1,00 MM TIPO PAPARELLA - COD. 01-2160	UNIDAD	TUBO DE VENTILACIÓN ESTÉRIL, DE TEFLON, DE 1,00MM TIPO PAPARELLA. CÓDIGO 01-2160. DEBERÁ PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT.	FOLLETO/MUESTRA
100	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON N 37 RAMA IZQUIERDA	UNIDAD	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON, DOBLE LUMEN RAMA IZQUIERDA, NRO 37. ESTERIL, ATOXICO, LIBRE DE PIROGENOS. ENVASADO INDIVIDUAL. DEBERA CONTAR CON APROBACIÓN DE LA ANMAT. DEBERA PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACION	FOLLETO/MUESTRA
101	TUBO ENDOTRAQUEAL ESPIRALADO Nº 7.0. TIPO MCA AURINCO	UNIDAD	TUBO ENDOTRAQUEALCON BALÓN ESPIRALADO (REFORZADO) Nº 7.0. DE PVC, CON BOQUILLA PLASTICA Y LINEA RADIOPACA, SILICONADO, LIBRE DE PIROGENOS,ESTERIL.TIPO AURINCO. DEBERA CONTAR CON APROBACIÓN DE LA ANMAT. DEBERA PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	FOLLETO/MUESTRA
102	TUBO ENDOTRAQUEAL ESPIRALADO Nº 7.5. TIPO MCA AURINCO	UNIDAD	TUBO ENDOTRAQUEALCON BALÓN ESPIRALADO (REFORZADO) Nº 7.5. DE PVC, CON BOQUILLA PLASTICA Y LINEA RADIOPACA, SILICONADO, LIBRE DE PIROGENOS,ESTERIL.TIPO AURINCO. DEBERA CONTAR CON APROBACIÓN DE LA ANMAT. DEBERA PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	FOLLETO/MUESTRA
103	TUBO ENDOTRAQUEAL ESPIRALADO Nº 8.0. TIPO MCA AURINCO	UNIDAD	TUBO ENDOTRAQUEALCON BALÓN ESPIRALADO (REFORZADO) Nº 8.0. DE PVC, CON BOQUILLA PLASTICA Y LINEA RADIOPACA, SILICONADO, LIBRE DE PIROGENOS,ESTERIL.TIPO AURINCO. DEBERA CONTAR CON APROBACIÓN DE LA ANMAT. DEBERA PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	FOLLETO/MUESTRA
104	TUBOS DE MAYO, SET COMPLETO DEL 1 AL 5. TIPO RUSCH	UNIDAD	TUBOS OROFARÍNGEOS ANATÓMICOS FABRICADOS EN MATERIAL PLÁSTICO GRADO MÉDICO, CON BORDES ATRAUMÁTICOS Y CANAL CENTRAL REFORZADO, DESTINADOS AL	FOLLETO/MUESTRA

			MANTENIMIENTO DE LA PERMEABILIDAD DE LA VÍA AÉREA. PRESENTACIÓN EN SET COMPLETO DEL Nº1 AL Nº5.	
105	TUBOS DOBLE LUMEN DERECHO Nº39, ESTERIL, ATOXICO, LIBRE DE PIROGENOS. ENVASADO INDIVIDUAL.TIPO RUSCH.	UNIDAD	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON, DOBLE LUMEN RAMA DERECHA, NRO 39. ESTERIL, ATOXICO, LIBRE DE PIROGENOS. ENVASADO INDIVIDUAL. DEBERA CONTAR CON APROBACIÓN DE LA ANMAT. DEBERA PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN.	FOLLETO/MUESTRA
106	TUBOS DOBLE LUMEN IZQUIERDO Nº37, ESTERIL, ATOXICO, LIBRE DE PIROGENOS. ENVASADO INDIVIDUAL.TIPO RUSCH.	UNIDAD	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON, DOBLE LUMEN RAMA DERECHA, NRO 37. ESTERIL, ATOXICO, LIBRE DE PIROGENOS. ENVASADO INDIVIDUAL. DEBERA CONTAR CON APROBACIÓN DE LA ANMAT. DEBERA PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN.	FOLLETO/MUESTRA
107	TUBOS DOBLE LUMEN IZQUIERDO Nº39, ESTERIL, ATOXICO, LIBRE DE PIROGENOS. ENVASADO INDIVIDUAL.TIPO RUSCH.	UNIDAD	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON, DOBLE LUMEN RAMA IZQUIERDA, NRO 39. ESTERIL, ATOXICO, LIBRE DE PIROGENOS. ENVASADO INDIVIDUAL. DEBERA CONTAR CON APROBACIÓN DE LA ANMAT. DEBERA PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN.	FOLLETO/MUESTRA
108	TUBULADURA DE PVC C/CANULA, DESCARTABLE, ESTERIL TIPO K- 66	UNIDAD	TUBULADURA DE PVC CON CÁNULA DESCARTABLE, ESTÉRIL. TIPO K66. DEBERA CONTAR CON APROBACIÓN DE LA ANMAT. DEBERA PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	FOLLETO/MUESTRA
109	TUBULADURA DE PVC C/CANULA, DESCARTABLE, ESTERIL TIPO K- 67	UNIDAD	TUBULADURA DE PVC CON CÁNULA DESCARTABLE, ESTÉRIL. TIPO K67. DEBERA CONTAR CON APROBACIÓN DE LA ANMAT. DEBERA PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	FOLLETO/MUESTRA
110	VARA O INTRODUTOR DE ESCHMANN ADULTO CON CANAL DE VENTILACION	UNIDAD	VARA / INTRODUTOR DE ESCHMANN ADULTO SIN CANAL DE VENTILACION. INTRODUTOR DESCARTABLE PARA TUBO TRAQUEAL. PUNTA ACODADA PARA FACILITAR LA INSERCIÓN. DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, DEMARCADO. ESTERIL. LARGO: 80 CM. DEBERA CONTAR CON APROBACIÓN DE LA ANMAT. DEBERA PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	FOLLETO/MUESTRA
111	RETRACTOR DE HERIDAS - SEPARADOR/RETRACTOR QUIRURGICO ALEXIS CHICO	UNIDAD	RETRACTOR/SEPARADOR QUIRÚRGICO TIPO ALEXIS CHICO, ESTÉRIL Y DESCARTABLE, DESTINADO A LA RETRACCIÓN ATRAUMÁTICA DE TEJIDOS Y PROTECCIÓN DE HERIDAS QUIRÚRGICAS. DEBERÁ ESTAR CONFORMADO POR DOS ANILLOS FLEXIBLES UNIDOS POR UNA MEMBRANA CILÍNDRICA TRANSPARENTE QUE PERMITA RETRACCIÓN CIRCUNFERENCIAL DE 360°. INDICADO PARA INCISIONES PEQUEÑAS APROXIMADAMENTE ENTRE 2,5 CM Y 6 CM. DEBERÁ FACILITAR LA EXPOSICIÓN DEL CAMPO QUIRÚRGICO Y DISMINUIR EL TRAUMA SOBRE LOS BORDES DE LA HERIDA. PRODUCTO	FOLLETO/MUESTRA

			ESTÉRIL, DE UN SOLO USO Y DESCARTABLE. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT VIGENTE.	
112	SET DILATADORES AMPLATZ PERCUTANEOS - DE 6 A 30 FRECH G14292	UNIDAD	SET DE DILATADORES PERCUTÁNEOS TIPO AMPLATZ, ESTÉRIL Y DESCARTABLE, DESTINADO A LA DILATACIÓN PROGRESIVA DE TRAYECTOS PERCUTÁNEOS EN PROCEDIMIENTOS UROLÓGICOS Y DE ACCESO RENAL. EL SET DEBERÁ INCLUIR DILATADORES PROGRESIVOS DESDE 6 FR HASTA 30 FR, CON PUNTAS CÓNICAS ATRAUMÁTICAS Y MATERIAL RADIOPACO PARA VISUALIZACIÓN BAJO CONTROL FLUOROSCÓPICO. DEBERÁ SER COMPATIBLE CON GUÍAS ESTÁNDAR PARA PROCEDIMIENTOS PERCUTÁNEOS E INCLUIR VAINAS DE TRABAJO COMPATIBLES. FABRICADO EN MATERIAL PLÁSTICO GRADO MÉDICO. PRODUCTO ESTÉRIL, DE UN SOLO USO Y DESCARTABLE. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT VIGENTE.	FOLLETO/MUESTRA

Condiciones excluyentes:

- NO GENÉRICO
- NO SE ACEPTAN PRODUCTOS SIN MARCA NI MODELO IDENTIFICABLE
- NO SE ACEPTAN ENVASES CON ROTULADO MANUAL O ADULTERADO
- Envase original de fábrica, correctamente cerrado y rotulado

6) MUESTRAS

Los proveedores deberán presentar muestras y documentación técnica de los insumos cotizados, en caso de ser requeridas por la Secretaría, dentro de las 48 a 72 horas posteriores a la notificación correspondiente.

Las mismas serán evaluadas y tenidas en cuenta al momento de la adjudicación, a fin de verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas.

7) COTIZACIÓN

- No es obligatorio cotizar todos los ítems
- Se adjudica por ítem
- En el proceso de adjudicación, aunque prevalece el criterio del menor precio, se considerará de manera integral la calidad de las ofertas presentadas, especialmente en el caso de insumos destinados a un entorno hospitalario. Esto implica que, además de analizar los aspectos económicos, se evaluarán las características técnicas y la conformidad de los productos con los estándares de calidad exigidos por la institución, con el fin de garantizar la seguridad, eficiencia y cumplimiento de las normativas aplicables en materia de higiene y control sanitario.

8) CONDICIONES GENERALES EXCLUYENTES

El incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en las presentes especificaciones técnicas será considerado condición excluyente, pudiendo dar lugar a la desestimación de la oferta en el proceso de evaluación y adjudicación.

En particular, serán consideradas condiciones excluyentes:

- La falta de presentación de muestras y documentación técnica dentro del plazo establecido, en caso de ser requeridos.
- El incumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas para cada ítem.
- La no correspondencia entre la marca, modelo, presentación o características cotizadas y las ofertadas.
- La falta de identificación clara de lote, fecha de vencimiento, número de registro y presentación comercial en los productos.
- El incumplimiento de los requisitos de vencimiento mínimo exigido.
- La presentación de documentación incompleta o inconsistente (remitos, facturas, registros, etc.).

La Secretaría de Salud se reserva el derecho de evaluar integralmente las ofertas y determinar su admisibilidad conforme al cumplimiento de los requisitos establecidos.