SECRETARIA DE SALUD

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LICITACION PUBLICA N° 49/26

CAMAS HOSPITALARIAS – SECTORES TERAPIA INTENSIVA – MATERNIDAD – INTERNACIÓN

1) PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La adjudicataria deberá realizar la distribución de acuerdo al fraccionamiento que se le solicite con anterioridad y en horarios acordados, siendo de su responsabilidad el flete, carga y descarga de la mercadería.

2) ENTREGA

Coordinar previamente con la dirección del hospital antes de realizar las entregas

Será efectuada en el área y/o donde determine la secretaria de Salud, según detalle:

- Dependencia y dirección: Hospital Larcade Av. Pte Perón N° 2311 – Sector Terapia intensiva – Sector Maternidad – Internación.
- Días y horarios de entrega: de Lunes a Viernes de 8 a 14hs

3) RECEPCIÓN

En los lugares de recepción de la mercadería, detallados en el punto n° 2, deberá dejarse como comprobante el remito triplicado, debiendo entregarse en:

La oficina de la Administración Central de la Secretaría de Salud (Belgrano 1342 – 1° Piso)

- **Los remitos y facturas originales firmados por el responsable del área y/o Director Administrativo, sin excepción**
- No se aceptarán remitos ni facturas que no cumplan los requisitos detallados en el punto N°4
- No se aceptarán tachaduras ni enmiendas que no estén debidamente salvadas por el responsable del área
- El control de calidad y cantidad de la mercadería se realizaren el lugar de recepción detallado en el punto N° 2
- La falta de entrega de la mercadería en fecha, hora y condiciones establecidas dará lugar al labrado de un acta donde se dejará constancia de ese incumplimiento, a fin de que se apliquen las sanciones establecidas por la reglamentación vigente
- La recepción de los productos contratados tendrá carácter de provisional y los recibos y/o remitos que se firmen quedará sujeta su recepción y conformidad definitiva al control de calidad que efectúa la repartición al momento de la entrega
- Esta secretaria de Salud de la Municipalidad de San Miguel podrá requerir la intervención de personal técnico especialista en la materia para determinar la calidad de la mercadería a recepcionar

- El adjudicatario se obliga a reponer dentro de un plazo de 24hs la partida que no sea recepcionada por no encontrarse dentro de las especificaciones exigidas

4) REMITO Y FACTURA

- Deben ser originales (no se aceptan fotocopias)
- Debe estar indicado a que orden de compra corresponde, tanto en el remito como en la factura
- La fecha de la facturación debe ser igual o posterior a la fecha del remito
- CAE y CAI con vencimiento vigente como mínimo de un mes a la fecha de facturación

- Deben coincidir los logos identificatorios de la empresa, nombre fantasía o razón social en ambos y estos deben ser como están inscriptos en el municipio
- Debe coincidir la tipografía en ambos

- Debe coincidir la descripción, marca, cantidad, unidad de medida y precio unitario del ítem en remito y factura, y esta debe ser igual a la de la orden de compra. En caso que su sistema de facturación no se lo permita, debe presentar una nota aclaratoria adjunta con la descripción tal cual se solicita en este punto, la misma debe ser original y debe estar firmada por un responsable de la empresa
- Debe estar relacionado y vinculado el N° de cuit en la factura al igual que el remito
- Para que sean recepcionados los remitos y facturas por la secretaria de salud, el remito debe estar firmado por el Director Administrativo del área (no encargados) solo en esa condición serán recepcionados y sellado

6) MUESTRAS TÉCNICAS

En caso que se requiera, se solicitará a los proveedores que se presenten muestras y documentación técnica de los insumos cotizados para comprobar la calidad y cumplimiento de requisitos solicitados

7) COTIZACIÓN

- Obligados a cotizar todos los ítems

8) ACLARACIONES

- Imágenes a modo ilustrativos.
- Se solicitaría el número de serie de todos los equipos médicos. Los cuales deberán ser presentando junto con la documentación respaldatoria (Folletos, garantías, Accesorios, etc), Certificado de Aprobación de ANMAT vigente

9) ENTREGAS

CAMAS, COLCHONES Y ALMOHADAS - INMEDIATA Y/O A DEMANDA DE LA SECRETARIA


.

Cant.	Producto	Detalle
1.	  	CAMA ELÉCTRICA PARA USO EN TERAPIA INTENSIVA Es de accionar completamente eléctrico, articulada, fácil y sencilla de manejar, gran confortabilidad y comodidad para el paciente. **Especificación técnica** Movimientos: **(1) Elevación de torso 70º.** **(2) Elevación de piernas 48º con quiebre de rodillas.** **(3) Regulación de altura.** **(4) Trendelemburg y anti-trendelemburg +/- 14º Posee asas de Liberación para RCP manual a ambos lados de la cama.** **Accionamiento**: Mediante un motor dual y dos actuadores lineales con control remoto alámbrico con botones independientes, que permiten operar cada movimiento de forma simple, rápida y precisa. factor de protección IPX6. La cama cumple con las normas IEC 60601-1 e IEC 60601-2-52 Respaldares: Soporte para enrollar cable de motor Estructura general de la cama en acero SAE 1010. Terminación general: Pintura epoxi horneable electrostática curada a 220º con tratamiento antióxido. Resistencia adquirida: Química ante la limpieza y desinfección, además de resistencia mecánica ante la manipulación. Medidas: Largo final: 222 cm, largo lecho 194 cm x ancho final: 100 cm, x altura mínima: 58 cm altura máxima 79 cm









Cabecera y piecera de material termosoplado de 1 sola pieza, la principal ventaja de este es la limpieza e higiene ya que no genera infecciones ni contiene ningún tipo de agente nocivo, desmontables con facilidad para que el personal sanitario disponga de un acceso rápido al paciente Barandas: Juego de cuatro (4) barandillas de accionamiento individual rebatibles mediante pistón neumático
ascendente-descendente. Lecho:
Lecho Segmentado en cuatro (4) sectores de chapa o termoformado, apto para masaje cardiaco y desmontable para su fácil limpieza.
Ruedas:
Cuatro (4) ruedas hospitalarias tente de **Ø150 mm**, dos con freno y dos sin freno, seleccionadas por su excelente maniobrabilidad, funcionamiento silencioso y durabilidad en entornos hospitalarios de uso intensivo con soporte de poliamida, doble hilera de bolas. Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTE prene (goma termoplástica), gris, no deja huella, con placas antihilos, grado médico, no magnética Carenado termo-formado protector del tren rodante.
Cuatro (4) parachoques circulares de PP ubicados en los bordes.
Dos (2) soportes para colocar porta suero.
Porta suero de acero con cuatro (4) ganchos de polímero multipropósitos.
Cuatro (4) ganchos metálicos para porta bolsa de drenaje.

Cant.	Producto	Detalle
1.	  	**CAMA ELECTRICA PARA USO EN INTERNACION.** Es de accionar completamente eléctrico, articulada, fácil y sencilla de manejar, gran confortabilidad y comodidad para el paciente. Especificación técnica **Movimientos:** **(1) Elevación de torso 70º.** **(2) Elevación de piernas 48º con quiebre de rodillas.** **(3) Regulación de altura.** Accionamiento: Mediante un motor dual y dos actuadores lineales con control remoto inalámbrico con botones independientes, que permiten operar cada movimiento de forma simple, rápida y precisa. factor de protección IPX6. La cama cumple con las normas IEC 60601-1 e IEC 60601-2-52 Respaldares: Cabecera y piecera de material termosoplado de 1 sola pieza, la principal ventaja de este es la limpieza e higiene ya que no genera infecciones ni contiene ningún tipo de agente nocivo, desmontables con facilidad para que el personal sanitario disponga de un acceso rápido al paciente Barandas: Juego de cuatro (4) barandillas de accionamiento individual rebatibles mediante pistón neumático ascendente-descendente. Lecho: Lecho Segmentado en cuatro (4) sectores de chapa o termoformado, apto para masaje cardiaco y desmontable para su fácil limpieza. Ruedas: Cuatro (4) ruedas hospitalarias de **Ø125** mm, dos con freno y dos sin freno Carenado termo-formado protector del tren rodante. Cuatro (4) parachoques circulares de PP ubicados en los bordes. Dos (2) soportes para colocar porta suero. Porta suero de acero con cuatro (4) ganchos de polímero multipropósitos. Cuatro (4) ganchos metálicos para porta bolsa de drenaje Soporte para enrollar cable de motor Estructura general de la cama en acero SAE 1010. Terminación general: Pintura epoxi horneable electrostática curada a 220º con tratamiento antióxido. Resistencia adquirida: Química ante la limpieza y desinfección, además de resistencia mecánica ante la manipulación. Medidas: Largo final: 200 cm, largo lecho 194 cm x ancho final: 90 cm, altura mínima: 58 cm altura máxima 79 cm

Cant.	Producto	Detalle
1.		**COLCHON USO ASISTENCIAL.** Realizados en tela impermeable, de alta tenacidad, 29 hilos en cadena y 11 en trama de PVC emulsionado, doble plastificado por arriba y simple por debajo, con costuras que no se visualizan y por lo tanto no se filtra absolutamente nada. La tela es lavable (soporta cloro para su desinfección), no da calor a los pacientes. Goma espuma de una densidad de 30 KG/M3 (SOPORTA HASTA 100 KG), lo que permite que se articule sin problemas a los movimientos de la cama.

1.		**ALMOHADA USO ASISTENCIAL**. Realizada en espuma de poliéster súper soft de alta densidad. Funda realizada en tela plastificada de PVC impermeable, doble plastificado por arriba, lavable, atoxica, con costuras que no se visualizan. Medidas: 70 largo x 35 ancho x 9 alto cm

GARANTÍA

Otorgar una garantía de veinticuatro (24) meses para los productos cotizados (Camas), contados a partir de su recepción definitiva. Esta cobertura aplica estrictamente ante eventuales defectos o fallas de fabricación, quedando excluida toda anomalía derivada del uso indebido del material. Asimismo, se certifica que el equipamiento provisto es nuevo, sin uso previo y correspondiente a líneas de producción vigentes.